



## دليل الاستخدام

# الفهرس


|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 6  | أ. مقدمة                                                 |
| 8  | أ. مجموعة اللوازم                                        |
| 9  | 1. التفريغ والتخزين                                      |
| 9  | 2. قائمة الملحقات                                        |
| 9  | a. الملحقات الأساسية                                     |
| 9  | b. الملحقات الاختيارية                                   |
| 9  | c. الأجزاء القابلة للفصل                                 |
| 10 | أ. الوصف العام                                           |
| 11 | 1. الاستخدام المستهدف                                    |
| 11 | a. الغرض المستهدف                                        |
| 11 | b. دواعي الاستخدام                                       |
| 11 | c. الفائدة السريرية المتوقعة                             |
| 11 | d. الفئات المستهدفة                                      |
| 11 | e. المستخدمين المستهدفين                                 |
| 11 | 2. وصف الجهاز                                            |
| 12 | a. رأس الانكسار                                          |
| 13 | b. وحدة التحكم                                           |
| 14 | c. صندوق إمداد الطاقة                                    |
| 15 | d. شاشة عرض الاختبار                                     |
| 16 | أ. التركيب/التوصيل                                       |
| 17 | 1. تركيب الجهاز                                          |
| 18 | 2. التشغيل/الإيقاف                                       |
| 18 | a. شغل الجهاز                                            |
| 18 | b. أوقف تشغيل الجهاز                                     |
| 18 | 3. التوصيل بالأجهزة الأخرى                               |
| 20 | أ. التعديلات قبل الفحص                                   |
| 21 | 1. تهيئة الجهاز                                          |
| 21 | a. ضبط بيانات الجهاز على الصفر                           |
| 21 | b. الانتقال من الوضع اليدوي إلى الوضع التلقائي           |
| 22 | c. استيراد البيانات وتصديرها                             |
| 22 | 2. إعداد المريض                                          |
| 23 | a. تعديل أفقية رأس الانكسار                              |
| 23 | b. تعديل المسافات بين الحدقتين                           |
| 24 | c. تعديل مسند الجبهة                                     |
| 25 | d. الانتقال من وضع الرؤية البعيدة إلى وضع الرؤية القريبة |
| 27 | أ. الوظائف الأساسية لإجراء فحص الانكسار                  |
| 28 | 1. اختيار اختبار                                         |
| 28 | a. تحديد اختبار                                          |
| 29 | b. بدء برنامج اختبار موجود                               |
| 31 | 2. تحديد الوحدة البصرية ومعايبتها                        |
| 31 | a. تغيير العين التي خضعت للفحص                           |
| 31 | b. تغيير الإعدادات المتحكم فيها                          |
| 32 | c. تعديل القوة ودرجات التدّج                             |
| 33 | d. تعديل درجات التدّج                                    |
| 34 | e. وظيفة قفل القيمة                                      |
| 35 | 3. قناع العين وتحديد عوامل التصفية                       |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 35  | a. تحديد الأقنعة                                 |
| 35  | b. تحديد عوامل التصفية وتعديلها                  |
| 36  | c. تعديل نوع الإطباق                             |
| 37  | 4. عرض البيانات المصدرة في نهاية الفحص           |
| 39  | 5. إدارة بيانات المريض                           |
| 39  | a. إضافة ملف مريض                                |
| 40  | 6. الحصول على المساعدة السياقية                  |
| 42  | <b>VII. إجراء الاختبارات أثناء فحص الانكسار</b>  |
| 43  | 1. إدخال بيانات انكسار المريض                    |
| 43  | a. موضوعي                                        |
| 43  | b. استيراد البيانات من Essibox.com               |
| 44  | c. الإدخال اليدوي                                |
| 47  | 2. الاختبارات الأساسية                           |
| 47  | a. اختبارات الانكسار                             |
| 71  | b. اختبارات الرؤية القريبة                       |
| 71  | 3. الاختبارات الذكية                             |
| 72  | a. اختبارات الانكسار                             |
| 77  | 4. من الانكسار إلى الوصفة الطبية [PVP]           |
| 79  | 5. مقارنة الانكسار (مربع اللمس باللون الأزرق)    |
| 81  | a. وظيفة التنبيه في شاشة المقارنة                |
| 83  | <b>VIII. قياس المسافة الرأسية</b>                |
| 87  | <b>IX. برامج الانكسار</b>                        |
| 88  | 1. البرامج الأساسية                              |
| 88  | 2. البرامج المخصصة                               |
| 88  | a. تحرير البرامج والاختبارات وتخصيصها            |
| 95  | b. اختيار الاختبارات المفصلة                     |
| 98  | <b>X. إعدادات الجهاز</b>                         |
| 99  | 1. معلومات عامة                                  |
| 102 | 2. بيانات القياس                                 |
| 105 | 3. استيراد/تصدير البيانات                        |
| 109 | 4. إعدادات الاتصال                               |
| 111 | 5. الإعدادات المحلية                             |
| 113 | 6. استعادة النسخ الاحتياطية                      |
| 116 | <b>XI. شاشة الأخطاء</b>                          |
| 118 | <b>XII. إرشادات السلامة</b>                      |
| 119 | 1. الرموز (الوثيقة والجهاز والتغليف)             |
| 119 | a. الواردة في الوثيقة                            |
| 119 | b. الواردة في الجهاز والخاصة بالتغليف            |
| 120 | 2. احتياطات الاستخدام                            |
| 121 | 3. موانع الاستخدام                               |
| 121 | 4. الآثار الجانبية                               |
| 121 | 5. إقصاء شرط المسؤولية                           |
| 122 | 6. مصدر الطاقة                                   |
| 123 | 7. الاحتياطات المتعلقة بشبكة تكنولوجيا المعلومات |
| 123 | 8. التوافق الكهرومغناطيسي                        |
| 124 | a. طول الكابلات والأسلاك وخلافه.                 |
| 124 | b. المسافة الفاصلة الموصى بها                    |
| 124 | c. الانبعاثات الكهرومغناطيسية                    |

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 124 | d. الحصانة المغناطيسية والكهرومغناطيسية                           |
| 125 | e. الحصانة الكهرومغناطيسية، الترددات الراديوية                    |
| 126 | XIII. استكشاف الأخطاء وإصلاحها                                    |
| 128 | XIV. الصيانة                                                      |
| 129 | 1. حالة التخزين والمناولة                                         |
| 129 | 2. التنظيف                                                        |
| 129 | a. تنظيف الرأس وتطهيره                                            |
| 130 | b. تنظيف وحدة التحكم.                                             |
| 130 | 3. الفحص والصيانة الدورية                                         |
| 130 | a. التثبيت الأفقي                                                 |
| 131 | b. التثبيت الرأسي                                                 |
| 131 | 4. تفكيك المنتج ونقله                                             |
| 131 | 5. التخلص من المنتج                                               |
| 132 | XV. المواصفات                                                     |
| 133 | 1. البيانات الفنية                                                |
| 133 | a. التمرکز                                                        |
| 133 | b. نطاق القياس                                                    |
| 133 | c. العدسات المساعدة                                               |
| 133 | d. الأبعاد والوزن                                                 |
| 134 | e. مؤشرات الضوء LED                                               |
| 134 | f. الإدخال/الإخراج                                                |
| 134 | 2. الاتصال بالأجهزة الأخرى                                        |
| 134 | 3. المتطلبات                                                      |
| 135 | XVI. الملحق                                                       |
| 136 | 1. الأسئلة الشائعة                                                |
| 136 | a. ما الفائدة من تحديد الانكسار بدقة 0.01 ديوبتر؟                 |
| 136 | b. هل يمكن للمرضى حقًا ملاحظة تغيرات الانكسار أقل من 0.25 ديوبتر؟ |
| 137 | XVII. رمز الاستجابة السريعة                                       |



## ١. مقدمة




يتوفر أحدث إصدار من دليل المستخدم، موضوع الوثيقة، على الموقع الإلكتروني. للحصول إلى اللغات الأخرى المتاحة، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة الميّن في نهاية دليل المستخدم > الفصل المتعلق برمز الاستجابة السريعة (p.137).



سيُرجى اتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل للتمتع بتجربة استخدام أكثر أمانًا وفعالية. حقوق الطبع والنشر © 2023 ايسيلور - الدليل الأصلي - جميع الحقوق محفوظة. يُحظر منعًا باتًا نسخ محتوى هذه الوثيقة، سواء كان نسخًا جزئيًا أو كليًا، بغرض نشرها أو توزيعها بأي وسيلة وبأي شكل كان، ولو مجانيًا، دون موافقة خطية مسبقة من ايسيلور.

## ١١. مجموعة اللوازم



## 1. التفريغ والتخزين

لا ينطبق هذا القسم.

## 2. قائمة الملحقات

أثناء تفريغ العبوة، ينبغي التحقق من تضمين الملحقات الأساسية التالية.

### a. الملحقات الأساسية

- كابلات التوصيل:
    - 1 كابل كهربائي يمتد من رأس الانكسار (2 م) مع 1 وصلة تطويل (2 م)
    - 1 كابل كهربائي يمتد من وحدة التحكم (7 م)
    - 2 كابلات شبكة تعمل على الشبكة المحلية
  - واقي الوجه، الرقم المرجعي V01S47\*
  - مسند الجبهة (x1)
  - غطاء مسند الجبهة، الرقم المرجعي (x2) V0122G\*
  - مخطط اختبار الرؤية القريبة مع شريط اختبار الرؤية القريبة (70 سم) ومخطط اختبار الرؤية القريبة، الرقم المرجعي V01S50
  - ملحق لولبي للرأس م6 (x1)، مثبت على الذراع
  - برغي الأمان (x1) M5
  - مفتاح (x1) M4 and (x1) M5 مفتاح إلن
  - مفتاح منفذ USB سعة 16 جيجابايت، الرقم المرجعي CE7781
  - الغطاء الواقي:
    - رأس الانكسار، الرقم المرجعي (x1) V01A01
    - وحدة التحكم، الرقم المرجعي (x1) V01A02
  - دليل البدء السريع (x1)
  - برغي (x4) M5 لتثبيت صندوق إمداد الطاقة إذا لزم الأمر
  - كيس بلاستيكي مزود بدعم كابل و1 برغي، لتثبيته في صندوق إمداد الطاقة
  - فرشاة تنظيف (x20)
  - مناديل مطهرة (x100)
- \* الأجزاء الملامسة للجسم
- يُوضع غطاء مسند الجبهة لتعزيز راحة المريض.



### b. الملحقات الاختيارية


- طابعة
- ورق طابعة (x5)

### c. الأجزاء القابلة للفصل

- كابل التيار الكهربائي 2 م (x1) نوع أوروبي
  - كابل التيار الكهربائي 2 م (x1) نوع أمريكي
- يتوافق Vision-R™ 800 كليًا مع أنظمة المخططات المعتمدة والمتصلة بأجهزة إيسيلور.



### ١١١. الوصف العام



يُعد Vision-R™800 (V01) جهاز محرك إبصار آلي يمكن من خلاله إجراء اختبار الانكسار. وتتمثل وظيفته في تحديد التصحيح البصري (أو التعويض البصري)، وبالتالي توفير الرؤية المثالية للخاضعين للفحص. يجري هذا الجهاز عملية انكسار ذاتي. يُشار عادة إلى هذا الجزء من فحص العين باسم الانكسار الذاتي، لأنه يشير إلى استجابات المريض. وفي معظم الحالات، يُجرى هذا النوع من الانكسار بالاستعانة بالبيانات الأولية المأخوذة مما يلي:

- التصحيح القديم الذي أُجري باستخدام مقياس العدسة،
- من قياس الانكسار الموضوعي باستخدام مقياس الانكسار التلقائي أو مقياس الزيج أو منظار الشبكية،
- التصحيح القديم المحفوظ في ملف المريض.

نظرًا لأن هذا ما يسمى بالرأس "التلقائي"، فإن دمج في بيئة الفحص يشمل أيضًا التحكم في نُظم عرض الاختبار من نفس لوحة التحكم.



أصبح الانكسار الذاتي للمريض ممكنًا عبر إدخال تصحيح بصري أو تعويض الانكسار العيني وعوامل التصفية أو أيًا منهم أمام عيني المريض. يمكن إجراء القياسات في ظل ظروف الرؤية أحادية العين أو ثنائية العين وتسمح لاحقًا بإجراء فحص الرؤية ثنائية العينين. ويتيح الجهاز للمستخدم إجراء تغييرات مستمرة في الخصائص البصرية (العدسة الكروية والعدسة الأسطوانية والمحور والموشور الصنوعي).

الجزء المعني من الجسم المطبق على الجهاز هو: الخدين والجلد الأمامي ملامسين للجهاز. يجب أن يكون الجلد الملامس للجهاز بحالة صحية جيدة غير مصاب بجروح أو تهيج أو التهاب.



#### مبدأ التشغيل



يُستخدم جهاز محرك الإبصار لتحديد التصحيح البصري المطلوب للمريض ذاتيًا. وتوضع عدسات مختلفة (داخل رأس الانكسار) بين عين المريض ولوحة اختبار حدة النظر أو شاشة المخطط لاستكشاف وظائفه البصرية. ويطرح الطبيب الممارس بعض الأسئلة على المريض فيجيب المريض حسب ما يراه من خلال العدسات. ويُستعان بإجابات المريض لتحديد التشخيص.

## 1. الاستخدام المستهدف

### a. الغرض المستهدف

يهدف جهاز Vision-R™800 إلى تحديد وجود الخلل الانكساري لعدة مسافات ذاتيًا والسماح باستكشاف ذاتي لقدرة الوظيفة البصرية (خاصة وظيفة الرؤية ثنائية العين أو قياس الأداء البصري).

### b. دواعي الاستخدام

تقييم الخلل الانكساري واضطراب الرؤية ثنائية العين أو أيًا منهما أو استكشاف القدرات الوظيفية البصرية.

### c. الفائدة السريرية المتوقعة

قياس انكسار ذاتي موثوق ودقيق (غير مباشر).

### d. الفئات المستهدفة

الأطفال والبالغين القادرين على الجلوس والثبات والمحاذاة مع الجزء البصري للجهاز ويتمتعون بالقدرة على التفاعل مع المُشغِّل.

### e. المستخدمين المستهدفين


هذا الجهاز مخصص لاستخدام مختصي طب وجراحة العيون دون غيرهم.

## 2. وصف الجهاز

تُعد المكونات الرئيسية التي تشكل وحدة Vision-R™800 ما يلي:


- رأس انكسار
- وحدة تحكم
- صندوق إمداد الطاقة

## a. رأس الانكسار



1. رافعة حجب الميل  
تستخدم لضبط زاوية الميل (بالقرب من موضع الرؤية) وحجبها.
2. خطاف قضيب دعم اختبار الرؤية القريبة  
يستخدم لوضع قضيب دعم مخطط اختبار الرؤية القريبة.
3. كاميرا الرؤية القريبة
4. مقبض الضبط الأفقي  
يستخدم لضبط أفقية رأس الانكسار.
5. لوحة الإضاءة LED  
تستخدم لما يلي:
  - ضبط أفقية الرأس وإضاءة بطاقة الرؤية القريبة.
  - استدعاء الاختبارات وعرضها على الشاشة.
6. مقبض ضبط مسند الجبهة  
يستخدم لضبط المسافة الرأسية بدفع مسند الجبهة أو تحريكه للخلف.
7. نوافذ المراقبة من جهة المستخدم  
جهة مراقبة عيون المريض.
8. نوافذ المراقبة من جهة المريض (وحدة SCV)  
جهة المريض: المنطقة الأمامية التي يتموضع فيها المريض والتي ينظر من خلالها أثناء فحص العين.
9. غطاء مسند الجبهة\* ومسند الجبهة  
المنطقة التي يجب أن يضع المريض جبهته عليها أثناء الاختبار.  
\*الأجزاء الملامسة للجسم.
10. واقفي وجه متحرك  
المنطقة التي تلامس خدود المريض.  
الأجزاء الملامسة للجسم.
11. كاميرات قياس المسافة الرأسية  
يستخدم لقياس المسافة الرأسية للمريض ولإضاءة أعينهم إذا لزم الأمر أثناء ضبط المسافة الحقيقية.
12. محور الدوران  
حركة دوران 360 درجة، أثناء استخدام الجهاز.
13. الذراع الأفقي  
يمكن إزالته للتبديل إلى التثبيت الرأسي.

## b. وحدة التحكم



1. شاشة اللمس
2. اللمس [Clear]  
يُستخدم لما يلي:
  - إعادة ضبط الجلسة الحالية (الضغط السريع).
  - تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله (الضغط لفترة طويلة).
3. المفاتيح [Import/export]  
يستخدمان لاستيراد  وتصدير  بيانات انكسار المريض.
4. اللمس [Far vision/Near vision]  
يستخدم للتغيير إلى وضع الرؤية البعيدة  أو وضع الرؤية القريبة .
5. اللمس [Bluetouch]  
يستخدم لمقارنة قياسات الانكسار المختلفة وتقديم البيانات.
6. الأزرار [R/BINO/L]  
تستخدم لاختيار حالة الرؤية:
  - العين اليمنى أحادية العين (R) بإلغاء اختيار العين اليسرى وحجبها.
  - العين اليسرى أحادية العين (R) بإلغاء اختيار العين اليمنى وحجبها.
  - العينين (ثنائي العينين)
7. المفاتيح [-/+]  
يستخدمان لزيادة قِـم القوة أو تقليلها.
  - المفتاح "+": يسمح لك بزيادة قِـم القوة الموجبة.
  - المفتاح "-": يسمح لك بزيادة قِـم القوة السالبة.
8. المفاتيح [Position 1/Position 2]  
يُستخدمان لما يلي:

- التنقل عبر قائمة درجات الانحراف في الإعداد البصري المحدد
- إدخال أحد وضعي الأسطوانة المتصلية أثناء إجراء اختبار الأسطوانة المتصلية

#### 9. الزر المركزي

يُستخدم لما يلي:

- تعديل (+)، قِيم القوة بتدوير الزر المركزي
- التنقل عبر الإعدادات الخاصة للتحكم (مثل S, C, A) بالضغط على الزر المركزي

#### 10. أزرار التنقل في حدة البصر


يُستخدم لما يلي:

- التنقل عبر مخططات حدة البصر (تغيير حجم الحروف أو المخططات أو الخطوط أو الأعمدة) وحفظ الإجابات.
- التنقل عبر إجابات الاختبارات المنفصلة
- تأكيد إجابات الاختبارات المنفصلة بالضغط على الزر الأوسط

يوجد منفذ USB على جانب وحدة التحكم.



#### c. صندوق إمداد الطاقة



#### 1. وضع بدء التشغيل

- الموضع 1: تشغيل رأس الانكسار بالضغط على تشغيل/إيقاف باستخدام وحدة التحكم.
- الموضع 2: تشغيل رأس جهاز محرك الإبصار باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف الموجود في صندوق إمداد الطاقة.

#### 2. مأخذ توصيل فني الخدمة

#### 3. أضواء مؤشر المعلومات

#### 4. منفذ USB

#### 5. منفذ توصيل رأس الانكسار

يُستخدم للتوصيل برأس جهاز محرك الإبصار.

#### 6. منفذ USB

#### 7. منفذ شبكة الإنترنت

#### 8. منفذ توصيل وحدة التحكم


يُستخدم للتوصيل بوحدة التحكم

#### 9. مفتاح التشغيل/الإيقاف

مفتاح عزل الشبكة.


#### 10. مأخذ توصيل كابل الطاقة

## d. شاشة عرض الاختبار



1. الوصول إلى القائمة الرئيسية  
يسمح بالوصول إلى شاشات تهيئة الجهاز.
2. لوحات اختبار حدة النظر والاختبارات  
تُستخدم لعرض مختلف فئات الأنماط والاختبارات (يدويًا أو تلقائيًا)، ولوحات اختبار حدة النظر والبرامج المرتبطة بها.
3. تهيئة لإعداد المريض  
تستخدم لفحص وإدارة ما يلي:
  - المسافة بين الحدقتين.
  - المسافة الرأسية.
  - وضع الرؤية البعيدة أو الرؤية القريبة.
  - تطبيق عوامل التصفية أو الأقنعة على عيون المريض.
  - تعديل خطوات الإعداد الحالي.
  - غلق العين.
4. المعلومات الخاصة للتحكم  
تُستخدم لتحديد قيم الإعدادات البصرية المقدمة وتعديلها.
5. إظهار الاختبار الحالي  
يستخدم لإظهار الاختبار الجاري وإضفاء الطابع الشخصي عليه وتدوين إجابات المريض.
6. إدارة بيانات المريض وعرض مساعدة المستخدم  
تتيح لك ما يلي:
  - إدارة بيانات المريض.
  - عرض البيانات المحفوظة والاستعانة بها.
  - عرض المساعدة القريبة.

## ١٧. التركيب/التوصيل





يجب أن يتولى فني متخصص تركيب هذا الجهاز. ويُرجى التواصل مع موزع شركة إيسيلور الخاص بك لتركيب الجهاز أو تغيير توصيله. يُرجى مراعاة الاحتياطات الواردة أدناه:

- تجنب تركيب الجهاز في مكان:
  - حيث يتراكم الغبار أو الأوساخ،
  - يتعرض لأشعة الضوء مباشرة،
  - غني بالأكسجين،
  - يتعرض لدرجات الحرارة القصوى ومستويات عالية من الرطوبة،
  - من المحتمل أن يتعرض لتذبذبات قوية أو صدمات مفاجئة.
- تجنب استخدام الجهاز مع أدوية التخدير القابلة للاشتعال أو إقرانه بعوامل قابلة للاشتعال.
- ينبغي ألا يسقط الجهاز؛ فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في تعرضه للأعطال. وإذا سقط الجهاز، فقد يُعرض الجسم أو القدمين إلى السحق.
- تجنب وضع اليد بين ذراع التثبيت والجهاز. قد تعلق اليد بينهما.
- يجب التحلي بالحذر عند تركيب كثيفة دعم الرؤية القريبة أو استخدامها لتجنب أي خطر للتعرض للإصابة.

يتيح الجهاز للمستخدم التحكم في حدة البصر لدى المريض. ويتيح الجهاز للمستخدم إجراء تغييرات مستمرة في الخصائص البصرية (العدسة الكروية والعدسة الأسطوانية والمحور والموشور الصنوي).

يجب تركيب الجهاز في بيئة انكسارية وفقاً للظروف البيئية الواردة في هذه الوثيقة.

## 1. تركيب الجهاز

### التثبيت الأفقي



- يوضع ذراع التثبيت على رأس جهاز محرك الإبصار وربطه باستخدام برغي التثبيت (مفتاح ذو 6 جوانب).
- < لمنع رأس جهاز محرك الإبصار من السقوط، يُثبت بالمسمار الموجود أسفل ذراع الرأس.
- < على الرغم من وجود ثقوب، لا يحتاج صندوق إمداد الطاقة إلى تثبيته.
- < ولكن، إذا كنت ترغب في تثبيت إمداد الطاقة أفقيًا، فينبغي استخدام 4 براغي مقاس 5 ملم.

### التثبيت الرأسي



- يُزال الذراع الأفقي.
- يُثبت المحول للتركيب الرأسي.
- يُربط بالوحدة باستخدام برغي التثبيت المرفق مع وحدة الانكسار.
- على الرغم من وجود ثقوب، لا يحتاج صندوق إمداد الطاقة إلى تثبيته.
- < ولكن، إذا كنت ترغب في تثبيت إمداد الطاقة أفقيًا، فينبغي استخدام 4 براغي مقاس 5 ملم.

## 2. التشغيل/الإيقاف

### a. شغل الجهاز

- 1 أثناء التشغيل الأول للجهاز، يُضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف الموجود في وحدة إمداد الطاقة.  لاستخدام الجهاز مستقبلاً، يمكن أن تظل وحدة الطاقة قيد التشغيل. في هذه الحالة، انتقل مباشرة إلى الخطوة 2.
- 2 اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف [Clear] بوحدة التحكم.




- < النظام قيد التهيئة والبدء (رأس الانكسار ووحدة التحكم).
- 3 ثم اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف بشاشة المخطط.
- < الجهاز جاهز للاستخدام.

### b. أوقف تشغيل الجهاز

- 1 اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/الإيقاف [Clear] بوحدة التحكم.
- < تظهر الرسالة [Clear all dated].
- 2 اضغط باستمرار على المفتاح حتى تتوقف وحدة التحكم عن العمل.
- < يتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم.


## 3. التوصيل بالأجهزة الأخرى



**بواسطة:**

- التوصيل السلكي
- التوصيل بالأشعة تحت الحمراء
- \* التوصيل بمقبس الحائط RJ-45

## ٧. التعديلات قبل الفحص



القاعدة الأساسية: تتمثل دورة التشغيل الأساسية في: تجهيز المريض / تركيز عيون المريض / اختيار بروتوكول الانكسار وبدءه / استعادة نتيجة الانكسار (تصدير البيانات أو الطباعة أو التسجيل اليدوي) / إخراج المريض.




## 1. تهيئة الجهاز


### a. ضبط بيانات الجهاز على الصفر

في نهاية كل فحص، يمكن ضبط بيانات الجهاز على الصفر. ويمكن للخبير بعد ذلك بدء جلسة جديدة مع مريض جديد. يمكن استعادة بيانات الجهاز على النحو التالي:

- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط سريعًا على مفتاح [Clear].



- على شاشة اللمس، بالضغط على < .



لا تؤدي استعادة بيانات المريض إلى إيقاف تشغيل الجهاز.



### b. الانتقال من الوضع اليدوي إلى الوضع التلقائي

يمكن إجراء التغيير من الوضع اليدوي إلى الوضع التلقائي على شاشة اللمس بالضغط على:

- < أو،
- (معروض افتراضيًا).

بمجرد اختيار الوضع، يتغير عرض الشريط العلوي:

- للوضع اليدوي.
- للوضع التلقائي.

## c. استيراد البيانات وتصديرها

يمكن استيراد بيانات الجهاز وتصديرها على النحو التالي:

- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفاتيح [Import] أو [Export].



- على شاشة اللمس، بالضغط على  < .

بمجرد اختيار الاستيراد أو التصدير، تفتح النوافذ المقابلة:



يمكن اختيار البيانات التي ينبغي استيرادها:

- AKR (مقياس انكسار الكيراتو التلقائي)
- ALM (مقياس العدسة)
- PC (الحاسوب)

تُحفظ البيانات تلقائيًا في الذاكرة المقابلة.  
اضغط على:

- ✓ لتأكيد استيراد البيانات أو تصديرها.
- ✗ لإلغاء استيراد البيانات أو تصديرها.

يمكن اختيار عدة أنواع من المنتجات.

## 2. إعداد المريض

قبل كل فحص انكسار، ينبغي إجراء تعديلات مختلفة.

يمكن إجراء التعديل أدناه عبر شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.

يُنصح تعديل ما يلي:

- أفقية رأس الانكسار مع المقبض الموجود أعلى رأس الانكسار،
- المسافات الحدقية أحادية العين أو ثنائية العين  ،
- موضع الجبهة مع المقبض الموجود في مقدمة رأس الانكسار.

كما يُنصح بالتحقق من المسافة الرأسية .



يتوجب على التجهيز الصحيح ما يلي:

- السماح للمريض بالحصول على وضعية مريحة تضمن ثباته طوال فترة الفحص.
- منع المريض من ملامسة العينين (فرك الرموش على سبيل المثال).



## a. تعديل أفقية رأس الانكسار


تُجرى التعديلات الأفقية يدويًا باستخدام المقبض الموجود أعلى رأس الانكسار. في وضع المسافة الحدقية  ، توفر مصابيح الضوء LED الموضوعة على مقدمة الرأس مؤشرًا على أفقيتها. في الحالات التالية:

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عندما يضيء كلا مصابيح الضوء LED، يكون التعديل صحيحًا.</li> </ul>                                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عندما يومض أحد مصابيح LED فقط أو إذا لم يضيء مصباح LED، فيقتضي تعديل الاستواء الأفقي باستخدام مقبض الضبط.</li> </ul> |

## b. تعديل المسافات بين الحدقتين

قبل تعديل المسافات، يُوضع رأس الانكسار أمام عيون المريض مع ضمان جلوس المريض بشكل مريح. ويجب أن تكون شاشة المخطط في منتصف مجال رؤية المريض.

تُعدّل المسافات بين الحدقتين عبر شاشة اللمس بوحدة التحكم بالضغط على  .  
> تُوضع الشبيكات أمام عيون المريض وتُعرض قيم المسافة للعينين اليمنى واليسرى.




يمكن تنظيم المسافات الحدية في الرؤية البعيدة والرؤية القريبة.  
قيمة:

- عين واحدة تتوافق مع نصف مسافة الحدقة لعين واحدة،
- العينان تتوافق مع المسافة الإجمالية للعينين.


تبلغ الخطوة 1 مم للمسافة الإجمالية افتراضياً.

يمكن إجراء تعديل المسافات بين الحدقتين عبر وحدة التحكم:

- بتدوير الزر المركزي في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.



- بالضغط على المفاتيح [-/+].



### c. تعديل مسند الجبهة


يُعدّل مسند الجبهة يدويًا بفضل المقبض الموجود في مقدمة رأس الانكسار.

يؤثر تعديل مسند الجبهة على المسافة الرأسية. لذا، يُفضل وضع رأس الانكسار بالقرب من عيون المريض قدر الإمكان.

### التحقق من المسافة الرأسية



تُفحص المسافة الرأسية عبر شاشة اللمس بالضغط على .  
< تظهر صور العين اليمنى واليسرى للمريض في الجزء العلوي من شاشة وحدة التحكم.



< عدّل موضع الخطوط الرأسية لتناسب مع قمة القرنية لكل عين باستخدام الزر المركزي أو مفاتيح التدرج (+/-) في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.

يمكن تعديل المسافة الرأسية بضبط مسند الجبهة باستخدام المقبض الموجود في مقدمة رأس الانكسار.




#### d. الانتقال من وضع الرؤية البعيدة إلى وضع الرؤية القريبة

يمكن إجراء الانتقال من وضع الرؤية البعيدة إلى وضع الرؤية القريبة كالتالي:

- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاح [NV/FV].





- على شاشة اللمس، بالضغط على .



يُعرض الرمز المقابل للوضع المحدد باللون الأزرق على الشاشة:


-  لوضع الرؤية البعيدة.
-  لوضع الرؤية القريبة.

| الرؤية القريبة                                                                      | الرؤية البعيدة                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

يؤدي التبدل إلى وضع الرؤية القريبة إلى تعديل المسافات بين الحدقتين وتقارب رأس الانكسار وإضاءة مصابيح LED.



## ٧١. الوظائف الأساسية لإجراء فحص الانكسار



## 1. اختبار اختبار

يتم اختبار الاختبارات على الجزء الأيسر من الشاشة الرئيسية.



توفر العديد من تنسيقات الاختبار. اضغط على:

- للوصول إلى قائمة الاختبارات المتاحة،
- للوصول إلى الاختبارات المفضلة المحددة مسبقًا،
- للوصول إلى برامج الاختبار القياسية أو المخصصة.

### a. تحديد اختبار

اضغط على رمز الاختبار الذي تريد بدؤه. تُعرض صورة الاختبار أسفل الشاشة الرئيسية.


عند تحديد اختبار، تُعدّل الإعدادات المتحكم فيها فضلاً عن عوامل التصفية المطبقة تلقائيًا. إذا كنت ترغب في إلغاء تفعيل هذه الوظيفة، انتقل إلى الوضع اليدوي على شاشة اللمس بالضغط على:

- < أو،
- (معروض افتراضياً) .



b. بدء برنامج اختبار موجود

1 اضغط على رمز برنامج الاختبار.



< تُعرض قائمة برامج الاختبار المتاحة اعتمادًا على مقياس العدسة وذاكرات مقياس الانكسار التلقائي وعمر المريض أو أيًا منهم، ويُفتح برنامج واحد ليكون الأنسب. ويظهر هذا البرنامج بخط بارز.

يتمتع جهاز Vision-R<sup>TM</sup>800 بإمكانية التوصية بأفضل برنامج يمكن أدائه للمريض. وتُحسب هذه التوصية من خلال المعلومات المستوردة إلى جهاز محرك الإبصار. للحصول على التوصية الأكثر اكتمالًا، سيحتاج أخصائي طب وجراحة العيون إلى إدخال القياس الموضوعي ومقياس العدسة وعمر المريض؛ ثم سيظهر البرنامج الموصى به بخط بارز.





2 تحديد البرنامج الذي ترغب في استخدامه.  
< يُعرض برنامج الاختبار ويتم إعداد الاختبار الأول تلقائيًا.



يمكنك ما يلي:

- متابعة تقدّم البرنامج على شريط التقدّم.
- مغادرة البرنامج في أي وقت بالضغط على [STOP].
- الانتقال إلى الاختبار التالي بالضغط على:
  - الرمز المرتبط به،
  - [NEXT] في حالة اختيار الاختبارات الذكية.


إذا كنت ترغب في تحديد اختبار خارج نطاق البرنامج الجاري، اضغط على رمز قائمة الاختبار أو رمز الاختبارات المفضلة.  يُمكن العودة إلى البرنامج قيد التشغيل بالضغط على الرمز المقابل.

## 2. تحديد الوحدة البصرية ومعاينتها

### a. تغيير العين التي خضعت للفحص

يمكن اختيار العين الخاضعة للفحص من خلال ما يلي:

- على شاشة اللمس، بتحديد:
  - قوة العين اليمنى أو العين اليسرى، للفحص المنفصل لكل عين أو،
  - في الإعدادات (S, C, A, ADD, Hor., Ver) للفحص المتزامن لكلا العينين.




- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفاتيح [R, BINO, L].




### b. تغيير الإعدادات المتحكم فيها

يمكن الانتقال من إعداد متحكم فيه (S, C, A, ADD, Hor., Ver) إلى آخر من خلال ما يلي:

- على شاشة اللمس، بالضغط على الإعداد الذي ترغب في تحديده (على قيمة العين اليمنى أو العين اليسرى أو على الإعداد).



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على الزر المركزي.



رهنًا بحالة الجهاز، يمكن تنفيذ العملية بطرق مختلفة:



| الموشور الضوئي                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الرؤية القريبة | الرؤية البعيدة |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|---|------|----|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|----|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|----|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| <table> <tr><td>0.00</td><td>S</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>C</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0°</td><td>A</td><td>0°</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>ADD</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>Hor.</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>Ver.</td><td>0.0</td></tr> </table> | 0.00           | S              | 0.00 | 0.00 | C | 0.00 | 0° | A | 0° | 0.00 | ADD | 0.00 | 0.0 | Hor. | 0.0 | 0.0 | Ver. | 0.0 | <table> <tr><td>0.00</td><td>S</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>C</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0°</td><td>A</td><td>0°</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>ADD</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>Hor.</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>Ver.</td><td>0.0</td></tr> </table> | 0.00 | S | 0.00 | 0.00 | C | 0.00 | 0° | A | 0° | 0.00 | ADD | 0.00 | 0.0 | Hor. | 0.0 | 0.0 | Ver. | 0.0 | <table> <tr><td>0.00</td><td>S</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>C</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0°</td><td>A</td><td>0°</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>ADD</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>Hor.</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>Ver.</td><td>0.0</td></tr> </table> | 0.00 | S | 0.00 | 0.00 | C | 0.00 | 0° | A | 0° | 0.00 | ADD | 0.00 | 0.0 | Hor. | 0.0 | 0.0 | Ver. | 0.0 |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S              | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C              | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A              | 0°             |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADD            | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hor.           | 0.0            |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ver.           | 0.0            |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S              | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C              | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A              | 0°             |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADD            | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hor.           | 0.0            |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ver.           | 0.0            |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S              | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C              | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A              | 0°             |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADD            | 0.00           |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hor.           | 0.0            |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ver.           | 0.0            |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |      |      |   |      |    |   |    |      |     |      |     |      |     |     |      |     |

### c. تعديل القوة ودرجات التدّج


#### تعديل القوة

يمكن تعديل القوة من خلال ما يلي:

- على شاشة اللمس، بالضغط مرة ثانية على الإعداد المطلوب التحكم فيه.

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | S    | 0.00 |
| 0.00 | C    | 0.00 |
| 0°   | A    | 0°   |
| 0.00 | ADD  | 0.00 |
| 0.0  | Hor. | 0.0  |
| 0.0  | Ver. | 0.0  |


< في هذه الحالة، تُعرض لوحة المفاتيح الرقمية. أدخل القيمة المطلوبة مع التأكيد. ✓




بمجرد اكتمال الإدخال، لا تنس حفظ الوصفة الطبية الأولية في الذاكرة التي تختارها.



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:
  - تدوير الزر المركزي في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، أو



- بالضغط على المفاتيح [+/-].



**مثال:**

إذا كنت ترغب في تعديل العدسة الكروية (S)، فيمكن تعديل قيم العين اليمنى أو العين اليسرى بشكل مستقل، أو كليهما في نفس الوقت بتحديد "S" مباشرة.

#### d. تعديل درجات التدّج


ثمة خيارات ثلاثة لدرجات الانحراف قابلة للتكوين:

1. درجة انحراف العدسة الكروية والأسطوانية
2. درجة انحراف المحور
3. درجة انحراف الموشور الضوئي


تُعرض القيمة في الشريط الأزرق العلوي وتعتمد على الإعداد المُفعّل.

تعتمد الوحدة وقيمة الدرجة على هذا الإعداد. ويمكن تعديل درجات التدّج من خلال ما يلي:

- على شاشة اللمس، بتحديد قيمة الدرجة المطلوبة.



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاحي [2 1].




وفقًا للإعدادات المتحكم فيها، فإن القيم ليست هي ذاتها:


- تُعرض العدسة الكروية (S) والأسطوانية (C) والإضافات (ADD) بالديوبتر ويمكن ضبطها على 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 أو 2.00 ديوبتر.  
< تبلغ الدرجة 0.25 ديوبتر افتراضيًا.
- يُعرض المحور (A) بالدرجات ويمكن ضبطه على 1°, 5°, 10°, 20°, 45° أو 90°.  
< تبلغ الدرجة 5° افتراضيًا.
- تُعرض الموشورات (Hor. and Vert.) بالديوبتر الموشوري ويمكن ضبطها على 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 أو 6.0 R.  
< تبلغ الدرجة 1 ديوبتر افتراضيًا.

#### e. وظيفة قفل القيمة

تعتبر وظيفة قفل القيمة مفيدة إذا كنت ترغب في تثبيت قيم مختلفة. ولإجراء هذه الوظيفة، اضغط على رمز القفل.



يُعرض رمز القفل المغلق، وتصبح القيم باللون الرمادي ولا يمكن تعديلها بعد الآن.



لفتح القيم، اضغط على رمز القفل مرة أخرى.

### 3. قناع العين وتحديد عوامل التصفية

#### a. تحديد الأقنعة

اضغط على العين التي ترغب في حجبها.  
< يُطبّق القناع تلقائيًا أمام عين المريض.

يمكن أن يكون القناع:

- قناع أسود.
- قوة كروية، وفي هذه الحالة تُطبّق عدسة بهذه القوة أمام عين المريض.
- < تُعرض قيمة هذه القوة على العين المحددة.




يتم إعداد القناع تلقائيًا أثناء اختبارات الانكسار التلقائية، على عكس الاختبارات المنفصلة.

إذا كنت ترغب في إلغاء تفعيل هذه الوظيفة، انتقل إلى الوضع اليدوي على شاشة اللمس بالضغط على:

- < أو،
- (معروض افتراضيًا).

#### b. تحديد عوامل التصفية وتعديلها

لتخصيص عوامل التصفية التي سُطبّق أمام عيني المريض، اضغط مطوّلًا على إحدى العينين.  
تفتح نافذة:



يمكنك تحديد عوامل التصفية المختلفة:

- أحادي العين، يفصل بين العين اليمنى والعين اليسرى،
- ثنائي العين بتحديد عامل تصفية للعينين.

الإجراء يدوي. إذا طبقت عوامل التصفية على الاختبار، يكون التعديل مؤقتًا حتى بداية جلسة جديدة.

تُعرض عوامل التصفية المحددة في الجزء العلوي من النافذة. وبمجرد الانتهاء منها، اضغط على:


- لتأكيد الاختيار. ✓
- للإلغاء. ✗

### c. تعديل نوع الإطباق

لتخصيص نوع الإطباق الذي سيُطبَّق أمام العين غير المحددة، اضغط مطوّلًا على إحدى العينين. تفتح نافذة:



اضغط على [Occlusion type] وحدد نوع الإطباق المطلوب من القائمة:




الإجراء يدوي. إذا طُبق نوع الإطباق، يكون التعديل مؤقتًا حتى بداية جلسة جديدة.



#### 4. عرض البيانات المصدرة في نهاية الفحص


لعرض البيانات المصدرة اضغط على < على .



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على [Export] .



تظهر الصفحة التالية:



#### 1. النطاق 1

بالنقر على هذا المربع، يمكن إعادة تغيير الإعدادات المختلفة:

- الاسم
- المصدر
- مسافة الشاشة
- المسافة الرأسية
- التقريب
- الرؤية النهارية/الرؤية الليلية

#### 2. النطاق 2

يمكن عرض قيم التقريب واختيارها بالنقر على هذا المربع.

انقر فوق  في المربع [Step] لتحديد المتطلبات الأساسية التي ستُصدّر أولاً وأياً سيقع عليها الاختيار إذا كان من الضروري إجراء اختبار التصحيح.


انقر فوق  للوصول إلى قائمة أنواع بيانات التصدير المحددة مسبقاً (استناداً إلى معلومات الذاكرة) وحدد نوع منهم. إذا لم تُقاس المسافة الرأسية، فلا يُشار إليها لتصحيح النظارات وتعديلها إلى 0 مم لتصحيح العدسات اللاصقة بدءاً من المسافة الرأسية المرجعية (المُختارة باستخدام إعدادات جهاز محرك الإبصار).

لتغيير القيم، انقر فوق المربع الموجود في العمود المقابل. تظهر صفحة تهيئة بيانات التصدير. وقد أدخلت تغييرات على النحو المبين أعلاه.

## 5. إدارة بيانات المريض

### a. إضافة ملف مريض

لإنشاء ملف مريض، اضغط على  < .



< تُعرض صفحة إنشاء ملف المريض:

| Patient                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Name                                                              | <input type="text"/> |
| Last Name                                                         | <input type="text"/> |
| Birth Date                                                        | <input type="text"/> |
| Gender                                                            | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/> |                      |

تعبئة الحقول المطلوبة:

| Patient                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Name                                                              | Jane                 |
| Last Name                                                         | Doe                  |
| Birth Date                                                        | 25/08/1980           |
| Gender                                                            | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="✓"/> |                      |

رسائل تذكيرية

- ذكر: ♂
- أنثى: ♀


بمجرد تعبئة الملف، اضغط على:

- للتأكيد. ✓
- للإلغاء. ✗


6. الحصول على المساعدة السياقية

للحصول على المساعدة السياقية، اضغط على **?**.

تُعرض عبارات الاختبارات بالإضافة إلى الإجراءات المزمع تنفيذها على وحدة التحكم على الجزء الأيمن من الشاشة.




إذا كنت ترغب في عرض المزيد من المعلومات حول الاختبار، فاضغط على **[More help]**.  
تُعرض صفحة مساعدة إضافية:



اضغط على ✓ لإغلاق الصفحة.

## ٧١١. إجراء الاختبارات أثناء فحص الانكسار



## 1. إدخال بيانات انكسار المريض

### a. موضوعي

قبل إجراء اختبارات الانكسار، من الضروري أولاً إدخال بيانات الانكسار الأولي للمريض في الجهاز. ويمكن أن تأتي هذه البيانات مما يلي:

1. الانكسار السابق المقاس على نظارات المريض،
2. الانكسار الموضوعي:
  - يُقاس باستخدام مقياس الانكسار التلقائي أو منظار الشبكية،
  - يُحدّد بمقياس الزيج.
3. ملف المريض.


### b. استيراد البيانات من Essibox.com

يمكن استيراد بيانات انكسار المريض من موقع Essibox.com:

- على شاشة اللمس، بالضغط على  < .



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على  [Import].



توضع بيانات الانكسار تلقائيًا في إحدى ذاكرات جهاز محرك الإحصار وفقًا للمعلومات المستوردة وإعدادات جهاز محرك الإحصار:

- [Lensmeter]: التصحيح السابق
- [Autorefractor]: انكسار موضوعي يُقاس باستخدام مقياس الانكسار التلقائي أو منظار الشبكية
- [Retinoscopy]: انكسار يُقاس بمنظار الشبكية
- [Patient file]: انكسار من ملف المريض
- [Subjective night]
- [Auto-kerato-refractometer night]
- [Memory 1]
- [Memory 2]
- [Memory 3]
- [Memory 4]

تتوفر 10 ذاكرات في المجلد.  
يمكن إعادة تسمية الذاكرات.



### c. الإدخال اليدوي

يمكن إجراء إدخال الانكسار الأولي إما:

- العينان، واحدة تلو الأخرى
- العينان في نفس الوقت

يمكن إدخال بيانات انكسار العين للمريض يدويًا في جهاز محرك الإبصار بطريقتين مختلفتين:

1. باستخدام شاشة اللمس بوحدة التحكم، أو
2. باستخدام لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.

#### 1- استخدام شاشة اللمس بوحدة التحكم

1 اضغط على الإعداد الذي ترغب في إدخاله.


- العدسة الكروية (S)
- العدسة الأسطوانية (C)
- المحور (A)

يمكن إجراء الاختيار بشكل مستقل للعين اليمنى أو العين اليسرى أو للعينين.



|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | S    | 0.00 |
| 0.00 | ↑    | 0.00 |
| 0°   | ↕    | 0°   |
| 0.00 | ADD  | 0.00 |
| 0.0  | Hor. | 0.0  |
| 0.0  | Ver. | 0.0  |

< يُعرض سطر الإعداد المحدد باللون الأزرق. اضغط على المعلمة المحددة مرة أخرى لعرض لوحة المفاتيح الرقمية.




2 أدخل القيمة المطلوبة واضغط على:

✓ للتأكيد.

✗ للإلغاء.

< تُعرض البيانات على الشاشة وتوضع أمام عين أو عيون المريض.



3 ثم اضغط على إعدادات أخرى إذا لزم الأمر.

2- استخدام لوحة المفاتيح بوحدة التحكم

1 اضغط على المفاتيح [R, BINO or L].



2 أدر الزر المركزي بلوحة المفاتيح في اتجاه عقارب الساعة (-) أو عكس اتجاه عقارب الساعة (+).

< تتغير قيم الإعداد المحدد.

3 اضغط على الزر المركزي بلوحة المفاتيح لتغيير الإعداد إذا لزم الأمر.

لا تنس حفظ البيانات المدخلة في إحدى الذاكرات المتوفرة (هنا [Lensmeter]).



### 3 - حفظ البيانات

1 اضغط على:


|      |      |      |
|------|------|------|
| 0    | S    | 0.00 |
| 0.00 | C    | 0.00 |
| 0°   | A    | 0°   |
| 0.00 | ADD  | 0.00 |
| 0.0  | Hor. | 0.0  |
| 0.0  | Ver. | 0.0  |

< تُعرض قائمة الذاكرات المتوفرة.

|              |
|--------------|
| Save         |
| Lensmeter    |
| Autorefracto |
| Retinoscopy  |
| Patient File |
| Memory 1     |
| Memory 2     |
| Memory 3     |
| Convert      |
| Adjust       |

## 2. اختر الذاكرة المطلوبة.

< تُعرض البيانات المحفوظة على الجزء الأيمن من الشاشة.



## 2. الاختبارات الأساسية

ثمة ثلاثة أنواع من الاختبارات الأساسية:

1. اختبارات انكسار الرؤية البعيدة
2. اختبارات الرؤية ثنائية العين
3. اختبارات الرؤية القريبة

### a. اختبارات الانكسار

سيرد تفصيل لكل اختبار من اختبارات الانكسار التالية:

- حدة البصر
- الأحمر/الأخضر أو ثنائي اللون
- الأسطوانيات المتصالبة الثابتة
- الأسطوانيات المتصالبة المحتجزة
- توازن ثنائي العين

هذه القائمة ليست شاملة.

صُممت بعض الاختبارات الرئيسية هنا للمساعدة في فهم تشغيل الجهاز ليس إلا.

تتوفر مساعدة سياقية لكل اختبار "مناسبة للحالة" بالضغط على **?**.

يُطلب من المستخدم مطالعة هذا الجزء.

**رسالة تذكيرية**


قبل إجراء اختبارات الانكسار، يُوصى أولاً بإدخال بيانات الانكسار الأولي للمريض في الجهاز. ويمكن أن تأتي هذه البيانات مما يلي:

1. الانكسار السابق المقاس على نظارات المريض،
2. الانكسار الموضوعي:
  - يُقاس باستخدام مقياس الانكسار التلقائي أو منظار الشبكية،
  - يُحدّد بمقياس الزيج.
3. ملف المريض.

**حدة البصر**
**موضوعي**

قياس حدة البصر للمريض بتصحيح وبدون تصحيح أو أيًا منهما فيما يلي:

- الرؤية البعيدة،
- حالة الرؤية أحادية العين:
  - العين اليمنى (RE)،
  - العين اليسرى (LE)،
- حالة الرؤية ثنائية العين (العينين أي العين اليمنى واليسرى في آن واحد).

**اختيار مقياس لوحات اختبار حدة النظر**

يمكن اختيار نوعين من مقاييس لوحات اختبار حدة النظر:

1. مقياس التقدّم النسبي (في الحدة المعاكسة والعشرية)
  - حروف
  - أرقام
  - حلقة لاندولت "C of Landolt"
  - حرف E في مخطط سنيلين "E of Snellen"
  - أشكال منمطة
2. مقياس التقدّم اللوغاريتمي
  - حروف
  - أرقام
  - حلقة لاندولت "C of Landolt"
  - حرف E في مخطط سنيلين "E of Snellen"

بمجرد تحديد اختيارك، اضغط على رمز الاختبار المطلوب. تُعرض صورة الاختبار عندئذ أسفل الشاشة الرئيسية:



يتيح لك مربع عرض الاختبار ما يلي:




- رؤية لوحات اختبار حدة النظر المقدمة.
- عرض قيم حدة البصر في الوحدة المختارة أثناء التهيئة:
  - الحدة العشرية (x/10)
  - حدة سنيلين بالأمتار (x/6)
  - حدة سنيلين بالقدم (x/20)

يتيح لك جدول لوحات اختبار حدة النظر ما يلي:

- عرض قيمة الحدة المقابلة،
- عرض وحدة الحدة.

#### اختيار مقياس لوحات اختبار حدة النظر


| مقاييس الحدة        | الأنواع                     | الرموز | منطقة العرض أسفل الشاشة |
|---------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| مقياس التقدم النسبي | حروف                        | A      |                         |
|                     | أرقام                       | 3      |                         |
|                     | حلقة لاندولت "C" of Landolt | C      |                         |

|                                                                                     |  |                                                                                      |                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|    |  |    | حرف E في<br>مخطط سنيلين<br>"E of Snellen" |                              |
|    |  |    | أشكال منمطة                               |                              |
|    |  |    | حروف                                      |                              |
|    |  |    | أرقام                                     |                              |
|   |  |  | حلقة لاندولت "C"<br>"of Landolt"          | مقياس التقدّم<br>اللوغاريتمي |
|  |  |  | حرف E في<br>مخطط سنيلين<br>"E of Snellen" |                              |

تتوفر ست مجموعات من لوحات اختبار حدة النظر لكل مقياس من حدة البصر بحيث لا يحفظ المريض المجموعة. ويمكن تغيير المجموعة مع الحفاظ على نفس حجم الحرف من خلال ما يلي:



- على شاشة اللمس، بالضغط على النقاط الموجودة أعلى لوحات اختبار حدة النظر.



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على المفاتيح الأفقية.



### عرض قِيم حدة البصر

لعرض قِيم الحدة، اضغط على **A<sub>A</sub>**.

تُعرض قِيم حدة البصر أسفل الجدول مع تمييز قيمة (قِيم) حدة البصر المعروضة حاليًا باللون الأزرق.

|                                                                                   |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.20 |      |      |      |      |
|  | O N S H R                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.30 |      |      |      |      |
|  | V H C Z N                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.40 |      |      |      |      |
| C S Z V O                                                                         |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 0.05                                                                              | 0.08                                                                              | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |

يمكن تغيير قيم حدة البصر على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على المفاتيح الرأسية.



سجل قيمة حدة البصر لدى المريض بالضغط على المفتاح الموجود في منتصف الأسهم الأربعة أو بالضغط على قيمة حدة البصر على الشاشة.




| على الشاشة | على لوحة المفاتيح |
|------------|-------------------|
|            |                   |

### اختبار عرض جدول لوحات اختبار حدة النظر

لاختبار نوع العرض اضغط على **⋮**.


يمكن اختيار أربعة أنواع من لوحات اختبار حدة النظر:

1. في شكل جدول
2. في شكل عمود
3. في شكل سطر
4. في لوحة اختبار منفردة

| أنواع العرض                                  | العرض في منطقة أسفل الشاشة                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الجدول                                       |    |
| العمود                                       |    |
| العمود المتعدد (اضغط على نفس الرمز مرة أخرى) |    |
| السطر                                        |  |
| السطر المتعدد (اضغط على نفس الرمز مرة أخرى)  |  |
| لوحة الاختبار المنفردة                       |  |

#### تثبيت تركيز المريض

في هذا القسم، يستطيع أخصائي طب وجراحة العيون تثبيت تركيز المريض على منطقة معينة. اضغط على . الآن أصبح من الممكن التركيز من خلال ما يلي:

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | السهم |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | المربع              |
|  | التسطير             |
|  | الخطين على الجانبين |

### اختيار نوع التباين

1. اختيار نوع التباين، اضغط على .

يمكن اختيار ثلاثة أنواع من التباين:

1. الأحمر والأخضر، بتباين تام،
2. الأبيض بخلفية سوداء
3. الأسود بخلفية بيضاء، مع إمكانية اختيار معدلات التباين من 0 إلى 100%.




### الإجراء - تحديد حدة البصر للمريض

1. حدّد لوحات اختبار حدة النظر على شاشة اللمس.

تحقق من لوحات اختبار حدة النظر التي تظهر بشكل صحيح على شاشة عرض الاختبار.



2. حدّد العين اليمنى أو العين اليسرى أو كلتا العينين باستخدام المفاتيح [R, L or BINO] على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.



3 مَرّر عبر اختبارات حدة البصر باستخدام الأسهم الرأسية الموجودة على لوحة مفاتيح بوحدة التحكم.



4 اسأل المريض السؤال التالي:

"انظر إلى الاختبار، ما هو أصغر خط رمزي يمكنك إبصاره بوضوح دون أن تحقق؟"

< إذا تمكن المريض من إبصار 3 لوحات اختبار حدة النظر من أصل 5 لوحات على نفس خط الحدة، فقد تحقق مستوى الحدة.

5 حفظ قيمة حدة البصر. يمكنك حفظ هذه القيمة من خلال ما يلي:

• على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على المفتاح الموجود في منتصف الأسهم الأربعة.




في حال تفرد السطر أو الرمز في المقياس النسبي فقط.

• على شاشة اللمس، بالضغط على قيمة الحدة التي تظهر في مربع العرض.



< تتغير قيمة حدة البصر للمريض (العين اليمنى أو العين اليسرى أو العينين) إلى اللون الأزرق وتُحفظ هذه القيمة في قسم "بيانات المريض" في ذاكرة "حدة البصر".

< تظهر في القرص الموجود على يمين الشاشة.



### الأحمر/الأخضر أو ثنائي اللون (اختبار غير ذكي)

#### موضوعي


تعديل قيمة تصحيح العدسة الكروية للمريض فيما يلي:

- الرؤية البعيدة،
- حالة الرؤية أحادية العين:
  - العين اليمنى (RE)،
  - العين اليسرى (LE)،
- حالة الرؤية ثنائية العين (العينين أي العين اليمنى واليسرى في آن واحد).

## الإجراء - إجراء الاختبار

1 اضغط على

< يُعرض الاختبار باللونين الأحمر/الأخضر في مربع العرض أسفل شاشة اللمس بوحدة التحكم.



< يُعرض الجدول المقابل للوحات اختبار حدة النظر على شاشة عرض الاختبار.

إجراء هذا الاختبار في أفضل الظروف، يُنصح بيئة ذات إضاءة أقل.




2 اسأل المريض السؤال التالي:

"انظر إلى الاختبار، هل تبدو المجسمات أكثر وضوحًا على الخلفية الحمراء أو على الخلفية الخضراء، أم أنها تبدو متطابقة على كلتا الخلفيتين؟"

إذا كان الجواب:

< - أوضح على الخلفية الحمراء أضف -0.25 ديوبتر (\*) إلى قيمة العدسة الكروية. بإحدى الطريقتين:

• على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاح "-".



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بتدوير الزر المركزي في اتجاه عقارب الساعة (\*).



- < ابدأ الاختبار مرة أخرى حتى يرى المريض العتمة المتساوية للمجسمات على الخلفية الحمراء والخلفية الخضراء أو منح الأفضلية للخلفية الخضراء.
- < - أوضح على الخلفية الخضراء أضف +0.25 ديوبتر (\*) إلى قيمة العدسة الكروية. بإحدى الطريقتين:
  - على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاح "+".



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بتدوير الزر المركزي عكس اتجاه عقارب الساعة (\*).



- < ابدأ الاختبار مرة أخرى حتى يرى المريض الوضوح المتساوي للمجسمات على الخلفية الحمراء والخلفية الخضراء أو منح الأفضلية للخلفية الحمراء.
- < - في حالة التطابق على الخلفية الحمراء والخلفية الخضراء يُحتفظ بقيمة العدسة الكروية.
  - في حالة وجود انعكاس مفضل للونين الأحمر والأخضر بين درجتين كرويتين، يُحتفظ بالقيم الأخيرة:
    - أحمر للمريض الذي يعاني من قصر النظر
    - أخضر للمريض الذي يعاني من مد البصر

#### ملاحظات

- لتجنب الآثار المزعجة عند تجهيز المريض (والتي قد تجعله يفضل اللون الأحمر)، يمكن القيام بما يلي:
  - الطلب من المريض النظر إلى الخلفية الخضراء قبل الشروع في المقارنة بين الأحمر والأخضر،
  - إحداث ضبابية طفيفة للألوان بإضافة قوة +0.50 ديوبتر للحصول على تفضيل للون الأحمر ثم إيضاح اللون حتى يتحقق التوازن بين الأحمر والأخضر.
- يمكن أن تشير العديد من الإجابات المفضلة المتعاقبة للون الأحمر إلى أن المريض يتدخل عن غير قصد في عملية تجهيزه. وقد يحدث هذا بشكل خاص مع المرضى الصغار الذين قد يظهر عليهم أحياناً قصر النظر بسبب الإفراط في إدماجهم في عملية تجهيزهم. لذلك من المهم ضمان عدم تركها تؤدي إلى قيمة كروية مقعرة (أو سلبية) بدرجة كبيرة.

(\*)

تتوافق هذه المعلومات مع إعدادات جهاز محرك الإبصار الافتراضية. تبلغ درجة انحراف العدسة الكروية 0.25 ديوبتر افتراضيًا ولكن يمكن تعديلها في الإعدادات.

## الأسطوانات المتصلية الثابتة

### موضوعي


تعديل قيمة تصحيح العدسة الكروية للمريض فيما يلي:

- الرؤية البعيدة،
- حالة الرؤية أحادية العين:
  - العين اليمنى (RE)،
  - العين اليسرى (LE)،
- حالة الرؤية ثنائية العين (العينين أي العين اليمنى واليسرى في آن واحد).

### الإجراء - إجراء الاختبار

1 اضغط على .

< يُعرض الشكل المتصلب المكون من خطوط أفقية وعمودية سوداء على خلفية بيضاء في مربع العرض أسفل شاشة اللمس بوحدة التحكم.



< يُعرض الشكل المتصلب على شاشة عرض الاختبار.

< تُضاف أسطوانة متصلة ثابتة بمعادلة "0.50+ (- 1.00) 90°" لتصحيح نظر المريض (على العين اليمنى أو العين اليسرى أو كلتا العينين).

تُنشأ هذه الأسطوانة تلقائيًا بواسطة الوحدة البصرية من خلال جمعها بتصحيح نظر المريض؛ وهي ليست عدسة إضافية تُضاف أمام تصحيح نظر المريض (كما هو الحال في جهاز محرك الإبصار التقليدي).

## 2 أسأل المريض السؤال التالي:

"انظر إلى الشكل المتصالب. وأخبرني إذا كانت الخطوط الأفقية أو العمودية تبدو أكثر وضوحًا بالنسبة لك أو أكثر قتامة أو إذا كانت كافة الخطوط تبدو بنفس القتامة."

إذا كان الجواب:

- < - **الخطوط العمودية أوضح** أضف -0.25 ديوبتر (\*) إلى قيمة العدسة الكروية. بإحدى الطريقتين:
  - على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاح "-".



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بتدوير الزر المركزي في اتجاه عقارب الساعة (\*).



< ابدأ الاختبار مرة أخرى حتى يرى المريض وضوحًا متساويًا بين الخطوط الأفقية والعمودية أو وضوحًا أعلى للخطوط الأفقية.

- < - **الخطوط الأفقية أوضح** أضف +0.25 ديوبتر (\*) إلى قيمة العدسة الكروية. بإحدى الطريقتين:
  - على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاح "+".



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بتدوير الزر المركزي عكس اتجاه عقارب الساعة (\*).



< ابدأ الاختبار مرة أخرى حتى يرى المريض وضوحًا متساويًا بين الخطوط الأفقية والعمودية أو وضوحًا أعلى للخطوط العمودية.

- < - في حالة التساوي في القتامة بين الأفقي والعمودي يُحتفظ بقيمة العدسة الكروية.
- في حالة وجود انعكاس مفضل بين الخطوط الأفقية والعمودية بين درجتين كرويتين، يُحتفظ بالقيّم الأخيرة:
- عمودي للمريض الذي يعاني من قصر النظر
  - أفقي للمريض الذي يعاني من مد البصر

#### ملاحظات

- لتجنب الآثار المزعجة عند تجهيز المريض، يمكن إحداث ضباب لوني للمريض (بقوة محدبة) حتى تحصل على تفضيل للخطوط العمودية ومن ثم إيضاها حتى تحقق التوازن بين الخطوط الأفقية والعمودية.
- يفترض اختبار الأسطوانات المتصالية الثابتة تصحيحًا دقيقًا لحالة اللابؤرية في العين. ويمكن أن تُحرّف النتيجة إذا تم تصحيح حالة اللابؤرية المباشرة (محور الأسطوانة أبعد من 0°) أو العكس (محور الأسطوانة أبعد من 90°) بشكل مفرط أو مقتصد.
- في نهاية الاختبار، تكون الخطوط الأفقية والعمودية غامضة بعض الشيء (لأن المريض ينظر إليها من خلال أسطوانة بمقاس 1.00 ديوبتر). ويُعد تطابق ضبابية الألوان على الخطوط الأفقية والعمودية هو الأمر الذي يهم حقًا.

(\*)

تتوافق هذه المعلومات مع إعدادات جهاز محرك الإبصار الافتراضية. تبلغ درجة انحراف العدسة الكروية 0.25 ديوبتر افتراضيًا ولكن يمكن تعديلها في الإعدادات.



### الأسطوانات المتصالية المحتجزة

#### موضوعي

تحديد قيمة تصحيح العدسة الأسطوانية للمريض فيما يلي:

- المحور،
- في القوة،
- في الرؤية البعيدة،
- في الرؤية أحادية العين (العين اليمنى أو العين اليسرى).

تاريخيًا، أُجري اختبار الأسطوانات المتصالية المحتجزة باستخدام عدسة مكونة من أسطوانة موجية وأسطوانة سالبة لهما نفس القوى والأجزاء المتعامدة بينهما. وتُبنت هذه العدسة على عمود وعكست موضع الأسطوانات الموجية والسالبة يدويًا بقلب العدسة على ذاتها.



وعلى عكس أجهزة محركات الإبصار اليدوية والآلية التقليدية، لا يوجد انعكاس في جهاز Vision-R™ 800 أو أدلة العدسات "المتغيرة". وتتحرك الأسطوانة المتصالية على الفور. ويتحدد الانعكاس من خلال عملية حسابية تنشئها الوحدة الضوئية، بالإضافة إلى التصحيح القائم. ويرى المريض حدوث التغيير على الفور ودون انقطاع وبالتالي يدرك الاختلافات بسهولة أكبر.



#### المبدأ

يتمثل مبدأ الاختبار في الجمع بين لابؤرية العدسة وقيمة الأسطوانة المتبقية غير المصححة للعين (النتيجة عن الجمع بين لابؤرية العين والتصحيح القائم).

- إذا تم تصحيح حالة اللابؤرية بشكل جيد، فلن يلاحظ المريض أي فرق بين أوضاع الأسطوانة المتصالية؛ وسيبقى جميع الأوضاع ضبابية بنفس القدر.
- إذا لم يتم تصحيح حالة اللابؤرية بشكل جيد، فسيلاحظ المريض فرقًا ضبابيًا بين أوضاع الأسطوانة المتصالية المختلفة.

يُجرى اختبار الأسطوانة المتصالية المعكوسة على ثلاث مراحل:

1. البحث عن محور العدسة الأسطوانية
2. البحث عن قوة العدسة الأسطوانية
3. تعديل قوة العدسة الكروية (استنادًا إلى قيمة العدسة الأسطوانية)

#### رسالة تذكيرية - البحث عن محور العدسة الأسطوانية

يتكون البحث عن محور العدسة الأسطوانية من مقارنة موضعين:

1. المحور السالب للعدسة الأسطوانية التصحيحية
2. محور العدسة الأسطوانية لتصحيح عين المريض

إذا كان محور التصحيح سليمًا، فلن يلاحظ المريض أي فرق بين الموضعين.

ومع ذلك، إذا لاحظ المريض فرقًا بين الموضعين، فيجب تعديل محور التصحيح بمقدار 5 درجات (\*) في اتجاه المحور السالب للعدسة الأسطوانية المتصالية المفضلة. يجب تكرار العملية حتى لا يشعر المريض بوجود فرق بين الموضعين أو يشير إلى العودة إلى موضع المحور السابق.



### رسالة تذكيرية - البحث عن قوة العدسة الأسطوانية

يتكون البحث عن قوة العدسة الأسطوانية من وضع خطوط الطول للأسطوانة المتصالية وفقًا لاتجاه محور التصحيح ومقارنة موضعي الأسطوانة المتصالية.

إذا كانت قوة العدسة الأسطوانية سليمة، فلن يشعر المريض بأي فرق.

ومع ذلك، إذا لاحظ المريض فرقًا فمن الضروري تعديل قوة العدسة الأسطوانية. وإذا كان المريض يفضل:

- موضع الأسطوانة المتصالية بمحاذاة المحور السالب لموضع التصحيح: فمن الضروري زيادة قيمة العدسة الأسطوانية السالبة للتصحيح بمقدار 0.25 ديوبتر (\*).
- الموضع الذي يكون فيه المحور السالب للأسطوانة متعامدًا مع محور التصحيح (يتوافق مع محور الأسطوانة الموجب المحاذي لمحور التصحيح): فمن الضروري تقليل قيمة العدسة الأسطوانية بمقدار 0.25 ديوبتر (\*).

كرر العملية حتى لا يشعر المريض بوجود فرق أو يشير إلى العودة إلى موضع الأسطوانة المتصالية السابق.


**ملاحظة:** بعد تغيير العدسة الأسطوانية بمقدار 0.50 ديوبتر، تذكر ضبط قوة العدسة الكروية بمقدار 0.25 ديوبتر للحفاظ على القوة الكروية المكافئة الثابتة.

### الإجراء - أداء الاختبار، الخطوة الأولى، البحث عن محور العدسة الأسطوانية

1 اضغط على 

يمكن أيضًا إجراء هذا الاختبار باستخدام حرف مستهدف 

< يُعرض اختبار الأسطوانة المتصالية المعكوسة في مربع العرض أسفل شاشة اللمس بوحدة التحكم.



< يُعرض اختبار النقاط على شاشة عرض الاختبار.

< توضع العدسة الأسطوانية المتصالية في موضع التحقق من محور الأسطوانة، ويتم توجيهها وفقًا لاتجاه المحور السالب لأسطوانة تصحيح عين المريض.

يُمثل هذا المحور بصريًا بالخط الأسود أدناه.



تمثل النقاط البيضاء المحور الموجب.


كما يمكن وضعه مباشرة في موضع البحث عن المحور وذلك بالنقر مرة واحدة على قيمة محور الأسطوانة للعين المعنية.

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | S    | 0.00 |
| 0.00 | C    | 0.00 |
| 0.00 | A    | 0°   |
| 0.00 | ADD  | 0.00 |
| 0.0  | Hor. | 0.0  |
| 0.0  | Ver. | 0.0  |

2 أسأل المريض السؤال التالي:

"انظر إلى النقاط. وأخبرني إذا كانت تبدو أكثر وضوحًا أو قتامة أو أكثر تباينًا في الموضع 1 أو الموضع 2 أو إذا كانت تبدو متطابقة بالنسبة لك؟"


بغية:

|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | إظهار النقاط في الموضع 1، اضغط على المفتاح "1" في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم. |
|  | إظهار النقاط في الموضع 2، اضغط على المفتاح "2" في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم. |

من المهم أن نقترح دائمًا الخيارات الثلاثة:

- الموضع 1
- الموضع 2
- متطابقين

< يظهر تغيير الموضع في مربع عرض الاختبار بطريقتين:

| تغيير موضع الأسطوانة المتصالبة                                                      | تمييز الموضعين 1 و 2 باللون الأزرق                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

رسالة تذكيرية:

- تشير النقاط الحمراء إلى المحور السالب للأسطوانة المتصالية
- تشير النقاط البيضاء إلى المحور الموجب للأسطوانة المتصالية

إذا كان الجواب:

< - أوضح في الموضع 1 اضغط على مفتاح + في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:



يدور المحور (الأسطوانة السالبة للتصحيح والأسطوانة المتصالية) في اتجاه المحور السالب للوضعية المفضلة للمريض. (\*)

< كرر الاختبار حتى لا يرى المريض أي فرق بين الموضعين في الأسطوانة المتصالية.


< - أوضح في الموضع 2، اضغط على مفتاح - في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:



يدور المحور (الأسطوانة السالبة للتصحيح والأسطوانة المتصالية) في اتجاه المحور السالب للوضعية المفضلة للمريض. (\*)

< كرر الاختبار حتى لا يرى المريض أي فرق بين الموضعين في الأسطوانة المتصالية.

< - لا يوجد فرق، اضغط على الزر المركزي في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:




< احتفظ بهذه القيمة لمحور الأسطوانة.

< بعد ذلك يتم إعداد رأس الانكسار تلقائيًا في وضع التحقق من قوة العدسة الأسطوانية.

إذا كنت تفضل عكس الموضع 1 إلى الموضع 2، فاحتفظ بالقيمة الأولى للمحور أو القيمة الوسطى. وأكد اختيارك باستخدام الزر المركزي على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.

#### ملاحظات

إذا لم يتوفر تصحيح أسطواني مبدئي، فحدّد أولاً محور الأسطوانة على نطاق 45 درجة بمقارنة الموضعين 0 درجة و 90 درجة، ثم 45 درجة و 135 درجة.



سيكون من الضروري وضع أسطوانة سالبة بمقدار -0.50 ديوبتر في النطاق المحدد البالغ 45 درجة ثم تنفيذ الإجراء الوارد أعلاه.

(\*)

تتوافق هذه المعلومات مع إعدادات جهاز محرك الإبصار الافتراضية.


- يبلغ عدم التغيير في محور الأسطوانة افتراضياً 5° ولكن يمكن تعديله في الإعدادات.
- كما يمكن تعديله أثناء الفحص بتحديد في مربع عرض الدرجات.



#### الإجراء - تشغيل الاختبار، الخطوة الثانية، البحث عن قوة العدسة الأسطوانية

تحديد قوة العدسة الأسطوانية. بإحدى الطريقتين:

- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على الزر المركزي.



- على شاشة اللمس بوحدة التحكم، بالنقر مرة واحدة على قيمة ضبط العين المعنية.

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | S    | 0.00 |
| 0.00 | C    | 0.00 |
| 0.00 | A    | 0°   |
| 0.00 | ADD  | 0.00 |
| 0.0  | Hor. | 0.0  |
| 0.0  | Ver. | 0.0  |

< توضع العدسة الأسطوانية المتصلبة في موضع التحقق من قوة العدسة الأسطوانية، ويتم توجيهها وفقًا لاتجاه المحور السالب للأسطوانة التصحيحية لتصحيح عين المريض.



تدور بزاوية 45 درجة من موضعها عند البحث عن محور الأسطوانة.

اسأل المريض السؤال التالي:

2

"انظر إلى النقاط. وأخبرني إذا كانت تبدو أكثر وضوحًا أو قتامة أو أكثر تباينًا في الموضع 1 أو الموضع 2 أو إذا كانت تبدو متطابقة بالنسبة لك؟"

بغية:



|  |                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | إظهار النقاط في الموضع 1، اضغط على المفتاح "1" في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم. |
|  | إظهار النقاط في الموضع 2، اضغط على المفتاح "2" في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم. |

من المهم أن نقترح دائمًا الخيارات الثلاثة:



- الموضع 1
- الموضع 2
- متطابقين

< يظهر تغيير الموضع في مربع عرض الاختبار بطريقتين:

| تغيير موضع محور العدسة الأسطوانية | تمييز الموضعين 1 و2 باللون الأزرق |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                   |                                   |
|                                   |                                   |


رسالة تذكيرية:



- تشير النقاط الحمراء إلى المحور السالب للأسطوانة المتصلبة
- تشير النقاط البيضاء إلى المحور الموجب للأسطوانة المتصلبة

إذا كان الجواب:


< - أوضح في الموضع 1 اضغط على مفتاح + في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:



تقلّ قيمة الأسطوانة التصحيحية السالبة فيما بعد بمقدار +0.25 ديوبتر.  
< كرر الاختبار حتى لا يرى المريض أي فرق بين الموضعين في الأسطوانة المتصالية.  
< - أوضح في الموضع 2، اضغط على مفتاح - في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:



تزيد قيمة الأسطوانة التصحيحية السالبة فيما بعد بمقدار -0.25 ديوبتر.  
< كرر الاختبار حتى لا يرى المريض أي فرق بين الموضعين في الأسطوانة المتصالية.  
< - لا يوجد فرق، اضغط على الزر المركزي في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:



< احتفظ بهذه القيمة لقوة العدسة الأسطوانية.  
إذا كان من الأفضل عكسه بين الموضع 1 والموضع 2، فاحتفظ بالقيمة الأدنى لقيمتي العدستين الأسطوانيتين الموجودتين.

(\*)

تتوافق هذه المعلومات مع إعدادات جهاز محرك الإبرار الافتراضية.

- تبلغ درجة الانحراف في قوة العدسة الأسطوانية افتراضياً 0.25 ديوبتر، ولكن يمكن تعديلها في الإعدادات.
- كما يمكن تعديله أثناء الفحص بتحديد في مربع عرض الدرجات.



### الإجراء - تشغيل الاختبار، الخطوة الثالثة، تعديل قوة العدسة الكروية


1 تعديل قيمة العدسة الكروية للحفاظ على المكافئ الكروي الثابت.

نفذ هذه العملية في حالة إجراء تغييرين في درجة القوة.

مثال: إذا أضيفت عدسة أسطوانية بمقدار -0.50 ديوبتر، فينبغي تعديل العدسة الكروية بمقدار +0.25 ديوبتر (\*).

2 يُنفذ هذا التعديل يدوياً من خلال تصحيح العدسة الكروية. ويمكنك أن تفعل ذلك من خلال ما يلي:

- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على الزر المركزي.



- على شاشة اللمس بوحدة التحكم، بالنقر مرة واحدة على قيمة ضبط العين المعينة.

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0.00 | S    | 0.00 |
| 0.00 | C    | 0.00 |
| 0°   | A    | 0°   |
| 0.00 | ADD  | 0.00 |
| 0.0  | Hor. | 0.0  |
| 0.0  | Ver. | 0.0  |

(\*)

إذا جرى اختيار درجة الانحراف في قوة العدسة الأسطوانية بقيمة غير 0.25 ديوبتر، فسيكون التعديل التلقائي لقوة العدسة الكروية أيضاً بعد درجتين انحراف في العدسة الأسطوانية.

على سبيل المثال: إذا كانت المسافة 0.10 ديوبتر، فستصحح قيمة العدسة الكروية بمقدار +0.10 ديوبتر بعد تغيير قوة العدسة الأسطوانية بمقدار -0.20 ديوبتر.

## توازن ثنائي العين

### موضوعي

تعديل توازن التصحيحات بين العين اليمنى واليسرى في حالة الرؤية ثنائية العين (كلتا العينين مفتوحتان ولكنهما يبصران أهدافًا مختلفة في نفس الوقت).

### المبدأ

يتمثل مبدأ الاختبار في تشويش رؤية المريض قليلًا بإدخال قوة قدرها +0.50 ديوبتر (أو +0.75 ديوبتر) أمام كلتا عينيه لتسهيل مقارنة رؤية العين اليمنى والعين اليسرى.

من الأسهل مقارنة رؤيتين مشوشتين برؤيتين حادتين.



إذا كان المريض يرى بوضوح بعين واحدة أكثر من الأخرى، فشوّش رؤية العين التي ترى بوضوح أكثر، بزيادة القوة بمقدار +0.25 ديوبتر (أو +0.10 ديوبتر أو +0.05 ديوبتر اعتمادًا على الدرجة المختارة) وذلك للحصول على توازن رؤية مشوّش بين العينين.

بمجرد تحقيق التوازن، تخلص من القوة المقدمة مسبقًا بمقدار +0.50 ديوبتر (أو +0.75 ديوبتر) واحتفظ بالقوة المضافة على إحدى العينين، إن وجدت.

### ملاحظة

تفترض ممارسة اختبار التوازن ثنائي العين أن حدة البصر في كلتا العينين متطابقة أو متشابهة.

في حالة وجود اختلاف كبير في حدة البصر بين العين اليمنى واليسرى، ينبغي استخدام اختبار باللون الأحمر/الأخضر المستقطب أو اختبار فصل الموشور الضوئي العمودي. وسيسمح للمريض بإجراء اختبار باللون الأحمر/الأخضر مختلف لكل عين في وقت واحد. وسيكون من الممكن حينئذ البحث في نفس الوقت عن مساواة اللون الأحمر/الأخضر لكل عين، مع فتح كلتا العينين.

## الإجراء - إجراء الاختبار

1 اضغط على 

< يُعرض اختبار التوازن ثنائي العين في مربع العرض أسفل شاشة اللمس بوحدة التحكم.



< تُوضع عوامل التصفية المستقطبة أمام عيون المريض بحيث تُفصل الرؤية عن العينين.

< تُعرض الأقنعة 

< يظهر سطران من الحروف المستقطبة على شاشة عرض الاختبار.


يمكن للمريض رؤية ما يلي:

- السطر العلوي بالعين اليمنى (\*)
- السطر السفلي بالعين اليسرى (\*)


2 إدخال قوة بمقدار 0.50+ ديوبتر (أو 0.75+ ديوبتر) أمام كلتا العينين (لتشويش رؤية المريض بعض الشيء).

يمكنك عرض القوة بطريقتين. بالضغط على [Bino] ثم (بمجرد تحديد المعلمة "S"):

1. تدوير الزر الأوسط عكس اتجاه عقارب الساعة مرتين (0.50+ ديوبتر) أو ثلاث مرات (0.75+ ديوبتر).



2. الضغط على المفتاح "+" مرتين (0.50+ ديوبتر) أو ثلاث مرات (0.75+ ديوبتر).



3 أسأل المريض السؤال التالي:

"انظر إلى سطري الحروف. وأخبرني إذا كانت الحروف تبدو أكثر وضوحًا في السطر العلوي، أو في السطر السفلي، أو إذا كانت تبدو متطابقة بالنسبة لك؟"


إذا كان الجواب:

< - الأحرف أكثر حدة في السطر العلوي، أضف 0.25+ ديوبتر (\*) إلى قيمة العدسة الكروية في العين اليمنى. ولإجراء ذلك: اضغط على مفتاح [R] في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.



على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:

- اضغط على مفتاح "+".



• أو، تدوير الزر الأوسط عكس اتجاه عقارب الساعة (\*).



< كرر العملية حتى يرى المريض توازنًا في عدم وضوح الرؤية بين السطرين العلوي والسفلي أو العكس.  
< - **الأحرف أكثر حدة في السطر السفلي**، أضف +0.25 ديوبتر (\*) إلى قيمة العدسة الكروية في العين اليسرى. وإجراء ذلك:  
اضغط على مفتاح [L] في لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.




على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:

• اضغط على مفتاح "+".



• أو، تدوير الزر الأوسط عكس اتجاه عقارب الساعة (\*).



< كرر العملية حتى يرى المريض توازنًا في عدم وضوح الرؤية بين السطرين العلوي والسفلي أو العكس.  
< - **الحروف المتطابقة في السطرين العلوي والسفلي**، يتحقق التوازن ثنائي العين. دوّن هذه القيمة.  
في حالة الانعكاس المفضل بين السطور العلوية والسفلية بين المقترحات:


- قلّل الفجوة في درجة الانحراف لتحديد التوازن الدقيق ثنائي العين، أو
  - حافظ على التوازن الذي يعطي الأفضلية للعين المهيمنة للمريض.
- ثُجِّد العين المهيمنة للمريض خلال اختبارات الانكسار الأولية.



4 بمجرد تحقيق التوازن ثنائي العين، تخلص من القوى التي تبلغ +0.50 ديوبتر (أو +0.75 ديوبتر) المعروضة في بداية الاختبار.

يمكنك إزالة القوة بطريقتين. بالضغط على [Bino] ثم (بمجرد تحديد المعلمة "S"):

1. تدوير الزر الأوسط في اتجاه عقارب الساعة مرتين (+0.50 ديوبتر) أو ثلاث مرات (-0.75 ديوبتر).



2. الضغط على المفتاح "-" مرتين (-0.50 ديوبتر) أو ثلاث مرات (-0.75 ديوبتر).



بعد اختبار التوازن ثنائي العين، أجرِ فحصًا للعدسة الكروية ثنائية العين باستخدام الاختبار باللون الأحمر/الأخضر (ليتم إجراؤه بكلتا العينين مفتوحتين).



#### ملاحظات

- إذا أبلغ المريض أن السطور تظهر وتختفي أو تتحرك أفقيًا أو رأسيًا، فمن المحتمل أنه يعاني من مشكلة في الرؤية الثنائية (صعوبة في رؤية الصور أو دمجها في أن واحد).
- ويجدر بك طرح السؤال بشكل روتيني في هذه المرحلة من الاختبار لضمان تمتع المريض برؤية مترامنة في كلتا العينين وتمتعه برؤية مستقرة.

(\*)

تتوافق هذه المعلومات مع إعدادات جهاز محرك الإبصار الافتراضية. تبلغ درجة انحراف العدسة الكروية 0.25 ديوبتر افتراضيًا ولكن يمكن تعديلها في الإعدادات.



#### b. اختبارات الرؤية القريبة

تُجرى اختبارات الرؤية القريبة باستخدام قضيب ومخطط النقاط القريبة.

#### 3. الاختبارات الذكية

يُعد الاختبار الذكي اختبار شبه تلقائي يستخدم خوارزمية يمكنها تحديد الانكسار الذاتي للمريض بدقة أكبر. وتُحفظ جميع الإجابات وتُدمج تلقائيًا بغية تحديد أفضل تصحيح ممكن وقت الاختبار الذكي.



يمكن التعرف على الاختبارات الذكية من خلال رسم تخطيطي يوجد على يمين الرمز.



صُممت بعض الاختبارات الرئيسية هنا للمساعدة في فهم تشغيل الجهاز ليس إلا.



تتوفر مساعدة سياقية لكل اختبار "مناسبة للحالة" بالضغط على .



تستند جميع وظائف الاختبارات الذكية إلى مبدأ إدخال إجابات المريض وتطور الخوارزمية لتعيين الإعداد المحدد. وتستمر هذه العملية حتى يتم العثور على القيمة الصحيحة.



## a. اختبارات الانكسار

### اختبار ذكي باللون الأحمر/الأخضر أو ثنائي اللون

#### موضوعي


صقل قيمة تصحيح العدسة الكروية للمريض فيما يلي:

- في الرؤية البعيدة،
- حالة الرؤية أحادية العين:
  - العين اليمنى (RE)،
  - العين اليسرى (LE)،
- حالة الرؤية ثنائية العين (العينين أي العين اليمنى واليسرى في آن واحد).

#### الإجراء - إجراء الاختبار


1 اضغط على .

< تتيح لك نافذة عرض الاختبار الموجودة في الجزء السفلي من شاشة اللمس بوحدة التحكم اختيار الظروف التي سيجري فيها الاختبار (العين اليمنى، العين اليسرى، العينين).




2 بمجرد تحديد الطرف، يبدأ الاختبار.


- على شاشة اللمس، بالضغط على [Start].



• على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على الزر المركزي.



< يظهر الاختبار الذكي باللونين الأحمر/الأخضر في مربع العرض أسفل شاشة اللمس بوحدة التحكم.



يظهر الجزء الأوسط من الشاشة باللون الرمادي. لم يعد من الممكن تعديل قيم الإعدادات المتحكم بها أو الأقنعة أو عوامل التصفية أو تعديلات الجهاز.

< يُعرض الجدول المقابل للوحات اختبار حدة النظر على شاشة عرض الاختبار.


### 3 أسأل المريض السؤال التالي:

"انظر إلى الشخصيات الموجودة على الخلفية الحمراء والخلفية الخضراء. هل تبدو أكثر وضوحًا على الخلفية الحمراء أو على الخلفية الخضراء، أم أنها تبدو متطابقة على كلتا الخلفيتين."

إذا كان الجواب:

< - أكثر قتامة على الخلفية الخضراء. اختر الإجابة إما:

• بالضغط على الإجابة المقابلة على شاشة اللمس.




• على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاح "+".




< - أكثر قتامة على الخلفية الحمراء. اختر الإجابة إما:


• بالضغط على الإجابة المقابلة على شاشة اللمس.




• على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على مفتاح "-".




- < - لا يوجد تفصيل، لا أعرف. اختر الإجابة إما:
- بالضغط على الإجابة المقابلة على شاشة اللمس.



- على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على الزر المركزي.




تتيح نافذة الاستجابة أيضًا ما يلي:



1. العودة إلى بداية الاختبار
2. إظهار التقدم المحرز في الاختبار
3. إلغاء الاستجابة النهائية


قد تظهر رسالة حدوث خطأ، إذا أكتشف نشاط غير طبيعي أثناء الاختبار.  
مثال:



اضغط على:


- لإيقاف الاختبار أو بدء الاختبار مرة أخرى. ✓
- لمواصلة الاختبار. ✗

4 في نهاية التسلسل، أغلق الاختبار بالضغط على [Closed].




5 حدد الاختبار التالي على شاشة اللمس بالضغط على الاختبار المطلوب في القائمة المتاحة.

وفي حالة وجود برنامج اختبري يتم الانتقال إلى الاختبار التالي:  
○ على شاشة اللمس، بالضغط على [Next].



○ على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بالضغط على الزر المركزي.



#### 4. من الانكسار إلى الوصفة الطبية [PVP]

أعدّ اختبار [PVP] ألا وهو [Prescribe Vision Performance] لمساعدة أخصائي طب وجراحة العيون في تحويل الانكسار الدقيق إلى الوصفة الطبية النهائية.

يمكن إجراء الوصول إلى اختبار [PVP] باستخدام زر الإجراء المتوفر في البرامج الذكية بعد انكسار الرؤية البعيدة.



تظهر الشاشة التالية:



##### 1. زر الإجراء الخاص بأداء الرؤية بوصفة طبية

اختبار جديد متاح في برنامج الذكي لدقة الرؤية المتقدمة (AVA) في نهاية انكسار الرؤية البعيدة لمساعدة أخصائي طب وجراحة العيون (ECP) في ضبط الدقة لإعداد الوصفة الطبية المثالية.

##### 2. خطوة مخصصة

الخطوة الحالية محسوبة لتناسب حساسية المريض.

##### 3. صورة متكررة يراها المريض

هدف دقيق يتضمن محفزات متعددة ذات تردد عال ومنخفض، وتباين، وعمق، وملمس، وألوان، واتجاهات يراها المريض من أجل التركيز على الأداء البصري (الوضوح والأداء البصري) مع ضبط الانكسار.

##### 4. عامل الحساسية

تُحسب حساسية المريض تلقائيًا على طول برنامج الذكي لدقة الرؤية المتقدمة (AVA) بفضل الخوارزميات وتتيح لنا توفير خطوة مخصصة تستخدم في أداء الرؤية بوصفة طبية.


##### 5. حساب فروق التصحيح

يمكن حساب فروق التصحيح بين الانكسار الجديد وجميع التصحيحات المحفوظة مثل النظارات الحالية.


وتشمل الفروق في قوة العدسة الكروية، وقوة العدسة الأسطوانية، وتفاوت الانكسار العيني، والمحور (بالدرجة والديوتري) وقرب قوة العدسة الكروية.

#### مثال: كيفية مقارنة الانكسار الجديد مع الانكسار السابق

بمجرد وصولك إلى هذه الخطوة بعد انكسار الرؤية البعيدة، تظهر شاشة أداء الرؤية بوصفة طبية (PVP).




أولاً، تُفحص النتائج على الجانب الأيمن من الشاشة لتحديد التعديل (العدسة الكروية، قوة العدسة الأسطوانية، المحور...) الذي يجب التركيز عليه اعتمادًا على الاختلافات بين التصحيح القديم والتصحيح الجديد.



على سبيل المثال، ترغب في الاطمئنان بأن الانكسار الجديد ليس مقعرًا بدرجة بالغة.

1 انقر على القيمة الكروية ثنائية العين.



< تُحدّد خطوة الحساسية افتراضيًا في الأعلى.



< تظهر الصورة بالفعل على الشاشة.

2 ثم اسأل المريض السؤال التالي:

"انظر إلى مجمل الصورة. هل تبدو الصورة أكثر وضوحًا وأكثر راحة مع الموضع 1 أو الموضع 2؟ يُرجى التركيز على البنية المختلفة للقوالب والنافذة، وعلى التباينات والظلال المختلفة للساعة والمبنى، وعلى الخطوط والمنحنيات المختلفة للصورة."

بينما ينظر المريض إلى الصورة الجديدة، يمكنك المتابعة على النحو التالي:

3 سؤال المريض عما إذا كانت الصورة واضحة ومريحة مع العدسة الحالية.

4 إضافة المزيد من الزيادة عبر تحويل القرص إلى اليسار لضمان الشعور بعدم الراحة بدرجة أقل، إذا كانت الإجابة بنعم، فانتقل إلى الخطوة 3، وإلا فاستمر في إضافة المزيد من الزيادة حتى يقل الشعور بالراحة.

- 5 إضافة المزيد من الطرح عبر تحويل القرص إلى اليمين حتى ينعدم الشعور بالتحسن في الراحة والوضوح.  
6 بمجرد الوصول إلى هذه النقطة، تكون قد وصلت إلى الوصفة الطبية النهائية.

لتمكين من تنفيذ الخطوة [PVP]، ستتطلب مراعاة حساسية المريض. لكي يتم حسابها بواسطة الخوارزمية الخاصة بنا، يجب إجراء اختبارين على الأقل (Smart CC و Smart RG) لعين واحدة. وعلى النقيض، لن يمكن الوصول إلى رمز [PVP].

| متاح | غير متاح |
|------|----------|
|      |          |


## 5. مقارنة الانكسار (مربع اللمس باللون الأزرق)

يمكن الوصول إلى شاشة المقارنة من خلال ما يلي:

- الضغط على زر المقارنة على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم.



- استخدام زر الإجراء الذي يمكن إعداده في اختبار مخصص.



### 1. نافذة [New refraction]

ستعطي هذه القيمة الانكسار الأخير وإذا ضغطت على المربع سَعرَض هذه القوى.

### 2. السهم المتجه لأسفل

سيتيح لك النقر على السهم المتجه لأسفل تحديد البيانات المحفوظة الأخرى للمقارنة، مثل:

- مقياس العدسة
- مقياس انكسار الكيراتو التلقائي
- غير ذلك

### 3. السهم المتجه لأسفل

سيتيح لك النقر على السهم المتجه لأسفل تحديد البيانات المحفوظة الأخرى للمقارنة، مثل:

- مقياس العدسة
- مقياس انكسار الكيراتو التلقائي
- غير ذلك

### 4. البيانات

إذا نقرت على المربع الرمادي نفسه، ستتغير القوة الموجودة في جهاز محرك الإبطار إلى تلك القِيم.

### 5. نوافذ العرض

سستتيح لك نوافذ العرض الأربعة تغيير الشاشة المعروضة، والمقارنة من صيغة log-MAR إلى 3D، والفيديو.

إذا كنت تعرف البيانات التي تريد مقارنتها بالصورة، فمن الأفضل دائمًا التبديل بين البيانات بشكل متكرر وسؤال المريض عما يفضل.




### مثال: كيفية مقارنة الانكسار الجديد مع الانكسار السابق

بعد تحديث البيانات اضغط على:

1




أو،



< تظهر الشاشة التالية:




في الشاشة الأولى، تكون قيم المقارنة الافتراضية هي [New refraction] و [No refraction]. نظرًا لتوافر قيمة مقياس العدسة في بنك الذاكرة، فسيُحدّد تلقائيًا هاتين المقارنتين بالفعل. في هذا المثال، سيتعين عليك تغيير [No refraction] إلى [Lensmeter].



2 بعد اختيار الشاشة لإجراء المقارنة، يمكنك التبديل بين الوصفيتين الطيبيتين بالضغط على المربعين الرماديين.

3 اسأل المريض عما إذا كان يرى فرقاً عند مقارنة القيمتين. (ينبغي أن يُفضل المريض الانكسار الجديد).

4 يمكن إبلاغ المريض أنه عند اختيار الانكسار الجديد، فإن هذه هي الطريقة التي سيرى بها عند ارتداء نظارته الجديدة وأنه ينبغي أن يكون قادرًا على ملاحظة التطور.




هذه هي الطريقة التي نسميها "زر المال" > حيث يحول عملية الانكسار إلى صفقة من خلال إظهار الفرق الذي سيلاحظه للمريض.




#### a. وظيفة التنبيه في شاشة المقارنة

لقد طُوِّرت "وظيفة التنبيه" لمساعدة أخصائي طب وجراحة العيون على إدراك ما إذا كانت هناك أية تغييرات مهمة عن المعلومات السابقة للمرضى. وتعد وظيفة التنبيه التلقائي خيارًا يمكن تفعيله وتخصيصه من قائمة [Setting]. عند تفعيل هذا التنبيه سيظهر باللون الأحمر كما هو موضح في الصورة أدناه.




يُرجى ملاحظة أنه يمكن تفعيل هذه الوظيفة أو إلغاء تفعيلها أو تخصيصها من شاشة [Setting] التالية.



عند تفعيلها، يمكن لأخصائي طب وجراحة العيون أن يقرر رؤية هذا "التنبيه" عندما يكون الفرق الانكساري أكبر من 0.50 ديوبتر أو عندما يكون أكبر من 1.00 ديوبتر.

## VIII. قياس المسافة الرأسية



"المسافة الرأسية" هي المسافة من الجانب الخلفي لعدسة تصحيح العين (عند السطح الخلفي) إلى عين المريض (عند قمة القرنية). لطالما كانت المسافة الرأسية ذات أهمية في عملية الانكسار نظرًا لأن قيمة انكسار العين تعتمد على المسافة التي تقع عندها العدسة التصحيحية أمام العين. وبالفعل، كلما ابتعدت العدسة عن العين، كلما قلت قدرتها التصحيحية؛ وكلما اقتربت العدسة من العين، زادت قدرتها التصحيحية، مهما كان مدى الرؤية.



### قد يكون قياس المسافة الرأسية أمرًا بالغ الأهمية


- إذا جُهِز المريض وجرى اختباره على مسافة مختلفة مقارنة بالمسافة الرأسية للنظارات، فقد يكون لتغيير القوة تأثير على أداء النظارات.
- ويتضح ذلك أكثر في حالات القوى العليا

### إجراء القياس


- 1 يُطلب من المريض الجلوس خلف جهاز محرك الإبصار وإراحة رأسه على دعامة الجبهة بينما ينظر إلى المسافة على شاشة المخطط.
- 2 يتحقق الطبيب الممارس من قرب جهاز محرك الإبصار من عين المريض بدرجة كافية، بحيث يوفر مجالًا واسعًا للرؤية، ولكن التحقق كذلك من بعده بما يكفي لتجنب ملامسة رموش المريض للنافذة الجانبية الخلفية للوحدة البصرية.
- 3 يمكن ضبط المسافة بسهولة باستخدام الزر الدوار الموجود في الجانب الأمامي من جهاز Vision-R، وتدويره باتجاه عقارب الساعة لتقليل المسافة الرأسية وعكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة المسافة.



4 ثم يُطلب من المريض النظر إلى المسافة وفتح العينين على نطاق واسع. ويضغط الطبيب الممارس على رمز المسافة الرأسية الموجودة في الجزء العلوي من شاشة وحدة التحكم.



5 تلتقط الكاميرتان صورًا للعيون وتُعرض على وحدة التحكم.



< يظهر خطان عموديان على الصور ولا يتعين على الطبيب الممارس سوى مواءمتهما مع قمة القرنية، إما العينين أو أحد العينين. على لوحة المفاتيح بوحدة التحكم:

- بتدوير الزر المركزي في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، أو




- بالضغط على المفاتيح [+/-].



< تُعرض القيمة (فيم) المسافة (المسافات) الرأسية تلقائيًا ويمكن تسجيلها فيما بعد. تُعد المسافة الرأسية من 10 إلى 20 ملم مسافة ملائمة.

## IX. برامج الانكسار



## 1. البرامج الأساسية

لا ينطبق هذا القسم.

## 2. البرامج المخصصة

### a. تحرير البرامج والاختبارات وتخصيصها


#### تخصيص البرنامج

يتيح جهاز Vision-R<sup>TM</sup>800 تخصيص تسلسل الاختبار (البرنامج).


يشير تخصيص البرنامج إلى البرنامج ذاته وليس إلى التفاصيل الموجودة في الاختبار.




1 اضغط على  < .



2 انقر فوق  ثم انقر [+] لإنشاء برنامج جديد.



< تظهر الصفحة التالية:




بشكل افتراضي، يكون الاسم [New program]. ويمكن، في هذه المرحلة، تعديل اسم البرنامج.




3 حدد اسمًا للبرنامج ثم انقر على .

< يظهر البرنامج الجديد بخط مائل في قائمة البرامج.




4 انقر نقرة مطولة على اسم البرنامج لتغيير اسمه أو ترتيبه في قائمة البرامج.



5 انقر على  لتحرير البرنامج.

< تظهر قائمة الاختبارات في العمود الأيمن.

6 حدد الاختبار الأول من بنك الاختبار أو المفضلة أو المكتبة (بالنقر فوق علامة التبويب المقابلة في الجزء العلوي من العمود الأيمن).



- تظهر محتويات الاختبار في الجزء الأوسط من الشاشة.
- تظهر محتويات البرنامج في القسم الأيسر.



7 انقر فوق الاختبار مع سحبه وإسقاطه في قائمة اختبارات البرنامج (العمود الأيسر) في المكان المستهدف.



8 نفذ الإجراءات ذاتها مع الاختبارات التالية لتكوين برنامجك.

9 يمكن بعد ذلك النقر على:

- إزالة الاختبار المحدد 
- لتحرير الاختبار وتغييره 
- لتكرار البرنامج 

< من الممكن تغيير ترتيب الاختبارات بسحب قائمة الاختبارات وإسقاطها في البرنامج.




10 انقر فوق ✓ لإقرار التغييرات.

يمكنك الضغط على [Stop] للعودة إلى قائمة البرامج أو تحرير الاختبارات أو المفضلة قبل الخروج من وضع التحرير بالضغط على المفتاح ✓ لإقراره.



## تخصيص الاختبار

يتيح جهاز Vision-R™800 تحرير الاختبار المحدد بمزيد من التفاصيل.

1 اضغط على  < .




2 حدد الاختبار المراد تخصيصه (في العمود الأيسر).



3 يمكن بعد ذلك النقر على:

-  < لإزالة الاختبار المحدد
-  < لتحرير الاختبار وتغييره
-  < لتكرار الاختبار

< تظهر الصفحة التالية:



### 1. النطاق 1

تعيين فئة الاختبار وتطبيق الإعدادات الافتراضية لتلك الفئة.

### 2. النطاق 2

يتيح لك ضبط الإعدادات المختلفة للاختبار.

### 3. [Filters]

تتيح لك عرض عوامل التصفية الموضوعة أمام عيون المريض (الأحمر والأخضر، مادوكس، موشورات، ثقب ضيقة الفتحات، وخلافه) واختيارها بالضغط مطولاً على العينين.

### 4. [Control]

يتيح لك اختيار المعلمة البصرية التي يمكن التحكم فيها (العدسة الكروية والعدسة الأسطوانية والمحور والإضافة ومكونات الموشور الضوئي).

### 5. [Balance]

يتيح لك اختيار حالة الاختبار (ثنائي العينين، يمين، يسار، الاحتفاظ بالحالة السابقة، الاحتفاظ بحالة العين الواحدة أو تطبيقها). < [Keep Mono]: إذا كان الاختبار السابق في حالة ثنائية العين، فيتوجب على حالة الاختبار أن تكون أحادية العين. يُوصى بتعيين هذا الإعداد بشكل خاص للاختبار اللابؤرية.

### 6. [Step]

يتيح لك اختيار خطوة تغيير الطاقة (0.05، 0.10، 0.25، 0.50، 1.00 أو الاحتفاظ بها كما كانت من قبل).

### 7. العرض

يتيح لك إظهار عرض الهدف المقدم أثناء الاختبار وتغييره. < بالنسبة للوحات حدة البصر: يتيح لك اختيار إما تحديد اللوحة العشوائية (حسب الحالة) أو لوحة معينة. ولتحديد كيفية عرضه (الصفوف والأعمدة والحروف) ومستوى حدته والتباين أو الخلفية.

### 8. النطاق 3

يتيح لك تخصيص رمز الاختبار والحصول على المساعدة في إجراء الاختبار.

### 9. [Rename]

يتيح لك إعادة تسمية الاختبار

### 10. [Color]

يتيح لك تغيير لون الزاوية (أعلى اليمين) من الرمز


### 11. [Help]

يتيح لك تغيير نص المساعدة في إجراء الاختبار.

تذكر حفظ البيانات بالنقر على .



## مثال



## 1. [Phoria Horizontal (Prism)]

بتحديد لوحة على اليسار، ستساعد في الإعدادات الافتراضية (تغيير العدسة المساعدة وتفعيل المؤشر الضوئي، وخلافه) ومن الممكن تجاوز الإعدادات المقترحة.

## 2. العرض


إضافة الطابع الشخصي على مخططك.

## 3. [Summary]

تقديم المساعدة في الصياغة عند إجراء كل اختبار افتراضي.


## 4. [Rename]

تسمية اختبارك حسب رغبتك.




## 5. [Color]

اختيار لون معين لأغراض التمييز.



## 6. [Help]


كتابة محادثك الخاصة لاستخدامها أثناء إجراء الاختبار (زر المساعدة).



## b. اختيار الاختبارات المفضلة

يتيح جهاز Vision-R<sup>TM</sup>800 إضافة الاختبار المفضل.

1 انقر فوق علامة التبويب [Favorites] في العمود الأيسر.




2 حدد الاختبار الأول من بنك الاختبار أو المكتبة (بالنقر فوق علامة التبويب المقابلة في الجزء العلوي من العمود الأيمن).

3 انقر فوق الاختبار مع سحبه وإسقاطه في قسم الاختبار المفضل (العمود الأيسر) في المكان المستهدف.



4 نفذ الإجراءات ذاتها مع الاختبارات التالية.



5 يمكن بعد ذلك النقر على:

- < لإزالة الاختبار المحدد
- < لتحرير الاختبار وتغييره
- < لتكرار المفضلة


< من الممكن تغيير ترتيب الاختبارات بسحب قائمة الاختبارات وإسقاطها في قسم الاختبار.



6 انقر فوق [+] لإنشاء قسم اختبار مفضل جديد.



< تظهر الصفحة التالية:




7 انقر فوق:

• للتأكيد ✓

• للإلغاء ✗

8 انقر نقرة مطولة على اسم المفضلة لتغيير اسمها أو ترتيبها في قائمة المفضلات.



يمكن إزالة البرنامج الذي جرى إنشاؤه بالضغط على .

9 وأخيرًا، انقر فوق:

• للتأكيد ✓


• للإلغاء ✗

يمكن إزالة قسم الاختبار المفضل في حالة وجود أكثر من قسم واحد. وفي حالة وجود قسم واحد فقط، لا يمكن إزالته.



X. إعدادات الجهاز

يمكن تعديل الإعدادات الافتراضية للجهاز بالضغط على  < .



< تعرض صفحة إعدادات الجهاز.


## 1. معلومات عامة

تضم قائمة المعلومات العامة صفحتين:

1. [General]

2. [Devices]

1 - صفحة [General]



1. [Informations] معلومات العميل
2. [Remote Control] إمكانية الوصول عن بُعد
3. [Remote Maintenance] الوصول إلى الصيانة عن بُعد
4. الوصول إلى الإحصائيات وملفات السجل
5. التسجيل على نظام معلومات شغل (SIS)
6. حذف التسجيل
7. إعادة تحديث الاتصال
8. خدمة ما بعد البيع
9. استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

## 2 - صفحة [Devices]


| Settings                                                                                 |        |          |           |         |                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                          |        |          |           |         |                                                                                                                                                                            |  |
| General                                                                                  |        |          |           | Devices |                                                                                                                                                                            |  |
| Model                                                                                    | Ident. | Version  | Connected | SIS     | Action                                                                                                                                                                     |  |
|  V01PS  | XXXXX  | V0.0.0.0 | Yes       | No      |                                                                                                                                                                            |  |
|  V01KB | SIMU   | V0.0.0.0 | No        | No      |   |  |
|  V01  | SIMU   | V0.0.0.0 | Yes       | No      |                                                                                                                                                                            |  |

1. المعلومات المتعلقة بالمكونات المختلفة للجهاز
  2. إجراء الاختبارات التلقائية
- بعد إجراء التعديلات، اضغط على:

-  للتأكيد.
-  للإلغاء.


## إجراء الاختبارات التلقائية لرأس محرك جهاز الإبصار

- 1 من صفحة [Device]، اضغط على .  
< تظهر الصفحة التالية:



1. بدء جميع الاختبارات الذاتية
2. قائمة الاختبارات الذاتية المتاحة
3. العرض
4. عدد مرات بدء الاختبارات الذاتية
5. اختبار مؤشرات الضوء في وضع الرؤية القريبة
6. إلغاء البدء
7. تأكيد البدء


- 2 اختر الاختبارات التلقائية التي ترغب في إجرائها ثم اضغط على .



- < ستبدأ الاختبارات التلقائية.

## إجراء الاختبارات التلقائية لوحدة التحكم

- 1 من صفحة [Device]، اضغط على . < تظهر الصفحة التالية:



## 1. اختبار مكبر الصوت

عند الضغط على زر معين في وحدة التحكم، فسُتعرض الأزرار باللون الأزرق. 


- 2 اختر الاختبارات التلقائية التي ترغب في إجرائها ثم اضغط على . < ستبدأ الاختبارات التلقائية.

## 2. بيانات القياس

تضم قائمة بيانات القياس ثلاث صفحات:

- 1 [Dated Format/Units]
- 2 [Distance]
- 3 [Lens Step]

## 1 - صفحة [Data Format / Units]



## 1. [Auto Sph Equivalent]

الصيانة التلقائية للعدسة الكروية المكافئة أثناء عملية الانكسار.

## 2. [C Sign]

يحدد علامة القوة الأسطوانية (C).

## 3. [Minus ADD]

يسمح بإضافة قيمة سالبة.

- موافق: يسمح بإضافة القيمة السالبة لاختبارات محددة
- خطأ: لا تراعى سوى إضافة قيمة إيجابية

## 4. [Sph to Add]

يتيح للمستخدم بدمج إضافة الرؤية القريبة أو فصلها من/إلى مجال الرؤية البعيدة.

## 5. [Prism format]


## 6. [Mask type]

اختيار نوع القناع أثناء اختبار الرؤية أحادية العين.

## 7. [PD type]

يحدد الإعدادات الافتراضية للمسافة الحدقية أحادية العين أو ثنائية العين.

## 2 - صفحة [Distance]



## 1. [Unit distance]

يحدد وحدة المسافة الافتراضية:

- بالسـم
- بالبوصة
- بالديوبتر

## 2. [Far exam distance]

يحدد مسافة شاشة العرض التقديمي للاختبار.

لتعديل هذه المسافة، حرك المؤشر إلى اليسار أو اليمين (درجات من 25 سم من 3 م إلى 8 م).

## 3. إنشاء لوحات اختبار حدة النظر الشخصية

## 4. [Near exam distance]

يحدد مسافة اختبار الرؤية القريبة.

< تتوافق القيم المحددة مع الإعداد الافتراضي بالسنتيمتر.

## 5. [Vertex Distance] (بالمليمتر)

يضبط المسافة الرأسية افتراضياً مع مراعاة تحويل قيمة الانكسار لمسافة مرجعية قياسية.

## .6 [Infinite Adjustments]

التحويل إلى "النهائي". بدون قيمة أو قيمة ثابتة.


## .7 [Comparison Screen]

الإعداد الافتراضي في شاشة المقارنة.

## .8 [Comparison Screen Alert]

ينبه أخصائي طب وجراحة العيون (ECP) إذا كان الفرق أعلى من القيمة المختارة. (القيمة التي تظهر باللون الأحمر في مربع اللمس باللون الأزرق).

## 3 - صفحة [Lens step]



|   | Data Format / Units  | Distance                                        | Lens Step  |
|---|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1 | Sphere Step          | 0.05 D, 0.10 D, 0.25 D, 0.50 D, 1.00 D, 2.00 D  | 0.25 D     |
| 2 | Cylinder Step        | 0.05 D, 0.10 D, 0.25 D, 0.50 D, 1.00 D, 2.00 D  | 0.25 D     |
| 3 | Axis Step            | 1°, 5°, 10°, 20°, 45°, 90°                      | 5°         |
| 4 | Prism Step           | 0.1 Δ, 0.5 Δ, 1.0 Δ, 2.0 Δ, 3.0 Δ, 6.0 Δ        | 1.0 Δ      |
| 5 | PD Step              | 0.5 mm, 1 mm                                    | 0.5 mm     |
| 6 | Cross Cylinder power | +/- 0.25 D, +/- 0.50 D                          | +/- 0.25 D |
| 7 | Axis rounding        | No, Closest 5° (Always), Closest 5° (Cyl<1,50D) | No         |

## .1 [Spherical Step]

يحدد درجة الانحراف الافتراضية لقوة العدسة الكروية.

## .2 [Cylinder Step]

يحدد درجة الانحراف الافتراضية لقوة العدسة الاسطوانية.

## .3 [Axis Step]

يحدد درجة الانحراف الافتراضية للمحور.

## .4 [Prism Step]

يحدد درجة الانحراف الافتراضية للموشور الضوئي.

## .5 [PD Step]

يحدد درجة الانحراف الافتراضية للمسافة الحقيقية.

## .6 [Cross Cylinder power]

يضبط القيمة الافتراضية للعدسة الأسطوانية المتصالية المستخدمة للعثور على العدسة الأسطوانية في الوضع اليدوي.

## .7 [Axis rounding]

يحدد ما إذا كان ينبغي إجراء تقريب المحور تلقائيًا.

بعد إجراء التعديلات، اضغط على:

✓ للتأكيد.


✗ للإلغاء.

### 3. استيراد/تصدير البيانات

تضم قائمة الاستيراد/التصدير ثلاث صفحات:

1. الاستيراد/التصدير
2. الذاكرة
3. التصدير الافتراضي

#### 1 - صفحة [Import / Export]



#### 1. [Import]

يحدد نوع الاستيراد:

- يدوي
- تلقائي

#### 2. [PD Import Priority]

يحدد ماهية الاستيراد في نوع الجهاز الذي يحظى بالأولوية لإدراجه في جهاز محرك الإبصار.

#### 3. [Export Type]

يحدد طريقة معالجة البيانات أثناء التصدير:

- المرسلة إلى الطابعة
- المرسلة إلى Essibox
- كلاهما


#### 4. [Horizontal axis]

يحدد القيمة الافتراضية إما 0 أو 180 درجة.

#### 5. [Minus Rounding]


يحدد التقريب السالب.

## 2 - صفحة [Memory]



### 1. قائمة الذاكرات المتاحة

## 3 - صفحة [Default Export]



### 1. [Memory/Name]

يشير إلى الذاكرة التي سٌصدّر واسم نوع البيانات المقابلة.

### 2. مسافة الشاشة

تشير إلى المسافة التي يُصدّر التصحيح لها.

### 3. المسافة الرأسية

تشير إلى المسافة الرأسية التي يُصدّر التصحيح لها.

### 4. التقريب

يشير إلى درجة التصحيح ونوع التقريب المحتمل لها.

### 5. الرؤية النهارية/الليلية

تشير إلى الأوضاع الزمنية التي يُجرى فيها الاختبار، ليلاً أو نهاراً.

### 6. [Source]

يصنف نوع البيانات حسب المصدر.

## 7. العرض

يُبيّن عرض البيانات المصدرة الافتراضية.

## 8. التصدير

يُصدّر البيانات افتراضيًا.

## 9. المزيد

يضيف نوع بيانات جديد إلى عملية تهيئة التصدير.

## 10. التنظيم

ينظم ترتيب أنواع البيانات التي يتعين تصديرها.

## 11. ترقيم الصفحات

يتنقل عبر الصفحات المختلفة لعملية تهيئة التصدير.

## 12. سلة المهملات


يزيل نوع بيانات التصدير.

## 13. قلم

تحرير وتغيير نوع بيانات التصدير.

1. لتحرير وتغيير نوع بيانات التصدير، انقر فوق .

< تظهر الصفحة التالية:



### 1. [Name]

يحدد اسم نوع بيانات التصدير ويبيّن لك تغييره.

### 2. [Source]

يشير إلى تصنيف المصدر:

- [New Objective]: موضوعي جديد > انكسار موضوعي مقاس.
- [New Subjective]: ذاتي جديد > انكسار ذاتي محدد.
- [Previous Subjective]: ذاتي قديم > الانكسار الذاتي السابق (التصحيح القديم).

### 3. مسافة الشاشة

تحدد المسافة التي يُصدر لها التصحيح:

- لا نهائي: تصحيح مُرحّل إلى ما لا نهاية (D/1- مضاف)\*.
  - [Reference]: مرجع > تصحيح مسافة شاشة الرؤية البعيدة (D)\*.
  - [Near]: قريب > تصحيح مسافة الرؤية القريبة (يُعيّن في إعدادات جهاز محرك الإبصار).
- \* مع D = مسافة الشاشة المهيئة أثناء تثبيت جهاز محرك الإبصار.

### 4. المسافة الرأسية

تشير إلى المسافة الرأسية التي يُصدّر التصحيح لها:

- [Measured]: مفاًس > يحافظ على المسافة الرأسية المقاسة أثناء الانكسار.
- [Reference]: مرجع > يضبط التصحيح على المسافة الرأسية المحددة أثناء إعدادات جهاز محرك الإبصار.
- [Zero]: صفر > ضبط التصحيح على المسافة الرأسية بقدر 0 مم (العدسات اللاصقة).

#### 5. التقريب

يشير إلى نوع التقريب الذي ترغب فيه

- [-S eq]: مُقرب إلى مقعر
- [+ S eq]: مُقرب إلى محدب
- [Cyl min]: ترقيق العدسة الأسطوانية
- [R/L]: التوافق مع توازن العينين

إذا لم يُجرى التحديد، فستنفذ خطوة التقريب بمقدار 0.25 ديوبتر. القيمة المحتفظ بها هي 0.01 ديوبتر.

#### 6. الرؤية النهارية/الليلية

- اليوم: الانكسار تحت ظروف الإضاءة النهارية.
- الليل: الانكسار تحت ظروف الإضاءة الظلية/المظلمة.

2 قم بإجراء التعديلات المطلوبة وانقر فوق:

- للتأكيد ✓
- للإلغاء ✗

عند اختيار مسافة الشاشة [Near]، ستُضاف قيمة الإضافة تلقائيًا إلى قيمة الرؤية البعيدة للعدسة الكروية (للحصول على تصحيح الرؤية القريبة).

بمجرد حفظ الإعدادات الافتراضية، ستكون متاحة أثناء التصدير. ويمكن دائمًا تعديلها في نهاية الفحص إذا لزم الأمر.

يمكن إعادة تسمية الذاكرات (بالضغط مطوّلًا على الاسم).

بعد إجراء التعديلات، اضغط على:


- للتأكيد ✓
- للإلغاء ✗

## 4. إعدادات الاتصال

تتألف قائمة إعدادات العنصر من أربع صفحات:

- المخطط
- بروتوكول الإنترنت
- Cbox
- الحماية

## 1 - صفحة [Chart]



| Chart         | Ip          | Cbox         | Security |   |
|---------------|-------------|--------------|----------|---|
| 1 Model       | CS Pola 600 | Vision-C 600 |          |   |
| 2 Mirror Mode | Off         | On           |          |   |
| 3 Link        | IR          | IP           |          |   |
| 4 IR Channel  | 1           | 2            | 3        | 4 |

## 1. [Model]

يحدد نموذج شاشة المخطط الخاص بك

## 2. [Mirror Mode]

تفعيل وضع المرآة (حسب التهيئة)

## 3. [رابط]

يحدد وضع الارتباط بين رأس جهاز محرك الإبرار والشاشة

## 4. [IR Channel]

يُستخدم أثناء إعداد نظام المخطط للاتصال

2 - صفحة [Ip]

1. [Ip address]


يمكن أن يكون [Static] أو [Dhcp]

3 - صفحة [Cbox]

1. [Name or Ip]

الاسم أو عنوان IP الخاص بخانة Cbox الذي يجب إعداده.

3 - صفحة [Security]



1. [Cbox Password]

يسمح بتغيير كلمة مرور المجلدات المشتركة عند إعداد المنتج في وضع CBOX الداخلي.

بعد إجراء التعديلات، اضغط على:


- للتأكيد. ✓
- للإلغاء. ✗

5. الإعدادات المحلية

تتألف قائمة الإعدادات المحلية من ثلاث صفحات:

- عرض المخطط
- إعدادات لوحة المفاتيح
- الإعدادات الإقليمية

## 1 - صفحة [Chart Display]



## 1. [Visual acuity format]

يحدد تنسيق قياس حدة البصر حسب الاستخدام المحلي.

## 2. [Acuity Display]

تمكين عرض الحدة على شاشة المخطط


## 3. تطوّر دراسة العلاج المبكر لاعتلال الشبكية السكري (ETDRS)

يحدد تطوّر دراسة العلاج المبكر لاعتلال الشبكية السكري (logMar): ETDRS أو سنيلين.

## 4. [Visual Acuity progression]

يحدد تطوّر حدة البصر: عشري أو سنيلين

## 2 - صفحة [Keyboard Settings]



## 1. [Brightness]

يضبط مستوى سطوع شاشة وحدة التحكم

## 2. [Sleep Mode]

يضبط وقت سكون وحدة التحكم

[Sound] .3

يضبط مستوى صوت شاشة وحدة التحكم


[Default Left Tab] .4

يضبط العرض الافتراضي على الجانب الأيسر من شاشة وحدة التحكم

[Default Right Tab] .5

يضبط العرض الافتراضي على الجانب الأيمن من شاشة وحدة التحكم

3 - صفحة [Regional Settings]



[Language] .1

يضبط لغة العرض في وحدة التحكم

[Time Zone] .2

يضبط عرض المنطقة الزمنية في وحدة التحكم

[Date Format] .3

يضبط عرض تنسيق تاريخ وحدة التحكم:

- السنة/الشهر/اليوم < [YY/MM/DD]
- الشهر/اليوم/السنة < [MM/DD/YY]
- اليوم/الشهر/السنة < [DD/MM/YY]

[Time Format] .4

يضبط عرض تنسيق الوقت في وحدة التحكم

[Date] .5

يضبط عرض تنسيق التاريخ في وحدة التحكم

بعد إجراء التعديلات، اضغط على:


- للتأكيد. ✓
- للإلغاء. ✗

6. استعادة النسخ الاحتياطية

تضم قائمة استعادة النسخ الاحتياطية صفحتين:


1. النسخ الاحتياطي
2. استعادة

## 1 - صفحة [Backup]



1. تصدير بيانات رأس الانكسار إلى مفتاح USB
2. تصدير جميع بيانات الجهاز
3. تصدير الإعدادات
4. تصدير البيانات الفنية
5. تصدير الاختبارات والمفضلات وبرامج الاختبار الجديدة
6. تصدير الإحصائيات

## 2 - صفحة [Restore]




1. استيراد البيانات من مفتاح USB إلى رأس الانكسار
2. استيراد الإعدادات
3. استيراد تحديث الذاكرة
4. استيراد الاختبارات والمفضلات وبرامج الاختبار الجديدة
5. استيراد الإحصائيات

بعد إجراء التعديلات، اضغط على:


- للتأكيد. ✓
- للإلغاء. ✗

## XI. شاشة الأخطاء



لا ينطبق هذا القسم.

## XII. إرشادات السلامة



يُعد جهاز Vision-R™ 800 جهاز طبي من الدرجة الأولى والثانية.

مُعزّف الجهاز الموحد الأساسي: 361502000000IVISIONR000NQ

يُعد الجهاز نظام يمكنه حفظ المعلومات النسبية وتخزينها ومشاركتها مع المريض مثل قياسات الانكسار أو الاسم أو الصورة. وتقع على عاتق مستخدم الجهاز مسؤولية الالتزام بلوائح سرية بيانات المرضى المطبقة على موقعه.

## 1. الرموز (الوثيقة والجهاز والتغليف)

### a. الواردة في الوثيقة

| الوصف                                                                                        | الرمز                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تنبيه: موقف خطير قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تجنبه.                         |  |
| تحذير: موقف خطير قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة إذا لم يتم تجنبه.                     |  |
| خطر: موقف خطير يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة إذا لم يتم تجنبه.                          |  |
| معلومات إضافية مهمة أو مفيدة أو كلاهما لمعرفة المعلومات المتعلقة بالنص الوارد في هذا الدليل. |  |
| تلميحات: نصائح عملية.                                                                        |  |

### b. الواردة في الجهاز والخاصة بالتغليف

| الوصف                                                                       | الرمز                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| التيار البديل                                                               |  |
| التيار المستمر                                                              |  |
| قطع الغيار المطبقة من النوع ب.                                              |  |
| الجهة المُصنّعة                                                             |  |
| تاريخ التصنيع (السنة)                                                       |  |
| وضع الاستعداد                                                               |  |
| علامة سي إي "CE" (اللائحة الأوروبية المتعلقة بالأجهزة الطبية).              |  |
| جهاز طبي                                                                    |  |
| الرجوع إلى تعليمات الاستخدام أو الرجوع إلى التعليمات الإلكترونية للاستخدام. |  |
| متوافق مع معايير لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)                            |  |
| رمز التخلص من النفايات وفقًا لتوجيهات EU/2012/19 و EU/2011/65               |  |
| تشغيل = قيد التشغيل (إمداد الطاقة متصل بالتيار الكهربائي)                   |  |
| إيقاف = إيقاف التشغيل (إمداد الطاقة غير متصل بالتيار الكهربائي)             |  |

|                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| التعامل بحذر                                                              |  |
| التعامل بهذه الوضعية                                                      |  |
| الحد الأقصى لرض 4 منتجات فوق منتج السوق                                   |  |
| قابل للكسر                                                                |  |
| إبقاء الجهاز جافًا                                                        |  |
| يُشير إلى الحدود الحرارية التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي بأمان تام.  |  |
| يُشير إلى حدود الرطوبة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي بأمان تام.     |  |
| يُشير إلى حدود الضغط الجوي الذي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي بأمان تام. |  |

## 2. احتياطات الاستخدام

يتوافق هذا الجهاز مع القيود المفروضة بموجب المادة 15 من لائحة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وفي استخدامه بالشروط التالية: (1) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل و(2) يجب أن يقبل التداخل من مصادر خارجية، لا سيما تلك التي قد تسبب أعطالاً.

وُضعت هذه الحدود لضمان توفير الحماية المعقولة ضد التدخل في بيئة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويستخدمها وقد تنبعث منه، تلك الترددات اللاسلكية قد تتداخل مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يُثبت الجهاز ويُستخدم بما يتوافق تمامًا مع تعليمات الجهة المُصنّعة؛ إلا أنه لا يوجد ما يضمن عدم وجود تداخل في ظروف معينة. ويمكنك التأكد من كون هذا الجهاز مصدرًا للتداخلات مع استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

من شأن أي تعديل يُجرى على هذا الجهاز ولم توافق عليه الجهة المُصنّعة أن يلغي حق المستخدم في استخدام هذا الجهاز وفقًا لمتطلبات قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

الجزء المعني من الجسم المطبق على الجهاز هو: الخدين والجلد الأمامي لملمسين للجهاز. يجب أن يكون الجلد الملامس للجهاز بحالة صحية جيدة غير مصاب بجروح أو تهيج أو التهاب.





- العروض الأساسية: ليس للمنتج أداء أساسي من منطلق المعايير التنظيمية.
- ينبغي توخي الحذر أثناء فحص العين للأشخاص الذين يعانون من إعتام عدسة العين وضعف الإدراك، واضطراب نقص الانتباه واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
- ينبغي التعامل دائمًا مع رأس الانكسار من الجزء العلوي، وتجنب مسكه أو تحريكه مطلقًا من أجزائه المتحركة (السفلية).
- تجنب تركيب الجهاز بجوار الأجهزة اللاسلكية (التلفزيون والراديو وما إلى ذلك)؛ فقد يتسبب الجهاز في حدوث تداخل.
- تجنب تفكيك الجهاز مطلقًا؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل أو نشوب حريق.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح، فتجنب ملامسة الجزء الداخلي. وافصل القابس من منفذ الطاقة واستشر الوكيل الخاص بك.
- يُرجى عدم وضع اليدين بين الشاشة والوحدة الرئيسية بوحدة التحكم، تجنبًا لحدوث إصابات عند تحريك الشاشة.
- في حالة انسكاب سائل على الجهاز أو دخول أجسام غريبة إلى داخله، افصل القابس من منفذ الطاقة واستشر الوكيل الخاص بك.
- في حالة حدوث أي شيء غير طبيعي (ضوضاء، دخان، وما إلى ذلك)، افصل القابس من منفذ الطاقة واستشر الوكيل الخاص بك. قد يؤدي الاستخدام المتواصل إلى نشوب حريق أو حدوث إصابات جسيمة.
- يجب ألا تتجاوز مدة الاستخدام المتواصل مع مريض واحد 70 دقيقة.
- يجب تحليل النتائج والبيانات الفنية الناتجة عن التعامل مع الأدوات أو استخدامها أو أيًا منهما على يد متخصصين ذوي خبرة في مختلف مجالات استخدام الجهاز لتجنب مخاطر القراءة الخاطئة للبيانات أو تحليلها تحليلًا خاطئًا.
- يتحمل المستخدم مسؤولية إجراء التشخيصات ولا تتحمل شركة إيسيلور المسؤولية عن هذه التشخيصات.
- يجب على المستخدم استخدام منتج آخر قبل إكمال الوصفة الطبية النهائية.
- تجنب ملامسة موصلات الإخراج (USB، LAN) الخاصة بصندوق إمداد الطاقة والمريض في نفس الوقت.
- يؤثر وجود بصمات الأصابع أو الغبار على الأجزاء البصرية، على سبيل المثال على نوافذ المراقبة، وعلى دقة القياسات؛ لذلك، يوصى بعدم التعامل معها بأصابع اليد وإبقائها بعيدًا عن الغبار. وفي حالة وجود بصمات أصابع أو غبار على الأجزاء البصرية، فقمسح بلطف بقطعة قماش ناعمة.
- الأغشية قابلة للكسر، وقد يؤدي التعامل معها أثناء ارتداء المجوهرات أو إطالة الأظافر إلى حدوث خدوش.
- قد تصفر الأغشية البيضاء بمرور الوقت عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية لفترة طويلة.
- ينبغي حماية الجهاز باستخدام الغطاء المرفق عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- من المحتمل أن يشكل الضوء المنبعث من هذا الجهاز خطرًا. وكلما طالت مدة التعرض، زاد خطر تلف العين. ويُعد تعرض المريض للضوء المنبعث من هذا الجهاز عند تشغيله بأقصى شدة تجاوزًا لإرشادات السلامة بعد 70 دقيقة من استخدامه.
- لا توجد ظروف محددة يمكن للجهاز تحملها.

- تجنب محاولة إصلاح الجهاز أو تعديله.
- تجنب محاولة إجراء أي إصلاحات داخل الجهاز بنفسك مطلقًا. وفي حالة حدوث خلل، استشر الوكيل الخاص بك.
- تجنب فتح الغطاء لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي. واستشر الوكيل الخاص بك لإجراء جميع الإصلاحات.



### 3. موانع الاستخدام

لا توجد موانع للاستخدام.

### 4. الآثار الجانبية

لا يوجد حدث سلبي خطير معروف.

يُرجى الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق باستخدام الجهاز إلى [essilor-instruments-vigilance@essilor.com](mailto:essilor-instruments-vigilance@essilor.com) وإلى السلطة المحلية المختصة بالأجهزة الطبية.

### 5. إفشاء شرط المسؤولية

- يجب تحليل النتائج والبيانات الفنية الناتجة عن التعامل مع الأدوات أو استخدامها أو أيًا منهما على يد متخصصين ذوي خبرة في مختلف مجالات استخدام الجهاز لتجنب مخاطر القراءة الخاطئة للبيانات أو تحليلها تحليلًا خاطئًا.
- يتحمل المستخدم مسؤولية إجراء التشخيصات ولا تتحمل شركة إيسيلور المسؤولية عن هذه التشخيصات.



- صممت شركة إيسيلور كل جهاز جرى إنشاؤه وتسويقه وطرحه في السوق أو أيًا منهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو كلاهما وفقًا للأحكام واللوائح السارية. فهو يحتوي على المعلومات اللازمة لضمان الاستخدام المستهدف والسماح بتحديد هوية الجهة المُصنّعة، مع مراعاة تدريب المستخدم المستهدف ومعدل خبرته ومعرفة.

- تتوفر هذه المعلومات، متضمنة تلك الواردة في أدلة المنتج المصاحبة والمشورة الفنية المقدمة، سواء كانت شفوية أو خطية أو مقدمة أثناء العرض التوضيحي، استنادًا إلى أفضل المعارف. ومع ذلك، يجب اعتبارها معلومات ليس لها أي أثر ملزم، متضمنة حقوق الملكية الصناعية للغير. ولا تعفي هذه المعلومات العميل من التحقق من الإصدارات الحالية والمشورة والاقتراحات المرسلية، ولا سيما أوراق بيانات السلامة الفنية والتعليمات والمعلومات الفنية، فضلًا عن تقييم قدرة الأجهزة لضمان أداء الاستخدام المستهدف أثناء التسليم.
- لا يخضع تطبيق هذه الأجهزة واستخدامها ومناولتها وكذلك المنتجات التي طورها العميل على أساس الاستشارات الفنية وأنشطة الصيانة أو أيًا منهما لسيطرة شركة إيسيلور. وبالتالي لا تقع مسؤوليتها إلا على عاتق العميل وحده دون غيره. ولا تتحمل شركة إيسيلور أي مسؤولية بهذا الصدد، على النحو المبين أدناه.
- يخضع بيع المنتجات للشروط العامة للبيع والتسليم بصيغتها المعدلة.

#### سرية بيانات المرضى

يُعد الجهاز نظام يمكنه حفظ المعلومات النسبية وتخزينها ومشاركتها مع المريض مثل قياسات الانكسار أو الاسم أو الصورة. وتقع على عاتق مستخدم الجهاز مسؤولية الالتزام بلوائح سرية بيانات المرضى المطبقة على موقعه.

يُرجى ملاحظة أن هذا الجهاز مخصص للاستخدام الطبي المهني فحسب. ولا تُعرض بيانات المرضى الشخصية على الشاشة.

#### 6. مصدر الطاقة

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحذير: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا يجب توصيل هذا الجهاز إلا بمصدر إمداد رئيسي مزود بموصل أرضي وقائي.</li> <li>• ينبغي الحرص على استخدام كابل التأريض لسلك الطاقة عند التوصيل بالطرف الأرضي.</li> <li>• تجنب إتلاف سلك الطاقة (عن طريق ثنيه أو سحبه أو وضع أشياء ثقيلة فوقه، وخلافه).</li> <li>• وتجنب إصلاحه أيضًا. إذا تلف السلك (توصيل غير مُحكم أو غلاف تالف، وخلافه)، فاستبدله بسلك جديد؛ فقد يؤدي الاستخدام المتواصل إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.</li> <li>• تجنب ملامسة قابس الطاقة بأيدي مبتلة؛ فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.</li> <li>• إذا لم يُستخدم الجهاز لفترة طويلة، فينبغي فصل سلك الطاقة من منفذ الطاقة.</li> </ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

- تجنب استخدام موصلات التيار أو المحولات أو أسلاك التمديد متعددة المقابس لتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- ضمان إدخال سلك الطاقة بالكامل في كل من القابس والجهاز؛ فقد يؤدي عدم الإدخال الصحيح إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- يتعين تنظيف سلك الطاقة بانتظام لتجنب تراكم الغبار. وإذا كان السلك متسخًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل أو نشوب حريق.
- إذا أصبح سلك الطاقة سائحًا بعد استخدام الجهاز، فتتحقق من عدم اتساخه. وإذا كان الأمر لا يتعلق باتساخ سلك الطاقة، فاستبدله بأخر جديد. قد يؤدي الاستخدام المتواصل إلى حدوث خلل أو التعرض لإصابات جسيمة.
- استخدام الجهاز بجهد الإمداد المناسب؛ فقد يؤدي الاستخدام المتواصل بجهد إمداد أكبر من الطاقة المقدرة إلى حدوث خلل أو نشوب حريق.
- ينبغي الإمساك بالقابس عند إدخال سلك الطاقة أو إزالته.
- يُستخدم فقط سلك الطاقة المرفق مع الجهاز، طراز H05VV-F من نوع سلك 3G مقاس 10 مم<sup>2</sup>، المزود بمقبس VIIG. SJT 3x18 AWG مزود بمقبس مطابق لمستوى المستشفى Nema 5-15P HF للولايات المتحدة/كندا؛ طوله 2 متر.



## 7. الاحتياطات المتعلقة بشبكة تكنولوجيا المعلومات

- يمكن لهذا الجهاز نقل البيانات إلى جهاز الحاسوب أو أجهزة أخرى عبر واجهة USB أو واجهة RJ45. ويجب أن تتوافق هذه الأجهزة مع المواصفة القياسية رقم IEC 62368-1. ويكمن الغرض منه في بيانات الانكسار.
  - يجب إعداد شبكة تكنولوجيا المعلومات لقبول الملف النصي من عنوان المنتج (معلومات جدار الحماية)
  - تتوافق إجراءات النقل مع بروتوكولات نقل الملفات (FTP).
  - لم يتم الإبلاغ عن أي حالة خطرة جراء إجراء تحليل مخاطر تصميم المنتج.
  - يجب أن تتوافق المعدات الخارجية المخصصة للاتصال بمخرجات الإشارة على الجهاز مع المواصفة القياسية للمنتج ذي الصلة لهذه المعدات رقم IEC 62368-1 الخاصة بمعدات تكنولوجيا المعلومات. فضلاً عن وجوب امتثال جميع هذه المجموعات - النظم الكهربائية الطبية - للمتطلبات المنصوص عليها في البند 16 من المواصفة القياسية رقم IEC 60601-1. ويجب الاحتفاظ بأي معدات لا تتوافق مع متطلبات التيار المتسرب في المواصفة القياسية رقم IEC 60601-1 خارج بيئة المريض (على بعد 1.5 م على الأقل من دعامه المريض أو يجب توفيرها عبر محول فصل لتقليل تيارات المتسرب).
  - يُشكل أي شخص يتولى توصيل معدات خارجية بالجهاز نظامًا كهربائيًا طبيًا، وبالتالي يتحمل بدوره المسؤولية عن امتثال النظام للمتطلبات الواردة في البند 16 من المواصفة القياسية رقم IEC 60601-1. وفي حالة الشك، ينبغي الاتصال بفني طبي مؤهل أو الممثل المحلي لديك.
  - يلزم وجود جهاز فصل (جهاز عزل) لعزل المعدات الموجودة خارج بيئة المريض عن المعدات الموجودة داخل بيئة المريض. ويلزم، على وجه الخصوص، توفر جهاز الفصل المعني عند إجراء اتصال بالشبكة. ووردت متطلبات جهاز الفصل في البند 16.5 من المواصفة القياسية رقم IEC 60601-1.
  - قد يؤدي توصيل هذا الجهاز بالشبكة الحاسوبية التي تتضمن معدات أخرى إلى مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية البيانات.
  - يتوقع أن تحدد المنظمة المسؤولة هذه المخاطر وتحليلها وتقييمها والسيطرة عليها.
  - قد تسبب أي تغييرات لاحقة في الشبكة الحاسوبية حدوث مخاطر وتتطلب مزيدًا من التحليل.
  - وتشمل هذه التغييرات ما يلي:
    - تغيير في تهيئة الشبكة الحاسوبية؛
    - توصيل أجهزة إضافية بالشبكة الحاسوبية،
    - فصل عناصر الشبكة الحاسوبية،
    - تحديث المعدات المتصلة بالشبكة الحاسوبية؛
    - ترقية المعدات المتصلة بالشبكة الحاسوبية.
- يُرجى التواصل مع الموزع الخاص بك للحصول على معلومات مُفضّلة حول هذا الجهاز.



## 8. التوافق الكهرومغناطيسي

- تستند جميع المعلومات الواردة أدناه على المتطلبات المعيارية التي تخضع لها الجهات المصنعة للأجهزة الطبية الكهربائية، على النحو المحدد في الوصفة القياسية رقم IEC 60601-1-2 في نسختها الرابعة.
- يتوافق الجهاز مع معايير التوافق الكهرومغناطيسي السارية، إلا أنه يجب على المستخدم ضمان عدم تسبب أي تداخل كهرومغناطيسي في تشكيل خطرًا إضافيًا، مثل أجهزة إرسال الترددات اللاسلكية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
- سيرد في هذا الفصل المعلومات الضرورية لضمان تثبيت الجهاز وتشغيله في أفضل الظروف من حيث التوافق الكهرومغناطيسي. ويجب فصل أسلاك الجهاز المختلفة عن بعضها البعض.
- قد تتداخل أنواع معينة من أجهزة الاتصالات المحمولة مثل الهواتف المحمولة مع الجهاز؛ ولذلك يجب مراعاة المسافات الفاصلة الموصى بها.
- لا يجوز استخدام الجهاز بالقرب من جهاز آخر أو وضعه عليه. وإذا لم يكن من الممكن تجنب ذلك، فمن الضروري التحقق من حسن سير العمل في ظل ظروف الاستخدام قبل استخدامه. وقد يؤدي استخدام ملحقات غير تلك المحددة أو التي تباعها الجهة المُصنّعة كقطع غيار إلى زيادة الانبعاثات أو انخفاض في حصانة الجهاز.
- في حالة توقف الجهاز عن العمل، أعِدّ ضبط الجهاز أو أعِدّ تشغيل الاختبار من البداية، وتجنب الاستعانة بالبيانات السابقة لإنشاء وصفة طبية.



## a. طول الكابلات والأسلاك وخلافه.

يجب أن يبلغ طول الكابلات أو الأسلاك أكبر من 3 أمتار.



| نوع الاختبار                                                          | وفقًا للمواصفات القياسية |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| انبعاث الترددات اللاسلكية                                             | CISPR 11، الفئة أ        |
| انبعاث التيار التوافقي                                                | IEC 61000-3-2            |
| تقلبات الجهد والوميض                                                  | IEC 61000-3-2            |
| الحصانة ضد تفريغ الكهرباء الساكنة                                     | IEC 61000-4-2            |
| الحصانة المشعة - الحقول الكهرومغناطيسية                               | IEC 61000-4-3            |
| الحصانة ضد التيارات الكهربائية العابرة والانفجارات الكهربائية السريعة | IEC 61000-4-4            |
| الحصانة ضد الموجة الصدمية                                             | IEC 61000-4-5            |
| الحصانة ضد اضطراب الترددات اللاسلكية الموصلة                          | IEC 61000-4-6            |
| الحصانة المشعة - الحقول المغناطيسية                                   | IEC 61000-4-8            |
| الحصانة ضد انخفاضات الجهد، والانقطاعات القصيرة وتغيرات الجهد          | IEC 61000-4-11           |

## b. المسافة الفاصلة الموصى بها

ضمم الجهاز للاستخدام في بيئة كهرومغناطيسية يتم فيها التحكم في اضطرابات إشعاع التردد اللاسلكي. يمكن لمستخدم الجهاز أو القائم بتركيبه المساعدة في تجنب التداخل الكهرومغناطيسي من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من المسافة، اعتمادًا على الطاقة القصوى لمعدات إرسال الترددات اللاسلكية. يجب عدم استخدام أجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (متضمنة الأجهزة مثل كابلات الهوائي ووحدات الهوائي الخارجية) على مسافة أقرب من 30 سم (12 بوصة) إلى أي جزء من الجهاز، بما فيها الكابلات التي تحددها الجهة المُصنِّعة؛ وإلا فقد يتأثر أداء هذه الأجهزة.



## c. الانبعاثات الكهرومغناطيسية

ضمم هذا المنتج للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. ويتوقف أمر التحقق من استخدام الجهاز في هذه البيئة للتعامل أو المستخدم.



| اختبار الانبعاثات                                            | الامتثال       | البيئة الكهرومغناطيسية - المبادئ التوجيهية                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اضطراب الإشعاع الكهرومغناطيسي (الانبعاثات المشعة) (CISPR 11) | المجموعة 1     | يستخدم المنتج طاقة التردد اللاسلكي للوظائف الداخلية.                                                               |
| جهد التصدع في محطات الطاقة (الانبعاثات الموصلة) (CISPR 11)   | الفئة ب        | يمكن استخدام المنتج في جميع المنشآت، متضمنة المواقع المنزلية وتلك المتصلة مباشرة بالطاقة العامة ذات الجهد المنخفض. |
| انبعاث التيار التوافقي (IEC61000-3-2)                        | الفئة أ متوافق |                                                                                                                    |
| اختلافات الجهد وتقلبات الجهد والوميض (IEC61000-3-3)          | متوافق         |                                                                                                                    |

## d. الحصانة المغناطيسية والكهرومغناطيسية

ضمم المنتج للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. ويتوقف أمر التحقق من استخدام الجهاز في هذه البيئة للتعامل أو المستخدم.



| اختبار الحصانة                                                            | مستوى الاختبار IEC 60601 ومستوى الامتثال                         | البيئة الكهرومغناطيسية - المبادئ التوجيهية |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| التفريغ الكهروستاتيكي (IEC61000-4-2) (ESD)                                | 8 ± كيلو فولت ملامس<br>15 ± كيلو فولت هوائي                      | بيئة منشأة الرعاية الصحية المهنية.         |
| التيارات الكهربائية العابرة والانفجارات الكهربائية السريعة (IEC61000-4-4) | 2 ± كيلو فولت لخطوط إمداد الطاقة<br>1 ± كيلو فولت لمتاح الإشارات |                                            |
| الموجات الصدمية (IEC61000-4-5)                                            | 2 ± كيلو فولت في النمط التفاضلي<br>1 ± كيلو فولت في نمط التيار   |                                            |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | 30 أ/م                                                                                                                                                                                                    | المجال المغناطيسي للتردد الصناعي المخصص (IEC61000-4-8)           |
| بيئة منشأة الرعاية الصحية المهنية. إذا كان استخدام النظام يتطلب التشغيل المستمر أثناء انقطاع التيار الكهربائي، فيوصى بتزويد الجهاز الطبي بمصدر طاقة منفصل (UPS، وخلافه). | 0% $U_T$ لمدة 0.5 دورة<br>(0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° و 315° لمدة 0.5 دورة)<br>0% $U_T$ لدورة واحدة<br>70% $U_T$<br>لمدة 25 دورة عند 50 هرتز<br>لمدة 30 دورة عند 60 هرتز<br>المرحلة المفردة: 0° | انخفاضات الجهد والانقطاعات القصيرة وتغيرات الجهد (IEC61000-4-11) |
|                                                                                                                                                                          | 0% $U_T$ لمدة 250 دورة عند 50 هرتز و 300 دورة عند 60 هرتز                                                                                                                                                 | انقطاعات الجهد (IEC61000-4-11)                                   |

$U_T$  يمثل جهد التيار المتردد قبل تطبيق مستوى الاختبار.



### e. الحصانة الكهرومغناطيسية، الترددات الراديوية


صُمم المنتج للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. ويتوقف أمر التحقق من استخدام الجهاز في هذه البيئة للعمل أو المستخدم.



يجب عدم استخدام أجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (متضمنة الأجهزة مثل كابلات الهوائي ووحدات الهوائي الخارجية) على مسافة أقرب من 30 سم (12 بوصة) إلى أي جزء من الجهاز قيد الاختبار، بما فيها الكابلات التي تحددها الجهة المُصنِّعة؛ وإلا فقد يتأثر أداء هذه الأجهزة.

| اختبار الحصانة                                                                                              | مستوى الاختبار IEC 60601 ومستوى الامتثال                                                                                                                                                                                                                                                        | البيئة الكهرومغناطيسية – المبادئ التوجيهية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| الحقول الكهرومغناطيسية التردد اللاسلكي المشع (IEC61000-4-3)                                                 | 3 فولت/م<br>80 ميغا هرتز إلى 2.7 جيجا هرتز<br>80% ملي أمبير عند 1 كيلو هرتز                                                                                                                                                                                                                     | منشأة الرعاية الصحية المهنية.              |
| الحقول التقاربية المنبعثة من الاتصالات اللاسلكية للترددات اللاسلكية للأجهزة (IEC 61000-4-3 الطريقة المؤقتة) | فولت/م<br>710 ميغا هرتز، 745 ميغا هرتز،<br>780 ميغا هرتز، 5240 ميغا هرتز،<br>5550 ميغا هرتز، 5785 ميغا هرتز،<br>27 فولت/م<br>385 ميغا هرتز<br>28 فولت/م<br>450 ميغا هرتز، 810 ميغا هرتز،<br>870 ميغا هرتز، 930 ميغا هرتز،<br>1720 ميغا هرتز، 1845 ميغا هرتز،<br>1970 ميغا هرتز، 2450 ميغا هرتز، |                                            |
| اضطرابات الترددات اللاسلكية الموصلة المستحثة (IEC610004-6)                                                  | 3 فولت<br>150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز<br>6 فولت في الترددات والنطاقات الصناعية والعلمية والطبية بين 0.15 ميغا هرتز و 80 ميغا هرتز، تردد لاسلكي هوائي متضمن 80% ملي أمبير عند 1 كيلو هرتز                                                                                                     |                                            |

## XIII. استكشاف الأخطاء وإصلاحها




في حالة اكتشاف مشكلة ما، يُرجى الاطلاع على الجدول أدناه لاتخاذ التدابير المناسبة.

| العلامات                                          | الأسباب والتدابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رأس الانكسار لا يشرع في العمل من تلقاء نفسه       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا توجد طاقة <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ التحقق من توصيل كابل USB المتصل بإمداد الطاقة (كابل + وصلة)</li> <li>◦ التحقق من تشغيل وحدة إمداد الطاقة</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| وحدة التحكم لا تشرع في العمل من تلقاء نفسها       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا توجد طاقة <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ التحقق من تشغيل وحدة إمداد الطاقة</li> <li>◦ التحقق من تشغيل [Bluetouch]</li> <li>◦ الضغط على مفتاح [Clear] لبدء التهيئة</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| لا توجد إمدادات لصندوق إمداد الطاقة               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا توجد طاقة <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ التحقق من ضبط مفتاح [ON/OFF] على وضع تشغيل (ON)</li> <li>◦ التحقق من تشغيل مؤشر LED الأول في صندوق إمداد الطاقة</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| توقف شاشة وحدة التحكم                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا توجد طاقة <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ التحقق من توصيل سلك التيار الكهربائي</li> <li>◦ إيقاف تشغيل وحدة التحكم بالضغط على مفتاح [Clear] وإعادة تشغيل المنتج</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| طيف ألوان على الشاشة                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• حدث خطأ في كابل الفيديو <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ التحقق من توصيل كابل وحدة التحكم في وحدة إمداد الطاقة</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا تعمل شاشة لوحة المفاتيح وتظل سوداء عند التهيئة | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مربع اللمس باللون الأزرق مضيء <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ تغيير الكابل من وحدة التحكم أو تغيير إمداد الطاقة</li> </ul> </li> <li>• مربع اللمس باللون الأزرق لا يضيء <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ تغيير إمداد الطاقة</li> </ul> </li> <li>• يضيء مربع اللمس باللون الأزرق ثم ينطفئ <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ تغيير وحدة التحكم أو تغيير رأس الانكسار</li> </ul> </li> </ul> |

إذا لم تُحل المشكلة بعد اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، فيتعين الاتصال بالموزع المحلي على الفور.  
لقد تلقى الوكيل الخاص بك تدريبًا من شركة إيسيلور.

## XIV. الصيانة



- يجب أن تُنقذ جميع عمليات الصيانة على يد فنيي صيانة مؤهلين لضمان سلامة الجهاز وأدائه، ما لم يرد في هذا الدليل خلاف ذلك.
- يُعد هذا الجهاز جهاز بصري عالي الدقة؛ وينبغي توخي الحذر عند التعامل معه في جميع الأوقات.
- ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع الجهاز لتجنب إصابته بأي خدوش (الأغطية على سبيل المثال).
- تجنب ملامسة الأجزاء البصرية (نافذة المراقبة على سبيل المثال) بأصابعك، واحرص على تنظيف الغبار المتراكم الذي قد يؤدي إلى تحريف نتيجة القياسات.
- ينبغي تنظيف الجهاز يوميًا (يرجى الاطلاع على طرق التنظيف المحددة).
- تجنب استخدام البنزين أو المخففات أو المذيبات العضوية أو الأثير أو البنزين لتنظيف الجهاز.



## 1. حالة التخزين والمناولة

ينبغي مراعاة حالات التشغيل والتخزين والنقل المذكورة أدناه.  
تجنب ظروف التكثيف.



|           | درجة الحرارة     | الرطوبة       | الضغط الجوي         |
|-----------|------------------|---------------|---------------------|
| الاستخدام | [15°C; +30°C+]   | [% 90 ; % 30] | [hPA; 1060 hPA 800] |
| التخزين   | [10°C; + 55°C -] | [% 95 ; % 10] | [hPA; 1060 hPA 700] |
| النقل     | [40°C; + 70°C -] | [% 95 ; % 10] | [hPA; 1060 hPA 700] |

## 2. التنظيف

لتجنب خطر وقوع حوادث، افصل الجهاز قبل التنظيف.



ستوفر شركة ايسيلور عند الطلب مخططات للدوائر الكهربائية أو قوائم قطع غيار المكونات أو الأوصاف، أو تعليمات المعايرة، أو غيرها من المعلومات التي ستساعد الوكيل على إصلاح قطع غيار هذا الجهاز التي حددت شركة ايسيلور قابليتها للإصلاح من جانب الوكيل.

### a. تنظيف الرأس وتطهيره

- لتطهير المناطق التي من المحتمل أن يلامسها المريض (أغطية الوجه وغطاء مسند الجبهة)، استخدم مناديل مطهرة للاستخدام الطبي.
- تُطهر هذه المناطق بين اختبار كل مريض.



استخدم دائمًا قطعة قماش ناعمة مبللة قليلًا (ألياف دقيقة، سيليكون)، لتنظيف عناصر الرأس:

- أغطية الوجه بإزالتها مسبقًا
  - العدسات
    - جانب المريض (إذا عُثر على أثر للمسها فقط)
    - جانب الطبيب الممارس
  - نافذة الكاميرا لقياسات مسافة الرؤية القريبة
  - نوافذ الكاميرا لقياسات المسافة الرأسية
  - لوحة الإضاءة LED
- تجنب تنظيف نوافذ المراقبة (جانب المريض) بالسائل أو بالضغط المثبت في مشبك أو مفك البراغي لمنع تلف الأسطح البصرية.





يجب فحص وحدات SCV بعد كل مريض؛ والتحقق بصريًا من وجود آثار للأوساخ على النافذة الخلفية لوحدة SCV (جانب المريض).  
تُنظف وحدات SCV (نوافذ المراقبة الجانبية للمريض) يوميًا، وفقًا للطرق الموضحة أدناه:

1. خذ إحدى مسحات التنظيف (المزودة بالمنتج).  
< قم بتغيير مسحة التنظيف للوحدة الثانية.
  1. رش كحول الأيزوبروبيل (منظف ومطهر ومعقم) على الطرف (الجزء الأبيض) من مسحة التنظيف.  
< تجنب غمس مسحة التنظيف أو نقعها مباشرة في الكحول.
  2. اطوي الفوهة للحصول على سطح أكبر للقيام بالتنظيف.
  3. ضع الطرف في وسط الوحدة ونظف الوحدة بحركة دائرية (بالطريقة الحلزونية).  
< حركة حلزونية من وسط الوحدة إلى خارجها.
- تجنب المسح
  - تجنب استخدام أداة للتنظيف (مفك البراغي، رأس القلم)
  - تجنب التنظيف مباشرة بأصابعك

#### b. تنظيف وحدة التحكم.



استخدم دائمًا قطعة قماش ناعمة مبللة قليلًا (ألياف دقيقة، سيليكون)، لتنظيف عناصر وحدة التحكم:

- شاشة اللمس
- لوحة المفاتيح

تجنب رش سائل على شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح بوحدة التحكم، بغض النظر عن نوع السائل، كي لا تخاطر بإتلاف اللوحات الإلكترونية.

### 3. الفحص والصيانة الدورية

#### a. التثبيت الأفقي




- تفقد الجهاز (مرة واحدة أسبوعيًا) للتأكد من تجميعه بشكل صحيح وتوصيل وحدة التحكم بشكل سليم.
- تحقق من إحكام ربط البرغي مقاس 6 ملم الذي يربط الرأس بذراع جهاز محرك الإصدار.
- تحقق من إحكام ربط برغي الأمان مقاس 5 ملم (من خلال البرغي المرفق بذراع جهاز محرك الإصدار).
- إذا كان الغطاء متسخًا، فامسحه بلطف بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلًا. امسح أي بقع صعبة باستخدام القليل من الماء أو منظف محايد.

| برغي مقاس 5 ملم (موجود أدناه) | برغي مقاس 6 ملم (موجود أعلاه) |
|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |                               |

## b. التثبيت الرأسي

- تفقد الجهاز (مرة واحدة أسبوعيًا) للتأكد من تجميعه بشكل صحيح وتوصيل وحدة التحكم بشكل سليم.
- تحقق من إحكام ربط البرغي مقاس الملحق برأس الوحدة.
- إذا كان الغطاء متسخًا، فامسحه بلطف بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً.
- امسح أي بقع صعبة باستخدام القليل من الماء أو منظف محايد.



## 4. تفكيك المنتج ونقله

1. إئو الجلسة ثم افصل الجهاز.
2. أزل قضيب الدعم وبطاقة الرؤية القريبة من رأس الانكسار.
3. ضع مسند الجبهة بالقرب من جانب رأس الانكسار قدر الإمكان.
4. ضع الذراع في نفس اتجاه رأس الانكسار.
5. فك البرغي مقاس 5 ملم (برغي الأمان) ثم البرغي مقاس 6 ملم (برغي المرفق).



## 5. التخلص من المنتج


التعليمات المتعلقة بالتخلص من الجهاز وفقًا للتوجيهات EU/2012/19 و EU/2011/65 بشأن الحد من المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية والتخلص من النفايات الكهربائية والإلكترونية. عندما تنتهي فترة استخدام الجهاز، فلا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية. وإنما يمكن التخلص منه في مركز إدارة النفايات الذي يخضع لإدارة البلدية أو تجار التجزئة الذين يوفر هذه الخدمة. يتجنب التخلص المنفصل من جهاز كهربائي حدوث أي ضرر يلحق بالبيئة أو الصحة قد ينتج عن التخلص الذي لا يمثل للتوجيهات، كما يتيح إعادة تدوير المواد المكونة منه لتوفير الطاقة والموارد. يظهر الرسم التخطيطي للحاوية ذات العجلات على ملصق الجهاز. ويشير إلى الالتزام بتجميع الجهاز والتخلص منه بشكل منفصل عن المعدات الكهربائية والإلكترونية منتهية الصلاحية/غير المستخدمة.



- يجب على المستخدم مراعاة الآثار الضارة المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والتي يمكن أن تنجم عن التخلص من الجهاز بالكامل أو بعض مكوناته بطريقة لا تمثل للتوجيهات.
- ولتفادي إطلاق مواد خطيرة في البيئة وتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية، تُبشّر الجهة المُصنّعة، في حالة رغبة المستخدم في التخلص من الجهاز منتهية الصلاحية، إعادة استخدام الجهاز ومكوناته واستردادهم وإعادة تدويرهم. ويجب مراعاة متطلبات اللوائح الأوروبية والوطنية قبل التخلص من هذا الجهاز.
- تجنب التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية، بل يجب التخلص منه بشكل منفصل بتسليمه إلى شركة متخصصة في التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية أو إلى الخدمات الإدارية المحلية المسؤولة عن جمع النفايات.
- يجب على المورد أو الجهة المُصنّعة استعادة المعدات القديمة.
- تغطي الجهة المُصنّعة تكاليف المعالجة وإعادة التدوير للجهاز المستخدم بالانضمام إلى اتحاد معني بنفايات المعدات التقنية.
- تتعهد الجهة المُصنّعة بتزويد المستخدم بجميع المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة التي يحتويها الجهاز وطرق إعادة تدوير هذه المواد، وإبلاغه بإمكانية إعادة تدوير المعدات المستخدمة. وينص القانون على عقوبات صارمة في حال مخالفة هذه التوجيهات.



## XV. المواصفات



## 1. البيانات الفنية

يبلغ العمر المتوقع للجهاز ومكوناته 7 أعوام.

### a. التمرکز

- المسافة بين الحدقتين:
  - 49.0 إلى 80.0 ملم على مسافة بعيدة (بدرجات 0.50 ملم)
  - 55.0 إلى 83.0 ملم على مسافة قريبة (بدرجات 0.50 ملم)
- تعديلات ثنائية العين وأحادية العين
- التقارب: تلقائي، مقارنة بموقع الهدف بالنسبة للرؤية القريبة ومسافة حدقة المريض
- المسافة الرأسية: من 4.0 إلى 30.0 ملم بدرجات 0.1 ملم، أحادية العين، تُقاس بالكاميرات

### b. نطاق القياس

- العدسة الكروية: من -20.00 ديوبتر إلى +20.00 ديوبتر
- العدسة الأسطوانية: حتى 8.00 ديوبتر حسب تركيبة العدسة. العدسة الأسطوانية من -7.00 ديوبتر إلى 8.00 ديوبتر مع العدسة الكروية عند 0 ديوبتر
  - في الوضع "القياسي": زيادات بمقدار 0.25 ديوبتر بدرجات قابلة للتعديل
  - في الوضع "الذكي": أي قيمة مكونة من رقمين عشريين
- المحور: من 0 درجة إلى 180 درجة بزيادات قدرها 1 درجة، بدرجات قابلة للتعديل
- الموشور الضوئي: من 0 إلى 20 Δ بزيادات 0.1 Δ، بدرجات قابلة للتعديل

### c. العدسات المساعدة

- أغطية العين: معتمدة
- فتحة الثقب: نعم
- عدسات المنظار الشبكية: +1.50 ديوبتر، +2.00 ديوبتر (مدعومة بوحدة بصرية)
- عدسات الضباب: +1.50 ديوبتر، +2.00 ديوبتر (مدعومة بوحدة بصرية)
- أسطوانات جاكسون المتصلية: +/- 0.25 ديوبتر، +/- 0.50 ديوبتر (مدعومة بوحدة بصرية)
- الأسطوانات المتصلية الثابتة: +/- 0.50 ديوبتر (مدعومة بوحدة بصرية)
- الموشورات:
  - 3 Δ القاعدة لأعلى / 3 Δ القاعدة للأسفل
  - 6 Δ القاعدة لأعلى
  - 10 Δ قاعدة (مدعومة بالموشورات / مقاييس تقزح الضوء المختلفة)
- عبدان مادوكس: حمراء، أفقية، وعمودية
- عوامل تصفية حمراء/خضراء: حمراء على العين اليمنى، خضراء على العين اليسرى
- مرشح مستقطب: خطي ودائري

### d. الأبعاد والوزن

- رأس الانكسار:
  - العرض: 29.6 سم من الأعلى - 20.1 سم / 23.9 سم من الأسفل
  - الارتفاع: 22,2 سم
  - العمق: 8.4 سم من الأعلى - 6.5 سم من الأسفل
  - الوزن الإجمالي: 3,5 كجم
- وحدة التحكم (لوحة المفاتيح + الشاشة):

- لوحة المفاتيح: (عرض) 28 سم × (عمق) 22 سم × (ارتفاع) 23.5 سم
- شاشة العرض: 10.4"
- الوزن الإجمالي: 3,0 كجم
- إمداد الطاقة:
  - الطول: 16.5 سم
  - العرض: 19.3 سم
  - العمق: 5.6 سم
  - الوزن الإجمالي: 1.0 كجم

#### e. مؤشرات الضوء LED

- إضاءة الرؤية القريبة:
  - اللون: أبيض، محايد
  - اللونية درجة حرارة اللون: 4000 كلفن
  - التدفق الضوئي: 93.9 لومن
  - الفئة: NC
- مؤشر ضوئي LED أبيض مرئي (المسافة الرأسية):
  - اللون: شروق الشمس
  - اللونية درجة حرارة اللون: 2700 كلفن
  - التدفق الضوئي: 8 إلى 120 لومن
  - الفئة: NC
- مؤشر ضوئي LED بالأشعة تحت الحمراء:
  - اللون: تحت الحمراء (IR)
  - الطول الموجي: 850 نانومتر
  - كثافة الطاقة: 50 مللي واط/ستراديان
  - الفئة: NC
- مؤشر ضوئي LED بالأشعة تحت الحمراء (عرض اختبارات الاستدعاء على الشاشة):
  - اللون: تحت الحمراء (IR)
  - الطول الموجي: 940 نانومتر
  - كثافة الطاقة: 145 مللي واط/ستراديان
  - الفئة: NC

#### f. الإدخال/الإخراج

- صندوق إمداد الطاقة:
  - مدخل التيار المتردد 100-240 فولت؛ 50/60 هرتز؛ 1,2-0,5 أمبير
  - مخرج تيار مستمر: 24 فولت
  - مخرج الطاقة: 48 فولت أمبير
- رأس الانكسار: مدخل تيار متردد 24 فولت، 48 فولت أمبير
- وحدة التحكم: مدخل تيار متردد 24 فولت، 48 فولت أمبير


#### 2. الاتصال بالأجهزة الأخرى

لا ينطبق هذا القسم.

#### 3. المتطلبات

لا ينطبق هذا القسم.

## XVI. الملحق




## 1. الأسئلة الشائعة

### a. ما الفائدة من تحديد الانكسار بدقة 0.01 ديوبتر؟

دائمًا ما يُنقَد إجراء الانكسار بخطوات تبلغ 0.25 ديوبتر لإعداد وصفات طبية لا تمثل سوى تقدير جيد لاحتياجات المريض. ويوفر استخدام أي قيمة ذات فاصلتين عشريتين أثناء عملية الانكسار للمرضى أنسب وصفة طبية في 0.25 ديوبتر. في إجراءات الانكسار التقليدية، تُقَرَّب القيم إلى 0.25 ديوبتر في كل مرحلة من مراحل الإجراء (الكروية، الأسطوانية، توارن ثنائي العينين، تأكيد ثنائي العينين) ويتراكم معدل عدم الدقة. وفي النهاية، لا تكون الوصفات الطبية دقيقة تمامًا. في إجراء الانكسار بجهاز Vision-R 800، يُجرى الاختبار بأكمله باستخدام خطوات 0.01 ديوبتر لتحديد الانكسار الدقيق للمريض. ويمكن بعد ذلك تقديم وصفات المرضى الطبية الدقيقة باستخدام العدسات الدقيقة أو أفضل وصفة طبية موثوقة باستخدام العدسات التقليدية ذات الأبعاد 0.25 ديوبتر. يمكن للأطباء الممارسين التأكد من قياس الوصفة الطبية الدقيقة عند 0.01 ديوبتر أو الانكسار الأنسب عند 0.25 ديوبتر بفضل جهاز Vision-R 800 واتخاذ القرار بشأن الوصفات الطبية وفقًا لذلك.


### b. هل يمكن للمرضى حقًا ملاحظة تغيرات الانكسار أقل من 0.25 ديوبتر؟

نعم، يلاحظ المرضى تغيرًا أقل من 0.25 ديوبتر. في دراسة أجريت على 146 مريضًا أجراها فريق بحث شركة إيسيلور، تبين أن 95% من المرضى يعانون من حساسية لاختلافات أقل من 0.125 ديوبتر لنوع واحد على الأقل من الاختبارات أثناء فحص العين. علاوة على ذلك، فقد ثبت أن الانكسار لا يختلف اختلافًا كبيرًا في عيون الإنسان: لا يتغير الانكسار بشكل كبير، عند قياسه في نفس الأوضاع الزمنية، في غضون أيام قليلة: وفي دراسة أجراها باحثو شركة إيسيلور، جرى قياس متوسط قيمة الاختلاف عند 0.13 ديوبتر للعدسة الكروية و0.07 ديوبتر للعدسة الأسطوانية. لذلك، من المنير للاهتمام أن نقدم للمرضى الوصفة الطبية الدقيقة لحالتهم، وبالتالي أفضل رؤية لهم.



جرى قياس حساسية المرضى للتغيرات الانكسارية في مكونات الانكسار أثناء عملية الانكسار لدى 146 مريضًا.

XVII. رمز الاستجابة السريعة



يتوفر أحدث إصدار من دليل الاستخدام باللغة المناسبة على الموقع الإلكتروني. ويمكن توفير نسخة ورقية مجانًا عند الطلب.

The complete user manual is available on a web space in PDF format. To access it, please scan the QR code below using a dedicated tool or application. Please make sure that your device is suitable and has an appropriate software .to display the electronic Instructions for use en

Le manuel utilisateur complet est disponible sur un espace web au format PDF. Pour y accéder, veuillez scanner le QR code ci-dessous à l'aide d'un outil ou d'une application dédié(e). Veuillez vous assurer que votre appareil est compatible et dispose d'un logiciel approprié pour afficher le manuel électronique fr

دليل المستخدم الكامل متوفر من خلال موقع الويب بصيغة PDF. لتتمكن من الوصول إليه، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه باستخدام أداة أو تطبيق مخصص لذلك. يُرجى التأكد من أن جهازك مناسب ويحتوي على برنامج مناسب لعرض التعليمات الإلكترونية الخاصة بالاستخدام. ar

Повна інструкція користувача доступна у інтернет-просторі у форматі PDF. Каб отримати до неї доступ, адсканіруйте QR-код нижче при запуску спеціального сродку або програми. Калі ласка, упевніться, що ваша прилада придатна для показу електронної Інструкції па користуванню і що на її устальювання .адпаведнае праграмае забеспеченне be

Пълното ръководство за потребителя е достъпно в уеб пространството. За да получите достъп до него, моля, сканирайте QR кода по-долу, като използвате специален инструмент или приложение. Моля, уверете се, че вашето устройство е подходящо и разполага с подходящ софтуер за преглед на електронните Инструкции за .употреба bg

Kompletní uživatelský návod je k dispozici na webovém prostoru ve formátu PDF. Chcete-li k němu získat přístup, naskenujte prosím níže uvedený QR kód pomocí speciálního nástroje nebo aplikace. Ujistěte se prosím, že .používáte vhodné zařízení, které má vhodný software pro zobrazení elektronického uživatelského návodu cs

Den komplette brugervejledning er tilgængelig på et webområde i PDF-format. For at få adgang til den skal du scanne QR-koden nedenfor ved hjælp af et dedikeret værktøj eller program. Sørg for, at din enhed er egnet og har .en passende software til at vise de elektroniske brugsanvisninger da

Die vollständige Bedienungsanleitung ist auf einem Webspace im PDF-Format verfügbar. Für den Zugriff scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code mit einem speziellen Tool oder einer Anwendung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät für die Anzeige der elektronischen Gebrauchsanweisungen geeignet ist und über eine .entsprechende Software verfügt de

Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο σε έναν ιστοχώρο σε μορφή PDF. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, σκανάρετε τον κωδικό QR παρακάτω χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο ή εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι η .συσκευή σας είναι κατάλληλη και έχει το κατάλληλο λογισμικό για την προβολή των ηλεκτρονικών οδηγιών χρήσης el

El manual de uso completo está disponible en un espacio web. en formato PDF. Para acceder a él, escanee el código QR debajo utilizando una herramienta o aplicación dedicada. Asegúrese de que su dispositivo sea adecuado .y tenga el software apropiado para mostrar las Instrucciones de uso electrónicas es

Täielik kasutusjuhend on saadaval veebis PDF-vormingus. Juurdepääsuks palun skannige allolevat QR-koodi, kasutades selleks vastavat tööriista või rakendust. Veenduge, et teie seade sobib ja et selles on elektroonilise .kasutusjuhendi kuvamiseks sobiv tarkvara et

Täysi käyttöopas on saatavana verkosta PDF-muodossa. Saat pääsyn siihen skannaamalla alla olevan QR-koodin käyttäen siihen tarkoitettu työkalua tai sovellusta. Varmista, että laitteesi on sopiva ja sisältää asianmukaisen .ohjelmiston sähköisten käyttöohjeiden esittämiseen fi

Potpun korisnički priručnik dostupan je na mrežnom prostoru u PDF formatu. Da biste mu pristupili, skenirajte QR kod u nastavku pomoću odgovarajućeg alata ili aplikacije. Provjerite je li vaš uređaj prikladan i ima li odgovarajući .softver za prikaz elektroničkih uputa za upotrebu hr

A teljes felhasználói kézikönyv elérhető az interneten PDF formátumban. Eléréséhez olvassa be az alábbi QR-kódot egy erre szolgáló eszközzel vagy alkalmazással. Ellenőrizze, hogy eszköze képes és rendelkezik a megfelelő .szoftverrel az elektronikus használati útmutató megjelenítésére hu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Panduan pengguna lengkap tersedia di ruang web dalam format PDF. Untuk mengaksesnya, silakan pindai kode QR di bawah ini menggunakan alat atau aplikasi khusus. Pastikan peranti Anda sesuai dan memiliki perangkat lunak yang layak untuk menampilkan petunjuk penggunaan elektronik                                                     | id          |
| Il manuale utente completo è disponibile in formato PDF su uno spazio Web. Per accedervi, leggere il codice QR sottostante mediante un apposito strumento o un'applicazione dedicata. Assicurarsi che il dispositivo sia adatto e che disponga di un software appropriato per visualizzare le istruzioni per l'uso in formato elettronico | it          |
| 完全なユーザーマニュアルは、PDF形式でウェブスペースから入手できます。アクセスするには、専用のツールまたはアプリケーションを使用して、以下のQRコードをスキャンしてください。お使いのデバイスが適切であり、電子説明書を表示する適切なソフトウェアがインストールされていることを確認してください                                                                                                                                                                                         | ja          |
| 전체 사용 설명서는 웹 공간에 PDF 형식으로 있습니다. 이 설명서에 액세스하려면, 전용 도구 또는 앱을 사용하여 아래 QR 코드를 스캔하십시오. 사용자의 기기가 적합하고 전자적인 사용 설명서를 표시할 수 있는 적절한 소프트웨어가 있는지 확인하십시오. 기 바랍니다                                                                                                                                                                                       | ko          |
| Išsamaus naudotojo vadovo PDF formatu ieškokite interneto svetainėje. Kad jį atvertumėte, specialiu įrankiu arba programėle nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra tinkamas ir turi tinkamą programinę įrangą elektroninėms naudojimo instrukcijoms rodyti                                            | lt          |
| Pilnā lietotāja instrukcija ir pieejama tīmeklī PDF formātā. Lai tai piekļūtu, lūdzu, noskenējiet tālāk redzamo kvadrāt kodu, izmantojot tam paredzētu rīku vai lietojumprogrammu. Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu ierīce ir piemērota un vai tai ir atbilstoša programmatūra elektroniskās lietotāja instrukcijas attēlošanai           | lv          |
| Manual pengguna yang lengkap boleh didapati di ruang laman dalam format PDF. Untuk mengaksesnya, sila imbas kod QR di bawah menggunakan alat atau aplikasi khusus. Sila pastikan yang peranti anda adalah serasi dan mempunyai perisian yang sesuai untuk memaparkan Arahan elektronik untuk tujuan penggunaan                            | ms          |
| De volledige gebruikershandleiding is in PDF-formaat beschikbaar op een website. U kunt de handleiding bereiken door de QR-code hiernaast te scannen met een geschikte applicatie. Uw apparaat moet geschikt zijn en over de juiste software beschikken om de elektronische gebruiksaanwijzing weer te geven                              | nl          |
| Den komplette brukerhåndboken er tilgjengelig på et webhotell i PDF-format. For å få tilgang til den, skann QR-koden nedenfor ved hjelp av et dedikert verktøy eller applikasjon. Sørg for at enheten din er egnet og har en passende programvare for å vise den elektroniske bruksanvisningen                                            | no          |
| Kompletna instrukcja użytkownika jest dostępna na stronie internetowej w formacie PDF. Aby uzyskać dostęp, zeskanuj poniższy kod QR przy użyciu dedykowanego narzędzia lub aplikacji. Upewnij się, że urządzenie jest zgodne i wyposażone w odpowiednie oprogramowanie pozwalające wyświetlać elektroniczną Instrukcję obsługi            | pl          |
| O manual do utilizador completo está disponível num espaço online no formato PDF. Para aceder a este, queira digitalizar o QR Code abaixo usando uma ferramenta ou uma aplicação dedicada. Certifique-se de que o seu dispositivo é compatível e possui um software apropriado para exibir as instruções eletrônicas de utilização        | pt          |
| O manual do usuário completo está disponível em um espaço online no formato PDF. Para acessar a este, por favor, digitalizar o QR Code abaixo usando uma ferramenta ou um aplicativo dedicado. Seu dispositivo deve ser compatível e possuir um software apropriado para exibir as instruções eletrônicas de utilização                   | (pt (brazil |
| Manualul de utilizare complet este disponibil online în format PDF. Pentru a-l accesa, scanați codul QR de mai jos folosind un instrument sau o aplicație dedicată. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este potrivit și are un software adecvat pentru afișarea Instrucțiunilor de utilizare în format electronic                 | ro          |
| Полное руководство пользователя доступно в интернет-пространстве в формате PDF. Чтобы получить к нему доступ, отсканируйте QR-код ниже с помощью специального инструмента или приложения. Убедитесь, что ваше устройство подходит и имеет соответствующее программное обеспечение для отображения электронных инструкций по эксплуатации  | ru          |
| Celý používateľský manuál je dostupný vo webovom priestore vo formáte PDF. Ak chcete získať prístup, naskenujte nižšie uvedený QR kód pomocou špeciálneho nástroja alebo aplikácie. Uistite sa, že máte vhodné zariadenie s vhodným softvérom na zobrazenie elektronického návodu na použitie                                             | sk          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Celoten uporabniški priročnik je na voljo kot dokument PDF na spletnem mestu. Za dostop optično preberite spodnjo kodo QR z namenskim orodjem ali aplikacijo. Prepričajte se, da je vaša naprava primerna in ima ustrezno programsko opremo za prikaz elektronskih navodil za uporabo.                       | sl |
| Kompletno uputstvo za korisnike je dostupno na veb prostoru u PDF formatu. Da biste mu pristupili, skenirajte QR kôd u nastavku pomoću namenske alatke ili aplikacije. Proverite da je vaš uređaj odgovarajući i da li ima potreban softver za prikaz elektronskog Uputstva za upotrebu.                     | sr |
| Den fullständiga bruksanvisningen finns tillgänglig på ett webbutrymme i PDF-format. För att komma åt den, vänligen skanna QR-koden nedan med ett dedikerat verktyg eller program. Se till att din enhet är lämplig och har en passande programvara för att visa de elektroniska användningsinstruktionerna. | sv |
| สามารถรับคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF ได้จากบนเว็บไซต์ โดยในการเข้าถึง โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างด้วยเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณนั้นเหมาะสม และมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการแสดงคำแนะนำการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง                                  | th |
| Kullanım kılavuzunun tamamı web alanında, PDF formatında mevcuttur. Buna erişmek için lütfen uygun bir araç veya uygulama kullanarak aşağıdaki QR kodunu okutun. Lütfen cihazınızın uyumlu ve elektronik kullanım talimatlarını görüntülemek için uygun bir yazılıma sahip olduğundan emin olun.             | tr |
| Повна версія посібника користувача доступна в інтернеті в форматі PDF. Щоб отримати до нього доступ, скануйте QR-код нижче за допомогою спеціального додатку. Для перегляду електронного посібника користувача на вашому пристрої він повинен мати відповідні характеристики та програмне забезпечення.      | uk |
| Hướng dẫn sử dụng đầy đủ có sẵn trên không gian web ở định dạng PDF. Để truy cập, vui lòng quét mã QR bên dưới bằng công cụ chuyên dụng hoặc bằng ứng dụng. Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn phù hợp và có phần mềm phù hợp để hiển thị Hướng dẫn sử dụng điện tử.                                     | vi |
| 完整的操作手册以 PDF 格式在网络上提供。如需获取，请使用专门的工具或应用程序扫描下方二维码。请确保您的设备适用并安装有相应的软件，能够显示电子版使用说明。                                                                                                                                                                                                                              | zh |





Essilor International  
147, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont France  
[www.essilor.com](http://www.essilor.com)

