

VISION-S 700



BRUKERHÅNDBOK

INNHOLD

I. INTRODUKSJON	6
II. FORHOLDSREGLER FOR BRUK	8
1. Tiltent bruk	9
a. Tiltent formål	9
b. Indikasjoner for bruk	9
2. Forventet klinisk fordel	9
3. Kontraindikasjoner	9
4. Bivirkninger	9
5. Tiltent målgruppe	9
6. Tiltente brukere	9
III. FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER	10
1. Definisjoner	11
2. Produktsikkerhet	11
a. Forholdsregler for bruk	11
b. Strømkilde	11
c. Forholdsregler angående IT-nettverk	12
IV. PRODUKTBEKRIVELSE	13
1. Produktplan med beskrivelse	14
a. Kompakt refraksjonsenhet, ref. VS01012	14
b. Konsoll - (Ref. V01KB1)	15
c. Elektrisk tilkobling	17
d. Testpresentasjonsskjerm	18
2. Liste med tilbehør	19
a. Standard tilbehør	19
b. Frivillig tilbehør	19
c. Frakoblbare deler	19
V. DRIFTSINFORMASJON	20
1. Installasjon av enheten	21
2. Slå på/av enheten	21
a. Slå på instrumentet (første gang)	21
b. Slå på instrumentet	22
c. Slå av instrumentet	22
3. Tilkobling til andre instrumenter	22
VI. JUSTERINGER FØR UNDERSØKELSEN	24
1. Konfigurer instrumentet	25
a. Still instrumentdata til null	25
b. Gå fra manuell modus til automatisk modus	26
c. Importere og eksportere data	26
2. Konfigurer pasienten	28
a. Juster pannelstøtten	28
b. Kontroller [Vertex]-avstanden	29
c. Innjuster okulærene med pupillene	29
d. Skifte fra langsynthets- til nærsynthetsmodus	30
VII. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER FOR Å UTFØRE EN REFRAKSJONSUNDERSØKELSE	31
1. Velg en test	32


a. Velge en test	32
b. Starte et eksisterende testprogram	33
2. Kontroller den optiske modulen	33
a. Endre det kontrollerte øyet	33
b. Endre de kontrollerte innstillingene	34
c. Modifiser styrken	35
d. Modifiser økningstrinnene	36
e. Verdilåsefunksjon	37
3. Legg på maske på et øye og kontroller filtrene	38
a. Kontroller maskene	38
b. Kontroller og modifiser filtrene	39
c. Modifiser typen okklusjon	39
4. Legge til en pasientmappe	41
5. Tilgang med kontekstassistanse	42
VIII. INNMATING AV PASIENTENS REFRAKSJONSDATA	43
1. Mål	44
2. Dataimport fra Essibox.com	44
3. Manuell innlegging	45
a. Bruk konsollens berørings skjerm	45
b. Bruk av konsolltastaturet	46
c. Dataminne	47
IX. STANDARDTESTER	49
1. Refraksjonstester	50
a. Visuell skarphet	50
b. Bakgrunnsskjermen	57
c. Rød/grønn eller duokrom (ikke-smarttest)	58
d. Faste kryssylindere	60
e. Jackson kryssylindere	63
f. Biokulær balanse	71
2. Nærsynsprøver	75
X. SMARTE TESTER	77
1. Refraksjonstester	78
a. Rød/grønn eller duokrom smart test	78
XI. REFRAKSJONSSAMMENLIGNING (BLUETOUCH)	84
1. Beskrivelse	85
2. Slik sammenligner du den nye refraksjonen med den tidligere refraksjonen	86
3. Varslingsfunksjonen i sammenligningsskjerm	87
XII. SUN RX-FORDELSILLUSTRASJON	89
1. Beskrivelse	90
2. Hvordan bruke Sun Rx-fordelsillustrasjon i manuell modus	91
XIII. [VERTEX] AVSTANDSMÅLING	92
1. Beskrivelse	93
2. Hvordan måle	93
XIV. STANDARD & TILPASSEDE PROGRAMMER OG TESTER	96
1. Tilpass program	97
2. Tilpass test	102
3. Favorittestvalg	105

XV. [EASY REFRACTION MODE]	107
1. Beskrivelse	108
2. [Patient profile]	110
3. [Patient setup]	112
a. [Vertex] avstand	112
b. Avstanden mellom pupiller	113
4. Utfør refraksjonsundersøkelsen.	114
a. Skarphet	114
b. Duggfjerning	115
c. Sfærisk ADJ/CC	115
d. Jackson kryssylindere	116
e. Sjekk av dobbeltsyn	117
f. Balanse	118
g. Nærsyn	119
h. Refraksjonssammenligning (Bluetouch)	120
5. [Patient's report]	122
XVI. MENYER FOR INSTRUMENTINNSTILLINGER	123
1. Beskrivelse av innstillingsmenyene	124
a. Generell informasjon	124
b. Måledata	126
c. Importer/eksporter data	130
d. Kommunikasjonsinnstillinger	135
e. Lokale innstillinger	137
f. Backup og gjenoppretting	140
XVII. VEDLIKEHOLD	142
1. Lagrings- og håndteringsforhold	143
2. Rengjøringsinstruksjoner	143
a. Rengjøring og desinfeksjon av den kompakte refraksjonsenheten	143
b. Rengjøre konsollen	144
3. Periodisk inspeksjon og vedlikehold	144
XVIII. FEIL OG FEILSØKING	145
XIX. TEKNISK BESKRIVELSE	147
1. Tekniske spesifikasjoner	148
a. Produktets levetid	148
b. Produktdimensjoner og vekt	148
c. Kassering	148
d. Sentrering	149
e. Måleområde	149
f. Hjelpelinser	149
g. LED-er	149
h. Inngang/utgang (Input/Output)	150
i. Sikring	150
2. Elektromagnetisk kompatibilitet	150
XX. SYMBOLFORKLARING	154
1. På dokumentet	155
2. På enheten	155
3. På pakningen	156
XXI. UTELUKKELSE AV ANSVAR	157

XXII. QR-KODE	159
XXIII. KONTAKTINFORMASJON	163

I. INTRODUKSJON



 Den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken ligger på et nettsted.
Du får tilgang til andre tilgjengelige språk ved å skanne QR-koden som er tilgjengelig på slutten av denne brukerhåndboken > QR-kodekapittel (p.159).

For tryggere, mer effektiv bruk, følg instruksjonene som er skissert i denne brukerhåndboken.

Copyright © 2024 Essilor - Original håndbok - Alle rettigheter forbeholdt.

Essilor International

147 rue de Paris, 94220, CHARENTON-LE-PONT

www.essilor.com

All reproduksjon av innholdet i dette dokumentet, enten delvis eller fullstendig eller som en del av det hele, for formålet med utgivelsen eller disseminering på noen måte, og i hvilket som helst format, selv kostnadsfritt, er strengt forbudt uten Essilors skriftlige tillatelse på forhånd.

II. FORHOLDSREGLER FOR BRUK



1. Tiltent bruk

a. Tiltent formål

Vision-S™ 700 er ment å bestemme subjektiv tilstedeværelsen av en ametropi over flere avstander og tillate en subjektiv utforskning av synsfunksjon (hovedsakelig binokulær synsfunksjon eller visuell ytelsesmåling).

b. Indikasjoner for bruk

Vurdering av ametropi og/eller binokulær synsforstyrrelse eller undersøkelse av synsfunksjon.

2. Forventet klinisk fordel

Mål en pålitelig og nøyaktig subjektiv refraksjon (indirekte).

3. Kontraindikasjoner

Ingen kjente kontraindikasjoner for bruk av enheten.

4. Bivirkninger

Det er ingen kjente bivirkninger.

Vennligst rapporter enhver alvorlig hendelse som skjedde i forbindelse med enheten til essilor-instruments-vigilance@essilor.com og til den lokale kompetente myndigheten for medisinsk utstyr.

5. Tiltent målgruppe

Barn og voksne kan installeres og justeres med den optiske delen av enheten og kan samhandle med en operatør.




6. Tiltente brukere

Dette instrumentet er beregnet på å bli brukt av øyeleger eller faglærte brukere under tilsyn av øyelegen i henhold til lokale regler.

III. FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER



1. Definisjoner

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Forsiktig: Indikerer en farlig situasjon hvor, om ikke den unnvikes, kan resultere i mindre eller moderate skader.
	Advarsel: Indikerer en farlig situasjon hvor, om ikke den unnvikes, kan resultere i død eller alvorlig skade.
	Viktig og/eller nyttig ekstra informasjon for å lære i forhold til teksten i denne håndboken.

2. Produktsikkerhet

a. Forholdsregler for bruk

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon.

Disse grensene er satt slik at det sikres rimelig beskyttelse mot interferens i et boligmiljø. Denne enheten genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, noe som kan forstyrre radiokommunikasjon hvis enheten ikke er installert og brukt i strengt samsvar med produsentens instruksjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil bli noen forstyrrelse under visse forhold. Du kan bekrefte at denne enheten er kilden til forstyrrelser med radio- eller fjernsynsmottak ved å slå enheten av og på.

I samsvar med kravene i FCC-reglene, vil enhver endring av dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, oppheve brukerens rett til å bruke denne enheten.



Den tiltenkte delen av kroppen som brukes på innretningen, er panneskinnet. Pannen til pasienten er i direkte kontakt med anordningen. Kinn kan være i utilsiktet kontakt med anordningen.

Huden som er i kontakt med enheten må være i frisk tilstand, uten sår, irritasjon eller inflammasjon.



- Ikke forsøk å reparere eller modifier instrumentet.
- Gjør aldri forsøk på å utføre noen reparasjoner inne i instrumentet selv. Ved feilfunksjoner konsulter forhandleren.
- For å unngå fare for dødelig elektrisk støt skal dekselet ikke åpnes. Kontakt forhandleren for alle reparasjoner.

b. Strømkilde



- **ADVARSEL:** For å unngå elektrisk støt må enheten kun kobles til strømforsyning med beskyttende jording.
- Pass på så du ikke bruker strømledningens
- Sørg for å ikke skade strømledningen (ikke bøy den, ikke dra i den eller plasser tunge gjenstander på den osv.). Ikke modifier den heller. Hvis ledningen er skadet (løs kontakt, skadet hylse osv.), skift ut med en ny ledning. Fortsatt bruk kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke berør strømstøpselet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.
- Hvis du ikke bruker instrumentet over lengre tid, koble strømledningen fra uttaket.



- Ikke bruk fleruttaksstriper, adaptere eller skjøteledninger for å koble instrumentet til uttaket.
- Se til at strømledningen er satt helt inn i både pluggen og instrumentet. Hvis den ikke settes inn riktig, kan det føre til en brann eller et elektrisk støt.
- Rengjør strømledningen regelmessig for å forhindre støvdannelse. Hvis ledningen er tilsmusset, kan den forårsake en feilfunksjon eller brann.
- Hvis strømledningen blir varm etter bruk av instrumentet, sjekk at den ikke er tilsmusset. Hvis den ikke er det, skift ut strømledningen med en ny. Fortsatt bruk kan føre til feilfunksjon eller personskade.
- Bruk instrumentet med passende forsyningsspenning. F
- Hold pluggen når du setter inn eller fjerner strømledningen.
- Bruk kun strømledningen som leveres med enheten, modell H05VV-F ledningstype 3G 10 mm², leveres med VIIG-plugg. SJT 3x18 AWG forsynes med sykehusplugg Nema 5-15P HF for US/CAN ; 2 m i lengde.


c. Forholdsregler angående IT-nettverk



- Dette instrumentet kan overføre data til en datamaskin eller andre enheter via et USB- eller RJ45-grensesnitt. Disse enhetene må samsvare med standarden IEC 62368-1. Formålet er å refraksjonere data.
 - IT-nettverk må settes opp for å ta imot tekstfilen fra produktadresse (brannmurparametere).
 - Overføringsrutiner er i samsvar med FTP-protokoller.
 - Ingen farlig situasjon ble rapportert gjennom produktdesignrisikoanalyse.
 - Eksternt utstyr som er beregnet for tilkobling til signalutgangene på enheten skal overholde den relevante produktstandard for slikt utstyr IEC 62368-1 for IT-utstyr. I tillegg skal alle slike kombinasjoner - medisinske elektriske systemer - oppfylle kravene angitt i klausul 16 av IEC 60601-1. Alt utstyr som ikke overholder lekkasjestrømkravene i IEC 60601-1 skal holdes utenfor pasientmiljøet (minst 1,5 m fra pasientstøtten eller skal forsynes via en separasjonsomformer for å redusere lekkasjestrømmene).
- Enhver person som kobler eksternt utstyr til enheten har opprettet et medisinsk elektrisk system og er derfor ansvarlig for systemet og sikre at det er i overensstemmelse med kravene i klausul 16 av IEC 60601-1. Hvis du er i tvil, ta kontakt med kvalifisert medisinsk tekniker eller den lokale representanten.
- En separasjonsenhet (isolasjonsenhet) er nødvendig for å isolere utstyret som befinner seg utenfor pasientmiljøet fra utstyret som befinner seg innenfor pasientmiljøet. Spesielt kreves en slik separasjonsenhet når det gjøres en nettverktilkobling. Kravet for separasjonsenheten er definert i klausul 16.5 av IEC 60601-1.
- Tilkobling av dette utstyret til et datanettverk som inkluderer annet utstyr, kan medføre risiko for sikkerhet og datavern.
- Den ansvarlige organisasjonen forventes å identifisere, analysere, evaluere og kontrollere slike risikofaktorer.
- Alle senere endringer i datanettverket kan medføre nye risikoer og kreve ytterligere analyse.
- Disse endringene inkluderer:
 - endring av konfigurasjonen til datanettverket,
 - tilkobling av ytterligere enheter til datanettverket,
 - frakobling av elementene i datanettverket,
 - oppdatering av utstyr som er tilkoblet datanettverket,
 - oppgradering av utstyr som er tilkoblet datanettverket.

Kontakt distributøren for detaljert informasjon om dette instrumentet.

IV. PRODUKTBESKRIVELSE



Essilor-enheten kalt Vision-S™ 700 er et kompakt refraksjonssystem som brukes til å bestemme refraksjonsfeilen og binokulære funksjoner i det visuelle systemet. Denne enheten utfører en subjektiv refraksjon.

Refraksjonsfeilundersøkelsen er samlet henvisning til som den subjektive refraksjonen.

Subjektiv refraksjon: et forsøk på å bestemme ved bruk av pasientens samarbeid, kombinasjonen av linser som vil gi beste korrigerende visuelle nøyaktighet.

Vision-S™ 700 integrerer hele refraksjonsrommet og består av en kompakt refraksjonsenhet, en konsoll og oversiktsskjermene.

- Den kompakte refraksjonsenheten kontrollerer kombinasjonen/styrken til linsene for å bestemme hvilken korreksjon som er nødvendig for visuell nøyaktighet.
- Konsollen kontrollerer alle handlingene under refraksjonsprosessen (forofter og oversiktsskjerm)

Vision-S™ 700 er et kontrollert testmiljø der refraksjonsfeilen og binokulær funksjon kan kalkuleres, ved kontrollerte avstander, monokulært eller binokulært, samt miljølysbetingelser. Kombinasjon med kontinuerlige endringer (sfære, sylinder, akse og prisme), beste korrigerende eller diagnose er mulig.




VS700I er en VS700 med skriver.

1. Produktplan med beskrivelse

Hovedkomponentene som utgjør Vision-S™ 700-enheten er:

- En kompakt refraksjonsenhet
- En konsoll

a. Kompakt refraksjonsenhet, ref. VS01012



1. Pannestøttedeksel* og pannestøtte

Område der pasientens panne må hvile i løpet av testen.

*Anvendt del

2. Flyttbar ansiktsskjerm


Område som kan være i utilsiktet kontakt med pasientens kinn.

3. Pasientens sideobservasjonsvinduer (SCV-modul)

Pasientens side: frontområde der pasienten er posisjonert og som han eller hun ser gjennom under øyetesten.


4. Målekameraer for vertex-avstand

Brukes til å måle vertex-avstanden for pasienten og lyse opp øynene deres ved behov under pupilleavstandsjusteringen.



Kontrollknotten brukes til å justere pannestøtteposisjonen og modifierer deretter verteksavstanden.

b. Konsoll - (Ref. V01KB1)



1. Berøringsskjerm

2. Berøring [Clear]

Brukes til:

- Tilbakestill aktuell økt (kort trykk).
- Slå instrumentet på eller av (langt trykk).

3. Taster [Import/export]

Brukes til import (⏴) og eksport (⏵) av pasientrefraksjonsdata.

4. Berøring [Far vision/Near vision]

Brukes for å endre til langsynthetsmodus (🏔️) eller nærsynthetsmodus (👁️).

5. Berøring [Bluetouch]

Brukes for å sammenligne ulike refraksjonsmålinger og gjengi data.

6. Knapper [R/BINO/L]

Brukes for å velge synsvilkår:

- Monokulært høyre øye (R) ved å velge bort og blokkere ut venstre øye.
- Monokulært venstre øye (L) ved å velge bort og blokkere ut høyre øye.
- Binokulært (bino).

7. Taster [+/-]

Brukes for å øke eller redusere strømverdiene.

- Tasten [+]: gjør at du kan øke de positive strømverdiene.
- Tasten [-]: gjør at du kan øke de negative strømverdiene.

8. Taster [Position 1/Position 2]

Brukes til:

- Navigering gjennom listen over variasjonstrinn for valgt optisk innstilling.
- Introduisering av en av de to posisjonene til kryssylinderen ved utføring av kryssylindertesten.

9. Midtre knapp

Brukes til:

- Modifisering [+], strømverdiene via rotasjon av den sentrale knappen.
- Navigering gjennom de kontrollerte innstillingene (f.eks. S, C, A) ved å trykke på den midtre knappen.

10. Skarphetsnavigasjonsknapper

Brukes til:

- Navigering gjennom skarphetoversiktene (endring av størrelsen på bokstaver, diagrammer, linjer eller kolonner) og lagre svarene.
- Naviger gjennom svarene på de dissosierte testene.
- Bekrefte svarene til de dissosierte testene med midtre knapp



Det finnes to USB-porter på siden av konsollen.




c. Elektrisk tilkobling



1. Serviceteknikeruttak
2. Informasjonsindikatorlys
3. USB-port
4. Ethernett-port
5. Konsolltilkoblingsport
Brukes for tilkoblingen til konsollen
6. På/av-bryter
Nettverksisolasjonsbryter.
7. Strømkabelsokkel

d. Testpresentasjonsskjerm



1. Tilgang til hovedmenyen

Tillater tilgang til instrumentkonfigurasjonsskjermene.

2. Optotyper, tester

Brukes for å vise de ulike kategoriene av typer og tester (manuelle eller automatiske), tilknyttede optotyper og programmer.

3. Konfigurasjon for oppsett av pasienten

Brukes til å kontrollere og administrere:

- Verteksavstanden.
- Avstandsjusteringen mellom pupillene.
- For å velge bakgrunnsscene.
- For å bruke filtre eller masker på øynene til pasienten.
- For å modifisere trinnene i aktuell innstilling.
- For å låse et øye.

4. Kontrollerte parametere

Brukes til å velge og modifisere verdiene til de presenterte optiske innstillingene.

5. Visualisering av den aktuelle testen.

Brukes til å visualisere, tilpasse testen som pågår personlig og inkludere svarene til pasienten.

6. Administrasjon av pasientdata og brukerhjelpvisning

Gjør at du kan:

- Administrere pasientdata.
- Vise og hente frem minnedata.
- Vise kontekstassistanse.

2. Liste med tilbehør

Ved utpakking sjekk at følgende standardtilbehør er inkludert.

a. Standard tilbehør

- Kommunikasjonskabler:
 - 1 elektrisk kabel som går fra konsollen (7 m)
 - 2 nettverkskabler som går til det lokale nettverket
 - RJ45-nettverkskabler som går til det lokale nettverket (~10 cm til 5 m)
- Beskyttelsesdeksel:
 - Kompakt refraksjonsenhet, ref. VS01A01 (x1)
 - Konsoll, ref. V01A02 (x1)
- Hurtigstartveiledning (x1)
- Konsoll
- Rengjøringspinne (x20)
- Desinfeksjonsservietter, ref NET021(x100)
- Sikring, ref CA2066 (x2)
- Skiftenøkkel for montering av sikkerhetsflens for konsollkabel på stasjonen



Pannestøttedekelet settes på for å forbedre pasientens komfort.

b. Frivillig tilbehør

- Skrivers
- Påfylling av 5-skriverpapir

c. Frakoblbare deler

- Strømkabel 2 m (x1), Europa-type
- Strømkabel 2 m (x1), USA-type
- Pannestøttetrek*, ref VS0180L1 (myk x2) – 1 på produktet og 1 på tilbehørsboksen
- Ansiktsskjerm (venstre og høyre), ref. VS01S95

* Brukte deler.

Det anbefales å skifte ut det myke pannestøttedekelet hver 7500 rengjøring med våtservietter.



Vision-S™ 700 er fullstendig kompatibel med tabellsystemer som er godkjent og tilkoblet av Essilor Instruments.

V. DRIFTSINFORMASJON





Instrumentet må installeres av en spesialisert tekniker. For å installere instrumentet eller endre tilkoblingen, ta kontakt med Essilor-forhandleren.

Overhold forholdsreglene nedenfor:

- Ikke installer instrumentet på et sted:
 - der støv eller smuss samles,
 - direkte eksponert for lysstråler,
 - oksygenrik,
 - viser ekstreme temperaturer og fuktighetsnivåer,
 - sannsynligvis gjennomgår sterke oscillasjoner eller plutselige sjokk.
- Ikke bruk instrumentet med antennelig anestesi eller i forbindelse med antennelige stoffer.
- Instrumentet skal ikke falle; dette ville sannsynligvis forårsake feilfunksjoner. Hvis det faller, kan instrumentet også knuse kroppen din eller føttene dine.
- Ikke hold produktet etter refraksjonshodedelen.

Konfidensialitet for pasientdata

Instrumentet er et system som kan lagre, oppbevare og dele relativ informasjon med pasienten, slik som refraksjonsmålinger, navn eller bilde. Det er ansvaret til brukeren av enheten å overholde reglene for konfidensialitet vedrørende pasientdata, som gjelder ved deres institusjon.

Vær oppmerksom på at denne enheten er beregnet kun på profesjonell medisinsk bruk. Personlig informasjon om pasienter, vises ikke på skjermen.

1. Installasjon av enheten

- 1 Ta det kompakte refraksjonssystemet ut av boksen.
- 2 Installer den kompakte refraksjonsenheden på et forhøyningsbord.
- 3 Sett konsollen på samme bord eller et separat bord avhengig av posisjonen.
- 4 Løsne låsemetallplaten på siden av den kompakte refraksjonsenheden.
- 5 Slå på enheten.

2. Slå på/av enheten

a. Slå på instrumentet (første gang)

- 1 Trykk på PÅ/AV-bryteren på baksiden av den kompakte refraksjonsenheden.



> Systemet er initialisert (kompakt refraksjonsenhet og konsoll).

b. Slå på instrumentet

- 1 Trykk på [Clear]-knappen på tastaturet for å slå på systemet.




c. Slå av instrumentet

- 1 Trykk og hold PÅ/AV-bryteren [Clear] på konsollen.




> Skjermen blir svart.

3. Tilkobling til andre instrumenter



Med:

-  Kabelforbindelse
- * Veggplugg RJ-45

VI. JUSTERINGER FØR UNDERSØKELSEN





Driftsprinsipp

Grunnleggende driftssyklus er: pasientinstallasjon/pasientøyessentrering/refraksjonsprotokollvalg og start /refraksjonsresultatgjenoppretting (dataeksport, utskrift eller manuelt opptak) / fjerning fra pasient.


1. Konfigurer instrumentet


a. Still instrumentdata til null


På slutten av hver undersøkelse, er det mulig å sette instrumentdata til null. Eksperten kan deretter starte en ny økt med en ny pasient.

Gjenoppretting av instrumentdata kan utføres:

- På tastaturet, ved å trykke hurtig på tasten [Clear].



- På berøringsskjermen ved å trykke på (☰ > ).



Gjenopprettingen av pasientdataene får ikke instrumentet til å slå av.

b. Gå fra manuell modus til automatisk modus

Passering fra manuell modus til automatisk modus kan utføres på berøringskjermen ved å trykke på:

- (☉☰ > 🖐️) eller,
- (⚙️), vises som standard.






Når modusen er valgt, endres visningen til øvre strimmel:

- (🖐️) for manuell modus.
- (⚙️) for automatisk modus.


c. Importere og eksportere data

Import og eksport av instrumentdata kan utføres:

- På kontrollen ved å trykke på tastene [Import]  eller [Export] .



- På berøringskjermen ved å trykke på (☉☰ > 🔄).



Når import eller eksport har blitt valgt, åpnes tilsvarende vinduer:


Import



Age	Device	SCA	ID
20/02/07 10:19	CLE070	2.87(- 0.75) 0° Add 0.62 3.00(+ 0.00) 0° Add 0.50	26dcbd59
19/09/27 17:38	WAM700	- 0.25(- 1.00)157° Add 0.00 + 0.25(- 0.25)170° Add 0.00	new Patient1235

AKR ALM PC VRS

Eksport



Memory	Step	SCA	↔(+)	□/∞	0.25D
New Refraction	★ 0.01	- 0.17 (+ 0.00) 0° Add 0.00	-	∞	0.01
Spectacles		- 0.17 (+ 0.00) 0° Add 0.00			

essibox.com Print

Det er mulig å velge å vise dataene som kommer fra:

- AKR (auto-kerato-refraktometer)
- ALM (linsemåler)
- PC (datamaskin)

Dataene lagres automatisk i tilhørende minne.

Trykk:

- (✓) For å bekrefte import eller eksport av data.
- (✗) For å avbryte import eller eksport av data.



Du kan velge flere typer produkter.

2. Konfigurer pasienten

For å justere høyden på forhøyelsesbordet, slik at pasienten er komfortabelt festet (med panne på pannestøtten).




Riktig installasjon må:

- La pasienten ha en komfortabel stilling som garanterer hans eller hennes stabilitet gjennom undersøkelsen.
- Forhindre pasienten fra å ha kontakt med optikk (for eksempel øyenvipper).


a. Juster pannestøtten

Pannestøttejusteringen er utført manuelt takket være knotten som finnes på toppen av enheten.




Justering av pannestøtten påvirker verteksavstanden. Ideelt skal pasientens verteksavstand være mellom 10 mm og 20 mm.


b. Kontroller [Vertex]-avstanden

Inspeksjonen av [Vertex]-avstanden utføres på berøringsskjermen ved å trykke på .


> Bilder av pasientens høyre øye og venstre øye som vises på toppen av konsollskjermen.



> Juster posisjonen på de vertikale linjene på hornhinneapeks for hvert øye ved bruk av den midtre knappen.



> Eller økningstastene [+/-] på konsolltastaturet.




[Vertex]-avstanden kan modifiseres ved å justere pannestøtten ved bruk av knotten som finnes på toppen av enheten.



Etter justering av [Vertex]-avstanden, kontroller at pasientens ansikt ikke er i kontakt med ansiktsskjermene til enheten.

c. Innjuster okulærene med pupillene

Før justering av avstandene be pasienten om å plassere pannen mot hodestøtten og se til at pasienten er i en komfortabel posisjon. Testskjermen må være i midten av pasientens synsfelt.

Justeringen av avstandene mellom pupillene utføres via konsollens berøringsskjerm ved å trykke på .

> De tilegnede pupillekameraene plassert i enheten vil vise følgende.




- Det er mulig å regulere pupilleavstander i langsynthet og nærsynthet. Verdien til de to øynene samsvarer med total binokulær PD-innjustering.


- Som standard er trinnet 1 mm for total avstand. Pupillavstanddata kun for informasjon.

Justeringen av avstandene mellom pupillene kan utføres på konsollen:

- Ved å dreie sentralknappen med klokka eller mot klokka.



- Ved å trykke på tastene [+/-].





d. Skifte fra langsynthets- til nærsynthetsmodus



- For å skifte fra langsynthet til nærsynthet klikk på fanen nærsynthet og velg en test.

- Bytte til nærsynthetsmodus modifierer avstandene mellom pupillene, konvergensen til refraksjonshodet og skjermavstanden.

Ikonet som korresponderer til valgt modus er vist i blått på grensesnittet:

- Et lite ikon er vist på hver test for å vise deg om testen utføres på avstand eller nær.

- Synsskarphet – Avstand: 
- Synsskarphet – Nær: 

-  for langsynthetsmodus.
-  for nærsynthetsmodus.

VII. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER FOR Å UTFØRE EN REFRAKSJONSUNDERSØKELSE






1. Velg en test

Valg av testene gjøres på venstre del av hovedskjermen.



Flere testformater er tilgjengelige. Trykk:

-  for å få tilgang til listen over tilgjengelige tester,
-  for å få tilgang til de forhåndsvalgte favoritttestene,
-  for å få tilgang til standard eller personlig tilpassede testprogrammer.

a. Velge en test

Trykk på ikonet til testen som du ønsker å starte. En visualisering av testen vises på bunnen av hovedskjermen.



Når du velger en test, modifiseres de kontrollerte innstillingene samt de brukte filtrene automatisk.


Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, gå inn i manuell modus på berøringsskjermen ved å trykke på:

-  eller,
-  (vises etter standard).


Rød/grønn test-eksempel



Manuell Jackson kryssylinder-eksempel



b. Starte et eksisterende testprogram

- 1 Trykk på ikonet til testprogrammet .
 - > Listen over tilgjengelige programmer vises.
- 2 Velg det programmet du ønsker å bruke.
 - > Testprogrammet vises, og den første testen settes opp automatisk.



Du kan:

- Følge programmets fremdrift på fremdriftssøylen.
- Velg programmet når som helst ved å klikke på [STOP].
- Gå til følgende test ved å trykke på:
 - tilknyttet ikon,
 - [NEXT] i tilfelle smarttester.



Klikk på linken hvis auto neste må deaktiveres.



Hvis du ønsker å velge en test utenfor programmet som pågår, trykk på testlist  eller favorittester  ikonene.


Det er mulig å gå tilbake til det pågående programmet ved å trykke på tilsvarende ikon.

2. Kontroller den optiske modulen


a. Endre det kontrollerte øyet

Det undersøket øyet kan velges som følger:

- På berøringsskjermen ved å velge:
 - styrken på høyre øye eller venstre øye for separat inspeksjon av hvert øye eller
 - på innstillingene (S, C, A, ADD, Hor., Ver.) for samtidig inspeksjon av begge øyne.




- På konsolltastaturet ved å trykke på tastene [R, BINO, L].




b. Endre de kontrollerte innstillingene

Det er mulig å gå fra én kontrollert innstilling (S, C, A, ADD, Hor., Ver.) til en annen:

- På berøringsskjermen, ved å trykke på den innstillingen du ønsker å kontrollere (på verdien til høyre øye eller venstre øye eller på innstillingen).



- På konsolltastaturet ved å trykke på midtknappen.




Avhengig av instrumentets status kan operasjonen utføres på flere måter:

Langsyn			Nærsyn			Prisme		
0.00	S	0.00	0.00	S	0.00	0.00	S	0.00
0.00	C	0.00	0.00	C	0.00	0.00	C	0.00
0°	A	0°	0°	A	0°	0°	A	0°
0.00	ADD	0.00	0.00	ADD	0.00	0.00	ADD	0.00
0.0	Hor.	0.0	0.0	Hor.	0.0	0.0	Hor.	0.0
0.0	Ver.	0.0	0.0	Ver.	0.0	0.0	Ver.	0.0


c. Modifiser styrken

Modifisering av styrken kan utføres:

- På berøringsskjermen ved å trykke en andre gang på den ønskede kontrollerte innstillingen.



> I dette tilfellet vises et talltastatur. Legg inn ønsket verdi og bekreft ✓.




Når innleggingen er fullstendig, ikke glem å lagre den innledningsvise foreskrivelsen i minnet for valget ditt.

- På konsollens tastatur:
 - ved å vende sentralknappen med klokka eller mot klokka, eller



- ved å trykke på tastene [+/-].



Eksempel:

Hvis du ønsker å modifisere sfæren (S), er det mulig å modifisere verdiene for høyre øye eller venstre øye uavhengig, eller begge samtidig ved å velge "S" direkte.

d. Modifiser økningstrinnene

Tre trinnvariasjonsvalg er konfigurerbare:

1. Sfære- og sylindervariasjonstrinn
2. Aksevariasjonstrinn
3. Prismevariasjonstrinn


Verdien er vist i den øvre blå strimmelen og avhenger av den aktive innstillingen.

Enhets- og trinnverdien avhenger av denne innstillingen. Modifiseringen av økningstrinnet kan utføres:

- På berøringsskjermen ved å velge ønsket trinnverdi.



- På konsolltastaturet ved å trykke på tastene [1 and 2].




I henhold til de kontrollerte innstillingene er verdiene ikke de samme:


- Sfære (S), sylinder (C) og tillegg (ADD) er vist i dioptere og er justerbare til 0,25, 0,50, 1,00 eller 2,00 D.
 > **Som standard er trinnet 0,25 D.**
- Aksen (A) er vist i grader og er justerbare til 1°, 5°, 10°, 20°, 45° eller 90°.
 > **Som standard er trinnet 5 °.**
- Prismene (Hor. og Vert.) er vist i prisma-dioptere og er justerbare til 0,1, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 eller 6,0 D.
 > **Som standard er trinnet 1 D.**

e. Verdilåsefunksjon

Verdilåsefunksjonen er nyttig hvis du ønsker å låse i ulike verdier. For å gjøre dette, trykk på låseikonet.



Ikonet for en lukket lås vises, verdiene er grå og kan ikke endres lenger.



For å låse opp verdiene trykk på låseikonet på nytt.

3. Legg på maske på et øye og kontroller filtrene

a. Kontroller maskene

Trykk på øyet som du ønsker å legge på maske på.


> Masken påsettes automatisk foran øyet til pasienten.



Masken kan være:

- En svart maske.
- En sfærisk styrke, i dette tilfellet brukes en linse av denne styrken foran øyet til pasienten,
> Denne verdien vises på det valgte øyet.


Valg av øyet som skal ha på maske



Eksempel på smart maske



Eksempel på styrke maske



Masken er satt opp automatisk i løpet av de automatiske refraksjonstestene, i motsetning til de dissosierte testene.




Hvis du ønsker å deaktivere denne funksjonen, gå inn i manuell modus på berørings skjermen ved å trykke på:

- (☉☰ > 🖐️) eller,
- (⚙️), vises som standard.

b. Kontroller og modifier filterne

- 1 For å personlig tilpasse filterne som skal legges til foran øynene på pasienten, trykk og hold på ett av de to øynene.
 - > Det åpnes et vindu:



- 2 Du kan bytte mellom de ulike filterne:
 - Monokulær, separat høyre øye eller venstre øye,
 - Binokulært med filterpar.




Handlingen er manuell. Hvis filtre brukes til en test, er justeringen midlertidig opptil starten av en ny økt.

- > De valgte filterne vises i toppdelen av vinduet.


- 3 Når dette er gjort, trykk på:
 - (✓) for å bekrefte valget.
 - (✗) for å avbryte.

c. Modifier typen okklusjon

- 1 For å personlig tilpasse typen okklusjon som skal brukes foran det bortvalgte øyet trykk og hold et av de to øynene.
 - > Det åpnes et vindu:



- 2 Trykk på [Occlusion type] og velg ønsket type okklusjon fra listen:



- 3 Trykk på kalkulatorikonet for å gjøre okkluderverdien personlig tilpasset (🧮).
- 4 Legg deretter inn okkluderverdien.




- > En okkluder med den valgte verdien, vises for pasienten.



- 📄 En personlig tilpasset okkluderverdi kan velges via denne skjermen, innstillingene eller når du oppretter et tilpasset program.
- 📄 Den angitte verdien avrundes automatisk til nærmeste 0,25 D.

4. Legge til en pasientmappe

- 1 For å opprette en pasientmappe, trykk på [👤➔].



- > Pasientmappeopprettelsessiden vises:

The screenshot shows a form titled 'Patient' with the following fields: 'Name', 'Last Name', 'Birth Date', and 'Gender'. Each field has an empty input box. At the bottom right of the form, there are two buttons: a red 'X' (cancel) and a blue checkmark (confirm).

- 2 Fyll ut nødvendig felt:

The screenshot shows the same 'Patient' form, but now with the following data entered: 'Name' is 'Jane', 'Last Name' is 'Doe', and 'Birth Date' is '25/08/1980'. The 'Gender' dropdown menu is open, showing two options: a male symbol (♂) and a female symbol (♀). The male symbol is selected. At the bottom right, the red 'X' and blue checkmark buttons are visible.



- (♂): mann
- (♀): kvinne


3 Når mappen er fylt ut, trykk på:

- o (✓) for å bekrefte.
- o (✗) for å avbryte.

5. Tilgang med kontekstassistanse


1 For å få tilgang med kontekstassistanse, trykk på (?).

> Fraseologien til testene samt handlinger som skal utføres på konsollen er vist på høyre del av skjermen.




2 Hvis du ønsker å vise mer informasjon om testen, trykk på [More help] (+).

> En ekstra hjelpeside vises:



3 Trykk på (✓) for å lukke siden.

VIII. INNMATING AV PASIENTENS REFRAKSJONSDATA



1. Mål


Før utføring av refraksjonstester er det nødvendig å først legge inn dataene for pasientens innledende refraksjon i instrumentet. Disse dataene kan stamme fra:


1. Tidligere målt refraksjon på brillene til pasienten,
2. Den objektive refraksjonen:
 - Målt med auto-refraktometeret eller et skiaskop/retinoskop,
 - fastsatt av et aberrometer.
3. Pasientmappen.


2. Dataimport fra Essibox.com

Importerings av pasientens refraksjonsdata fra Essibox.com kan foretas:

- På berøringsskjermen ved å trykke på (☰ ≡ > ↕).



- På konsolltastaturet ved å trykke på [Import] .



I henhold til importert informasjon og foropterinnstillingene plasseres refraksjonsdata automatisk i et av minnene i foropter:

- [Lensmeter]: forrige korrigering
- [Autorefractor]: objektiv refraksjon målt med auto-refraktometeret eller aberrometeret
- [Retinoscopy]: refraksjon målt med skiaskop/retinoskop
- [Computer]: refraksjon fra pasientmappen
- [Memory 1]
- [Memory 2]
- [Memory 3]



7 minner er tilgjengelige i alle
 Det er mulig å gi minnene nytt navn.

3. Manuell innlegging

Innlegging av startrefraksjon kan utføres enten:

- Øye-for-øye
- To øyne samtidig

Du kan legge inn pasientens refraksjonsdata i foropter manuelt på to ulike måter:

1. Ved bruk av konsollens berøringsskjerm eller
2. Ved bruk av konsollens tastatur.

a. Bruk konsollens berøringsskjerm

1 Trykk på den innstillingen du ønsker å legge inn.


- Sfære (S)
- Sylinder (C)
- Akse (A)



Utvalget kan gjøres uavhengig for det høyre øyet, venstre øyet eller binokulært.

0.00	S	0.00
0.00	↑	0.00
0°	↕	0°
0.00	ADD	0.00
0.0	Hor.	0.0
0.0	Ver.	0.0


- > Linjen til den valgte innstillingen vises i blått. Trykk på det valgte parameteret igjen for å vise nummertastaturet.



- 2 Legg inn ønsket verdi og trykk:

- o (✓) for å bekrefte.
- o (✗) for å avbryte.


- > Dataene vises på skjermen og brukes foran øyet eller øynene til pasienten.



- 3 Trykk deretter på andre innstillinger ved behov.

b. Bruk av konsolltastaturet

- 1 Trykk på tastene [R, BINO or L].



v

- 2 Drei konsolltastaturets sentrale knapp med klokka [-] eller mot klokka [+].
> Verdiene for den valgte innstillingen endres.
- 3 Trykk på den sentrale knappen på tastaturet for å endre innstillingen ved behov.



Ikke glem å lagre data som er lagt inn i et av de tilgjengelige minnene her, [Lensmeter].

c. Dataminne


1 Trykk:

0.00	S	0.00
0.00	C	0.00
0°	A	0°
0.00	ADD	0.00
0.0	Hor.	0.0
0.0	Ver.	0.0


> Listen over tilgjengelige minner vises.

Save	
Lensmeter	📄
Autorefractor	📄
Retinoscopy	📄
Computer	📄
Memory 1	📄
Memory 2	📄
Memory 3	📄
Convert	
Adjust	

- 2 Velg det ønskede minnet.
 - > De lagrede dataene vises på høyre side av skjermen.



IX. STANDARDTESTER



Det finnes 2 typer standardtester:

1. Tester for langsynthet
2. Tester for nærsynthet

1. Refraksjonstester

Følgende refraksjonstester vil bli beskrevet:

- Visuell skarphet
- Rød/grønn eller duokrom
- Faste kryssylindere
- Reserverte kryssylindere
- Biokulær balanse



Denne listen er ikke altomfattende.

Noen av hovedtestene er kun beskrevet her for å hjelpe til med å forstå driften av instrumentet.



For hver test er en kontekstmessig "i situasjon"-hjelp tilgjengelig ved å trykke på .

Brukeren bes om å se dette.



Påminnelse

Før utføring av refraksjonstester er det nødvendig å først legge inn dataene for pasientens innledende refraksjon i instrumentet.

Disse dataene kan stamme fra:

1. Tidligere målt refraksjon på brillene til pasienten,
2. Den objektive refraksjonen:
 - målt med auto-refraktometeret eller et skiaskop,
 - fastsatt av et aberrometer.
3. Pasientmappen.

a. Visuell skarphet

Mål

Måle den visuelle skarpheten til pasienter med og/eller uten korrigerende ved:

- Langsynthet,
- monokulær synstilstand:
 - høyre øye (RE),
 - venstre øye (LE),
- binokulær synstilstand (RLE dvs. RE og LE samtidig).

Valg av optotypeskala

Det er mulig å velge to typer optotypeskalaer:

1. Rasjonal progresjonsskala (i motsatt og desimal skarphet)
 - bokstaver
 - tall
 - Landolt-C
 - Snellen-E
 - stiliserte figurer
2. Logaritmisk progresjonsskala

- o bokstaver
- o tall
- o Landolt-C
- o Snellen-E

Når du har foretatt valg, trykk på ikonet til den ønskede testen. Visualiseringen av testen vises deretter på bunnen av hovedskjermen:



Testdisplayområdet gjør at du kan:

- Visualiser de presenterte optotypene.
- Vis skarphetsverdiene i den valgte enheten i løpet av konfigurasjonen:
 - o desimalskarphet (x/10)
 - o Snellen-skarphet i meter (6/x)
 - o Snellen-skarphet i fot (20/x)



Tabellen over optotyper gjør at du kan:

- Vise verdien på tilsvarende skarphet,
- Vise enheten av skarphet.

Valg av optotypeskala - rasjonell progresjonsskala

Bokstaver (A)	
Tall (3)	
Landolt-C (O)	
Snellen-E (E)	
Stiliserte figurer (🦋)	


Valg av optotypeskala - logaritmisk progresjonsskala

Bokstaver (NKZDK)	
Tall (63587)	
Landolt-C (O)	
Snellen-E (E)	




Det finnes seks tilgjengelige serier av optotyper for hver skarphetsskala slik at pasienten ikke skal huske på serien. Du kan skifte serien samtidig som du opprettholder samme bokstavstørrelse.

- På berøringsskjermen ved å trykke på punktene over optotypene.



- På konsolltastaturet ved å trykke på de horisontale tastene.



Visning av synsskarphetsverdier

For å vise synsskarphetsverdier, trykk på (A_A).

Skarphetsverdiene vises under tabellen med synsskarphetsverdi(er) som aktuelt presenteres fremhevet i blått.




Du kan endre synsskarphetsverdiene på konsolltastaturet ved å trykke på de vertikale tastene:




Registrer pasientens skarphetsverdi ved å trykke på tasten i midten av de fire pilene eller ved å trykke på skarphetsverdien på skjermen.

På tastaturet

På skjermen









Valg av optotype tabellvisning

For å velge en type display trykk på ().

Det er mulig å velge fire displaytyper av optotyper:



Kun tilgjengelig for rasjonale progresjonsskalaer (bokstaver, tall, Landolt-C, Snellen-E, stiliserte figurer).

Tabell	
Kolonne	
Flere kolonner (trykk på samme ikon på nytt)	
slange	
Flere linjer (trykk på samme ikon på nytt)	
Isolert optotype	

Fast pasientfokus

I dette avsnittet kan ECP fiksere fokuset til pasienten på et spesifikt område. Trykk på (◀).

Nå er det mulig å fokusere fra:

Pil	
Blokker	
Understreking	
Motsatte linjer	

Valg av kontrasttype

For å velge en kontrasttype, trykk på (◐).

Det er mulig å velge tre typer kontraster:

1. Rød-grønn, i 100 % kontrast,
2. Hvit på svart bakgrunn
3. Svart på hvit bakgrunn, med valg av kontraster fra 0 til 100 %.



Prosedyre - Bestem pasientens synsskarphet

- 1 Velg optotyper på berøringsskjermen.



Kontroller at optotypene vises riktig på testpresentasjonsskjermen.

- 2 Velg høyre øye, venstre øye eller begge øyne ved bruk av tastene [R, L or BINO] på konsolltastaturet.



- 3 Rull gjennom synsskarphetstestene ved bruk av vertikale piler på konsolltastaturet.




- 4 Still pasienten følgende spørsmål:

“Se på testen, hva er den minste symbollinjen du kan lese uten å myse?”

- > Hvis pasienten er i stand til å tyde 3 av 5 optotyper på samme synsskarphetslinje, er synsskarphetsnivået ansett som oppnådd.

- 5 Lagre synsskarphetsverdien. Du kan lagre denne verdien:

- o På konsolltastaturet ved å trykke på tasten som gannes i midten av de 4 pilene.




Kun for de logaritmiske skalaene og rasjonale skalaen hvis en linje eller et symbol er isolert.

- o På berøringsskjermen ved å trykke på synsskarphetsverdien som vises i visningsområdet.




- > Verdien på pasientens synsskarphet (RE, LE eller BINO) endres til blått og lagres i avsnittet "Pasientdata" i minnet "Synsskarphet".
- > Den vises i bryteren på høyre side av skjermen.



b. Bakgrunnsskjermen


Vision-S-refraksjoneringsystem gjør at du kan utføre øyetestene i et virkelig miljø. Bakgrunnsskjermen gir pasienten en unik opplevelse ved fremming av bestemte visuelle aspekter.

Bakgrunnsskjermen kan velges ved å trykke på følgende ikon.



Alternativene å velge fra er:

- Hvit bakgrunn
- Bybakgrunn
- Naturlig bakgrunn
- Innsjøbakgrunn



Scenen kan endres på hvilket som helst tidspunkt i løpet av refraksjonen.


c. Rød/grønn eller duokrom (ikke-smarttest)

Mål

Juster pasientens sfærekorrigeringsverdi i:

- Langsynthet,
- monokulær synstilstand:
 - høyre øye (RE),
 - venstre øye (LE),
- binokulær synstilstand (RLE dvs. RE og LE samtidig).

Prosedyre - Utføre testen

1 Trykk på ().

> Rød/grønn-testen i visningsområdet på bunnen av berøringsskjermen til konsollen.



> Den tilsvarende tabellen av optotyper vises på testpresentasjonsskjermen.



For å utføre denne testen i best mulige forhold, anbefales et mykere belyst miljø.

2 Still pasienten følgende spørsmål:


“Se på testen, virker tegnene tydeligere mot den grønne bakgrunnen, den røde bakgrunnen eller ser de identiske ut på begge bakgrunner?”

Hvis svaret er:

- > **klarere på den røde bakgrunnen** legger til $-0,25\text{ D}$ (*) til verdien av sfæren. Enten:
 - o på konsolltastaturet ved å trykke på tastene [-],




- o På konsolltastaturet ved å dreie den sentrale knappen med klokka (*).



> Start testen igjen inntil pasienten ser jevn svarthet for tegnene på rød bakgrunn og grønn bakgrunn eller preferanse for den grønne bakgrunnen.

- > **mørkere på den grønne bakgrunnen** legger til $+0,25\text{ D}$ (*) til verdien av sfæren. Enten:
 - o på konsolltastaturet ved å trykke på tastene [+],



- o På konsolltastaturet ved å dreie den sentrale knappen mot klokka (*).



> Start testen igjen inntil pasienten ser lik tydelighet for tegnene på rød bakgrunn og grønn bakgrunn eller preferanse for den røde bakgrunnen.

> **identisk på rød bakgrunn og grønn bakgrunn** beholder denne verdien av sfæren.

I tilfelle foretrukket rød og grønn inversjon mellom to sfæretrinn, behold de siste verdiene:

- **rød** for en pasient **med myopi**
- **grønn** for en pasient **med hypermetropi**

Merknader

- For å unngå de forstyrrende effektene ved akkomodasjon av pasienten (som kan gjøre at vedkommende foretrekker rødt) er det mulig å:
 - be pasienten se på den grønne bakgrunnen før du fortsetter til sammenligning mellom rød/grønn,
 - lett tåkelegge ved å legge til en styrke på +0,50 D for å oppnå en preferanse for det røde og deretter rense opp inntil det oppnås balanse mellom rødt og grønt.
- Flere påfølgende foretrukne svar for det røde kan indikere at pasienten utilsiktet involverer akkomodasjonen. Det kan spesielt skje hos unge pasienter som noen ganger kan være tilsynelatende nærsynte gjennom overdreven inklusjon av akkomodasjonen. Det er derfor viktig å se til at det ikke fører til en for konkav (eller negativ) sfæreverdi.



(*)

Denne informasjonen samsvarer med standardinnstillingene til foropter. **Sfærevariasjonstrinnet er som standard 0,25 D**, men kan justeres i innstillinger.


d. Faste kryssylindere

Mål


Juster pasientens sfærekorrigeringsverdi i:

- Langsynthet,
- monokulær synstilstand:
 - høyre øye (RE),
 - venstre øye (LE),
- binokulær synstilstand (RLE dvs. RE og LE samtidig).

Prosedyre - Utføre testen

1 Trykk på ().

- > Et kryss laget i svarte horisontale og vertikale linjer på en hvit bakgrunn som vises på displayområdet på bunnen av berøringsskjermen på konsollen.



- > Et kryss er vist på testpresentasjonsskjermen.
- > En fast kryssylinder med en "+0.50 (- 1,00) 90°" formel er lagt til pasientkorrigeringen (på høyre øye, venstre øye eller begge øyne).




Denne sylindren genereres **automatisk** av den optiske modulen gjennom kombinasjon med pasientens korrigerings. Det er ikke en ekstra linse lagt til foran korrigeringen av pasienten (som i tradisjonelle foroptere).

2 Still pasienten følgende spørsmål:


"Se på krysset. Fortell meg om de horisontale eller vertikale linjene vises tydeligere for deg eller mørkere eller om de har samme mørkhet."

Hvis svaret er:

- > **klarere vertikale linjer** legger til -0,25 D (*) til verdien av sfæren. Enten:
 - o på konsolltastaturet ved å trykke på tastene [-],




- o På konsolltastaturet ved å dreie den sentrale knappen med klokka (*).



> Start testen igjen inntil pasienten ser jevn klarhet mellom de horisontale og vertikale linjene eller en større klarhet for de horisontale.

- > **klarere horisontale linjer** legger til +0,25 D (*) til verdien på sfæren. Enten:
 - o på konsolltastaturet ved å trykke på tastene [+],



- o På konsolltastaturet ved å dreie den sentrale knappen mot klokka (*).



> Start testen igjen inntil pasienten ser jevn klarhet mellom de horisontale og vertikale linjene eller en større klarhet for de vertikale.

- > **likhet for mørkhet mellom den horisontale og den vertikale** beholder denne verdien av sfæren. I tilfelle foretrukket inversjon mellom de horisontale og vertikale linjene mellom to sfæretrinn, behold de siste verdiene:
 - o **vertikal** for en pasient **med myopi**
 - o **horisontal** for en pasient **med hypermetropi**

Merknader

- For å unngå de forstyrrende effektene av akkomodasjon, er det mulig å tåkelegge pasienten (med en konveks styrke) inntil du oppnår preferansen for de vertikale linjene og deretter klarer det opp inntil du oppnår en balanse mellom horisontale og vertikale linjer.
- Testen med de faste kryssylinderne antar en nøyaktig korrigerings av astigmatisme i øyet. Resultatet kan forvrenges hvis en direkte astigmatisme (sylinderakse lengre fra 0°) eller motsatt (sylinderakse lengre fra 90°) er over- eller underkorrigert.
- På slutten av testen er de horisontale og vertikale linjene lett tåket (fordi pasienten ser på dem gjennom en sylinder på 1,00 D). Det viktige er at tåkingen er identisk på horisontale og vertikale linjer.



(*)

Denne informasjonen samsvarer med standardinnstillingene til foropter. **Sfærevariasjonstrinnet er som standard 0,25 D**, men kan justeres i innstillinger.

e. Jackson kryssylindere

Mål

Bestem verdien på pasientens sylindriske korreksjon:

- Akse,
- I styrke,
- I langsynthet,
- I enkeltøyesyn (høyre øye eller venstre øye).



Historisk ble Jackson kryssylindertest utført ved bruk av en linse som er laget av en positiv sylinder og en negativ sylinder av samme styrke og vinkelrette posjoner mellom dem. Denne linsen var montert på en aksel og tillot posisjonen av positive og negative sylindere å reverseres manuelt ved å vende selve linsen.



I motsetning til tradisjonelle manuelle og automatiske foroptere, er det ingen reversert Vision-S™ 700 eller "utskifting" av linsen manuelt. Kryssylindere flytter posisjon øyeblikkelig. Det bestemmes av en kalkulasjon, som i kombinasjon med aktuell korreksjon, er direkte generert av den optiske modulen. Pasienten ser en endring umiddelbart og uten avbrudd og oppfatter dermed forskjeller enklere.

Prinsipp

Prinsippet med testen er å kombinere astigmatismen til linsen med ikke-korrigert resterende sylinderverdi for øyet (den som resulterer fra kombinasjonen av øyets astigmatisme og korrigeringen som finnes).

- Hvis astigmatismen er riktig korrigeret, trenger ikke pasienten å oppfatte noen forskjell mellom posisjonene til kryssylindere. De ses som like tåkede.
- Hvis astigmatismen ikke er riktig korrigeret, oppfatter pasienten en tåket forskjell mellom de ulike posisjonene til kryssylindere.

Jackson kryssylindertesten finner sted i tre trinn.

1. Sylinderaksesøk
2. Sylinderstyrkesøk
3. Sfærestyrkejustering (basert på sylinderverdien)



Påminnelse - sylinderaksesøk

Søket for sylinderaksen består av å sammenligne to posisjoner:

1. Den negative aksene til en korrigerende sylindere
2. Sylinderaksen for pasientkorrigering

Hvis aksene til korrigeringen er riktig, oppfatter pasienten ingen forskjell mellom to posisjoner.

Men hvis pasienten oppfatter en forskjell mellom de to posisjonene, må korrigeringsaksene justeres med 5° (*) i retningen av den negative aksene til den foretrukne tverrsylindere. Operasjonen må gjentas inntil pasienten ikke lenger oppfatter en forskjell mellom de to posisjonene eller indikerer en retur til forrige akseposisjon.



Påminnelse p - sylindestyresøk

Søket for sylindestyresøk består av å posisjonere meridinaer for kryssylindere i henhold til retningen til akse på korreksjonen og sammenligne de to posisjonene til kryssylindere.

Hvis styrken til sylindere er riktig oppfatter ikke pasienten forskjell.

Men hvis pasienten oppfatter en forskjell, er det nødvendig å modifisere styrken til sylindere. Hvis pasienten foretrekker det:

- Posisjonen til kryssylindere med den negative akse innjustert med den for korreksjonen: det er nødvendig å **øke** den negative sylinderverdien for korreksjonen med 0,25 D (*).
- Posisjonen der den negative akse til sylindere er vinkelrett på akse til korreksjonen (tilsvarende den positive sylindereakse innjustert med den for korreksjonen): det er nødvendig å **redusere** sylinderverdien med 0,25 D (*).

Gjenta operasjonen inntil pasienten ikke lenger oppfatter en forskjell eller indikerer en retur til forrige posisjon av kryssylindere.

Merk: etter en utskiftning på 0,50 D til sylindere, ikke glem å justere sfærestyrken på 0,25 D for å opprettholde konstant ekvivalent sfærestyrke.


Prosedyre - testytelse, trinn 1 sylindereaksøk

- 1 Trykk på ().



Denne testen kan også utføres med et bokstavmål () eller sirkler ().

- > Reversert kryssylindertest vises i visningsområdet på bunnen av berøringskjermen til konsollen.



- > Prikktesten vises også på testpresentasjonsskjermen.
- > Kryssylindere er plassert i sylindereaksens verifiseringsposisjon orientert i henhold til retningen til den negative akse til pasientens korreksjonssylindere.

Denne akse er visuelt representert av den svarte linjen nedenfor.



De hvite prikkene representerer den positive aksen.



Det er også mulig å plassere den direkte i aksessøkposisjonen ved å klikke én gang på verdien til sylinderaksen for øyet det gjelder.

0.00	S	0.00
0.00	C	0.00
0.00	A	0°
0.00	ADD	0.00
0.0	Hor.	0.0
0.0	Ver.	0.0


2 Still pasienten følgende spørsmål:

"Se på prikkene. Fortell meg om de ser skarpere, mørkere ut, har mer kontrast i posisjon 1, posisjon 2 eller om de ser identiske ut som deg?"




Til:

Viser prikkene i posisjon 1, trykk på [1]-tasten på konsolltastaturet.



Viser prikkene i posisjon 1, trykk på [2]-tasten på konsolltastaturet.



Det er viktig å alltid tilby de tre alternativene:

- Posisjon 1
- Posisjon 2
- Samme

> Posisjonsendring vises i testpresentasjonsområdet på to måter:

Blå fremheving av posisjon 1 og 2	Kryssylinderposisjonsendring



Påminnelse:

- De røde punktene prikker den negative aksen til kryssylinderen
- De hvite punktene prikker den positive aksen til kryssylinderen

Hvis svaret er:


- > **klarere i posisjon 1**, trykk på [+] -tasten på konsolltastaturet:



Aksen (den negative sylinderen til korreksjons- og kryssylinderen) roterer i retningen til den negative aksen til pasientens foretrukne posisjon (*).

> Gjenta testen inntil pasienten ikke lenger ser noen forskjell mellom de to posisjonene i kryssylinderen.


- > **klarere i posisjon 2**, trykk på [-] -tasten på konsolltastaturet:



Aksen (den negative sylinderen til korreksjons- og kryssylinderen) roterer i retningen til den negative aksen til pasientens foretrukne posisjon (*).

> Gjenta testen inntil pasienten ikke lenger ser noen forskjell mellom de to posisjonene i kryssylinderen.

- > **ingen forskjell**, trykk på tastaturets sentrale knapp på konsollen:




> Behold denne verdien for sylindereaksen.

- > Refraksjonshodet er deretter automatisk oppsatt i sylindrestyrkeverifiseringsposisjonen.

Hvis du foretrekker å reversere posisjon 1 til posisjon 2, hold første verdi på aksen eller en midtre verdi. Valider den ved bruk av den sentrale knappen på konsolltastaturet.

Merknader

Hvis ingen startende sylindriskkorreksjon er tilgjengelig, lokaliser først sylindereaksen på et område på 45° ved å sammenligne posisjon 0° og 90°, deretter 45° og 135°.




Det vil være nødvendig å plassere en negativ sylinder på -0,50 D i det spesifiserte området på 45° og utfør deretter prosedyren ovenfor.



(*)

Denne informasjonen samsvarer med standardinnstillingene til foropter.


- Ingen endring i sylinderaksen er som standard 5°, men kan justeres i innstillinger.
- Det kan også modifiseres under undersøkelse ved å velge det i trinnvisningsområdet.



Prosedyre - testkjøring, trinn 2 sylinderstyrkesøk

1 Velg styrken til sylindere. Enten:

- På konsolltastaturet ved å trykke på midtknappen.



- På berøringsskjermen til konsollen, ved å klikke én gang ved innstilling av verdien til det bestemte øyet.

0.00	S	0.00
0.00	C	0.00
0.00	A	0°
0.00	ADD	0.00
0.0	Hor.	0.0
0.0	Ver.	0.0

- > Kryssylindren er plassert i styrkeverifiseringsposisjonen til sylindren, orientert i henhold til retningen til den negative aksen til pasientens korreksjonssylinder.



Den er vendt 45° fra stillingen ved leting etter sylinderaksen.

- 2 Still pasienten følgende spørsmål:

"Se på prikkene. Fortell meg om de ser skarpere, mørkere ut, har mer kontrast i posisjon 1, posisjon 2 eller om de ser identiske ut som deg?"



Til:

<p>Viser prikkene i posisjon 1, trykk på [1]-tasten på konsolltastaturet.</p>	
<p>Viser prikkene i posisjon 2, trykk på [2]-tasten på konsolltastaturet.</p>	



Det er viktig å alltid tilby de tre alternativene:

- o Posisjon 1
- o Posisjon 2
- o Samme

- > Posisjonsendring vises i testpresentasjonsområdet på to måter:

Blå fremheving av posisjon 1 og 2	Endring av sylinderekseposisjon




Påminnelse:

- o De røde punktene markerer den negative aksen til kryssylindren
- o De hvite prikkene markerer den positive aksen til kryssylindren


Hvis svaret er:

- > **klarere i posisjon 1**, trykk på [+] -tasten på konsolltastaturet:




Den negative sylinderverdien til korreksjonen er deretter redusert med +0,25 D.

- > Gjenta testen inntil pasienten ikke lenger ser noen forskjell mellom de to posisjonene i kryssylinderen.
- > **klarere i posisjon 2**, trykk på [-] -tasten på konsolltastaturet:



Den negative sylinderverdien til korreksjonen er deretter økt med -0,25 D.

- > Gjenta testen inntil pasienten ikke lenger ser noen forskjell mellom de to posisjonene i kryssylinderen.
- > **ingen forskjell**, trykk på tastaturets sentrale knapp på konsollen:



> Behold denne verdien for sylindestykken.

Hvis du foretrekker å reversere posisjon 1 til posisjon 2, behold den laveste verdien av de to sylinderverdiene som finnes.



(*)

Denne informasjonen samsvarer med standardinnstillingene til foropter.

- Variasjonstrinnet til sylindestykken er som standard 0,25 D, men det kan justeres i innstillingene.
- Det kan også modifiseres under undersøkelse ved å velge det i trinnvisningsområdet.



Prosedyre - testkjøring, trinn 3 sfærestyrkejustering

- 1 Juster sfæreverdien til å opprettholde den konstante sfæreekivalensen.




Utfør denne operasjonen i tilfelle to styrketrinnvariasjoner er gjort.


Eksempel: Hvis -0,50 D-sylinderen har blitt lagt til, skal sfæren justeres med +0,25 D (*).

- 2 Som standard foretas sfærestyrkejusteringen automatisk.

Denne justeringen etter korreksjon av sfæren, kan foretas manuelt ved å klikke på linken > grå



- På konsolltastaturet ved å trykke på midtknappen.



- På berøringsskjermen til konsollen, ved å klikke én gang ved innstilling av verdien til det bestemte øyet.

0.00	S	0.00
0.00	C	0.00
0°	A	0°
0.00	ADD	0.00
0.0	Hor.	0.0
0.0	Ver.	0.0



(*)

Hvis variasjonstrinnet i sylindestykken ble valgt ved en annen verdi enn 0,25 D, vil den automatiske justeringen av sfærestyrken også forekomme etter to variasjonstrinn i sylinderen.

For eksempel: hvis pitch er 1,00 D, vil sfæreverdien korrigeres med +1,00 D etter en endring i sylindestykke på -2,00 D.

f. Biokulær balanse

Mål

Juster ekvilibrium av korreksjonene mellom høyre og venstre øye i en binokulær synstilstand (begge øyne åpne, men oppfatter samtidig ulike mål).

Prinsipp

Prinsippet til testen er å gjøre pasientens syn litt uklart ved å introdusere en styrke på +0,50 D (eller +0,75 D) foran begge øyne for å gjøre det lettere å sammenligne synet på høyre og venstre øye.



Det er enklere å sammenligne to uklare syn enn to skarpe.

Hvis pasienten ser klarere med ett øye enn det andre, gjør det øyet som ser best uklart, øk styrken med +0,25 D får å få en uklar synsbalanse mellom de to øynene.


Når ekvilibrium er oppnådd, fjern tidligere introdusert +0,50 D (eller +0,75 D) styrke og behold styrken, hvis noen, lagt til én av de to øynene.

Merk


Praksis med binokulær ekvilibriumtesting antar at synsnøyaktigheten på begge øyne er identisk eller lignende.

I tilfelle betydelig ulike synsnøyaktigheter mellom høyre og venstre øye, skal det brukes en vertikal prismedissoisasjonstest. Det vil gjøre det mulig for pasienten å samtidig ta en annen rød/grønn-test for hvert øye. Det vil deretter bli mulig å samtidig søke etter rød/grønn-likhet for hvert øye, med begge øyne åpne.


Prosedyre - Utføre testen

1 Trykk på ().

> Den binokulære ekvilibriumstesten vises i visningsområdet på bunnen av berøringsskjermen til konsollen.



> De røde/grønne filtrene er plassert foran pasientens øyne, slik at synet er separert fra øynene.

> Masker vises .

> To røde/grønne linjer vises på testpresentasjonsskjermen.

2 Sett inn 0,50 D (eller +0,75 D) styrke foran begge øyne (for å gjøre pasientens syn litt uklart).



Du kan introdusere styrken på to måter. Ved å trykke på [Bino] og deretter (når "S"-parameteren er valgt):

1. Ved å dreie midtknappen mot klokka to ganger (+0,50 D) eller tre ganger (+0,75 D).



2. Ved å trykke på "+" to ganger (+0,50 D) eller tre ganger (+0,75 D).




3 Still pasienten følgende spørsmål:

"Se på de to linjene med bokstaver. Fortell meg om bokstavene ser tydeligere ut på den øverste linjen, den nederste linjen, eller om de ser helt like ut?"


Hvis svaret er:

- > **skarpere bokstaver på topplinjen** legger til +0,25 D (*) til verdien av sfæren på høyre øye. Dette gjøres slik: Trykk på [R]-tasten på konsolltastaturet.



På konsollens tastatur:

- o Trykk på [+] -tasten.



- o Eller skru den sentrale knappen mot klokka (*).



> Gjenta operasjonen inntil pasienten ser en balanse i det uklare synet mellom topp- og bunnlinjene eller reverseringen.

- > **skarpere bokstaver på bunnlinjen** legger til +0,25 D (*) til verdien av sfæren på venstre øye. Dette gjøres slik: Trykk på [L]-tasten på konsolltastaturet.



På konsollens tastatur:

- Trykk på [+] -tasten.



- Eller skru den sentrale knappen mot klokka (*).



> Gjenta operasjonen inntil pasienten ser en balanse i det uklare synet mellom topp- og bunnlinjene eller reverseringen.

> **identiske bokstaver på topp- og bunnlinjen**, biokulært ekvilibrum oppnås. Merk denne verdien.

I tilfelle foretrukket inversjon mellom topp- og bunnlinjer mellom forslagene:

- Reduser gapet i variasjonstrinnet for å bestemme nøyaktig biokulært ekvilibrum eller
- Hold balansen som gir preferanse til pasientens dominante øye.




Det dominante øyet til pasienten bestemmes under preliminære refraksjonstester.

- 4 Når biokulært ekvilibrum er oppnådd, fjern tidligere introdusert +0,50 D (eller +0,75 D) styrke som ble introdusert ved begynnelsen av testen.



Du kan fjerne styrken på to måter. Ved å trykke på [Bino] og deretter (når "S"-parameteren er valgt):

- Ved å dreie midtknappen med klokka to ganger (+0,50 D) eller tre ganger (-0,75 D).



- Ved å trykke på [-] to ganger (-0,50 D) eller tre ganger (-0,75 D).



Etter den biokulære ekvilibrumtesten, utfør en binokulær sfærekontroll med rød-/grønntesten (skal utføres med begge øyne åpne).

Merknader

- Hvis pasienten rapporterer at linjene vises og forsvinner eller skifter horisontalt eller vertikalt, har vedkommende sannsynligvis et binokulært synsproblem (vanskelighet med å se eller slå sammen bilder samtidig).
- Det lønner seg å stille spørsmål rutinemessig på dette stadiet av testen for å sikre at pasienten har syn på begge øyne samtidig og at pasientens syn er stabilt.




(*)


Denne informasjonen samsvarer med standardinnstillingene til foropter. **Sfærevariasjonstrinnet er som standard 0,25 D**, men kan justeres i innstillinger.

2. Nærsynsprøver

Nærsynstesten i Vision-S utføres på en digital skjerm og skiller seg fra det tradisjonelle nærpunktskortet. Nærsynstester finnes i nærsynsfanen som vist nedenfor.



Ved å velge dette panelet vil nærtalternativene vises ().










Når en spesifikk nærsynstest er valgt, vil du høre Vision-S endres til nærposisjonen (foropter og skjerm). Utføring av nærsynthetstestene gjøres på samme måte som avstandsprosedyren.

X. SMARTE TESTER



En smart test er en halvautomatisk test ved bruk av en algoritme som kan hjelpe brukerne med å bestemme den subjektive refraksjonen til pasienten mer nøyaktig eller raskere. Under en smart test lagres alle svarene og integreres automatisk for å bestemme et optimalt subjektivt refraksjonsresultat som skal verifiseres før forskrivning.

-  De smarte testene kan identifiseres gjennom et piktogram som befinner seg på høyre side av ikonet. Hvilke smarte tester som er tilgjengelige, avhenger av produkt- og programvareversjonen (, ).
-  Noen av hovedtestene er kun beskrevet her for å hjelpe til med å forstå driften av instrumentet.
-  For hver test er en kontekstmessig "i situasjon"-hjelp tilgjengelig ved å trykke på . Du anbefales å henvise til den.
-  Alle smarte tester fungerer basert på prinsippet med å legge inn pasientsvar og fremdriften av algoritmen for å bestemme den kontrollerte innstillingen. Og dette inntil den riktige verdien finnes.

1. Refraksjonstester


a. Rød/grønn eller duokrom smart test


Mål

Raffiner pasientens sfærekorrigeringsverdi i:


- Langsynthet,
- monokulær synstilstand:
 - høyre øye (RE),
 - venstre øye (LE),
- binokulær synstilstand (RLE dvs. RE og LE samtidig).

Prosedyre - Utføre testen


- 1 Trykk på .
 - > Testvisningsvinduet i bunnen av berøringsskjermen på konsollen gjør at du kan velge under hvilke forhold testen vil utføres (RE, LE, BINO).



- 2 Når betingelsen er valgt, start testen.
- o På berøringsskjermen ved å trykke på [Start].




- o På konsolltastaturet ved å trykke på midtknappen.



- > Rød/grønn smarttesten vises i visningsområdet på bunnen av berøringsskjermen til konsollen.



 Den midtre delen av skjermen vises i grått. Det er ikke lenger mulig å modifisere verdiene for de kontrollerte innstillingene, maskene, filtrene eller justeringene til instrumentet.


- > Den tilsvarende tabellen av optotyper vises på testpresentasjonsskjermen.

3 Still pasienten følgende spørsmål:


“Se på testen og fortell meg om tegnene vises å være mørkere for deg eller om det er mer kontrast på den røde bakgrunnen, på den grønne bakgrunnen eller om de ser ut til å være identiske for deg.”

Hvis svaret er:


- > **mørkere på den grønne bakgrunnen.** Velg svaret ved enten å:
 - o Trykke på tilsvarende svar på berøringsskjermen.




- o på konsolltastaturet ved å trykke på tastene [+],




- > **mørkere på den røde bakgrunnen.** Velg svaret ved enten å:
 - o Trykke på tilsvarende svar på berøringsskjermen.




- o på konsolltastaturet ved å trykke på tastene [-],




- > **ingen preferanse, vet ikke.** Velg svaret ved enten å:
 - o Trykke på tilsvarende svar på berøringsskjermen.



- På konsolltastaturet ved å trykke på midtknappen.



Svarvinduet gjør det også mulig med:




1. Retur til begynnelsen av testen
2. Visualiser fremdriften av testen
3. Avbryt det siste svaret

Tre statusindikasjoner på fremdriftssøylen er tilgjengelige.



En feilmelding kan oppstå hvis det er uregelmessighet i løpet av testen.

EKSEMPEL:



Trykk:


- (✓) for å stoppe eller starte testen på nytt.
- (✗) for å fortsette testen.

- 4 Velg følgende test på berøringsskjermen ved å trykke på ønsket test i den tilgjengelige listen.




I tilfelle et testprogram, foretas flytting til følgende test:

- o På berøringsskjermen ved å trykke på [Next].




- o På konsolltastaturet ved å trykke på midtknappen.



Hvis autolinken er valgt, vil den gå direkte til neste test. Det er ikke nødvendig å trykke [Next]-knappen.



XI. REFRAKSJONSSAMMENLIGNING (BLUETOUCH)





1. Beskrivelse

Tilgang til sammenligningsskjermen kan foretas:

- På konsolltastaturet ved å trykke på sammenligningsknappen.



- Med handlingsknappen som kan settes opp i en personlig tilpasset test.



1. [New refraction] fane

Denne verdien vil gi refraksjonen som er foretatt sist, og hvis du trykker på blokken, vil disse styrkene vises.

2. Pil ned

Hvis du klikker på pil ned, vil du kunne velge andre lagrede data å sammenligne, slik som:

- Linsemåler
- Auto-kerato-refraktometer
- Etc

3. Pil ned

Hvis du klikker på pil ned, vil du kunne velge andre lagrede data å sammenligne, slik som:

- Linsemåler
- Auto-kerato-refraktometer
- Etc

4. Data

Hvis du klikker på selve den grå blokken, vil styrken i foropten endres til disse verdiene.

5. Displayvinduer


De 4 displayvinduene vil gjøre at du kan endre skjermen som vises.




Når du vet hvilke data du ønsker å sammenligne med hvilket bilde, er det alltid best å bytte mellom de to dataene gjentatte ganger og spørre pasienten hva de foretrekker.

2. Slik sammenligner du den nye refraksjonen med den tidligere refraksjonen

- 1 Når dataene er oppdatert, klikk på:



eller




> Følgende skjerm vises:



På den første skjermens startskjerm, er standard sammenligningsverdier [New refraction] og [No refraction]. Da du hadde en linsemålerverdi i minnebasen, vil den automatisk ha disse to sammenligningene valgt allerede.

For dette eksempelet må du endre [No refraction] til [Lensmeter].



- 2 Etter å ha valgt skjermen for å foreta sammenligningen på, kan du veksle mellom de to foreskrivelsene ved å klikke på de to grå boksene.
- 3 Spør pasienten om de ser noen forskjell ved sammenligning av de to verdiene. (Pasienten skal foretrekke den nye refraksjonen.)
- 4 Du kan informere pasienten om at når du velger den nye refraksjonen, er dette hvordan han vil se dette i de nye brillene og at han skal være i stand til å se forbedringen kontra ingen refraksjon.




Derfor kaller vi den "pengeknappen". Den konverterer refraksjonen inn i et salg ved å vise pasienten den forskjellen han/hun vil se.


3. Varslingsfunksjonen i sammenligningsskjerm

"Varsling"-funksjonen har blitt utviklet for å assistere ECP for å være klar over om det finnes noen betydelige endringer fra pasientens tidligere informasjon. Denne autovarslingsfunksjonen er et alternativ som kan aktiveres og tilpasses personlig i [Setting]-menyen.

Hvis aktivert, vil denne varslingen vises i rødt, slik som vist på bildet nedenfor.



Merk at denne funksjonen kan aktiveres, deaktiveres eller tilpasses personlig på følgende [Setting] skjerm.



Hvis aktivert kan ECP bestemme om å se denne "Varslingen" når diopترفorskjellen er større enn 0,50 D eller hvis større enn 1,00 D.

XII. SUN RX-FORDELSILLUSTRASJON



1. Beskrivelse


Denne funksjonen lar ECP vise fordelene ved å ha korrigerte og polariserte solbriller i en naturtro situasjon.

Tilgang til Sun Rx fordelsillustrasjonen kan foretas:


- På konsolltastaturet ved å trykke på sammenligningsknappen.



- Med handlingsknappen som kan settes opp i en personlig tilpasset test.



Når du går inn på Bluetouch-skjermen, vil du ha to faner øverst, du kan enten velge sammenligningsskjermen som forklart i forrige kapittel, eller velge Sun Rx-fordelene for å få tilgang til illustrasjonsfunksjonen for Sun Rx-fordelene



1. [New refraction] fane

Denne verdien vil gi refraksjonen som er foretatt sist, og hvis du trykker på blokken, vil disse styrkene vises.

2. Pil ned

Hvis du klikker på pil ned, vil du kunne velge andre lagrede data å sammenligne, slik som:

- Linsemåler
- Auto-kerato-refraktometer
- Etc

3. Pil ned

Hvis du klikker på pil ned, vil du kunne velge andre lagrede data å sammenligne, slik som:

- Linsemåler
- Auto-kerato-refraktometer
- Etc

4. Vis vinduer og progresjonslinje

Hvis du klikker på selve den grå blokken, vil styrken i foropter endres til disse verdiene.

5. Automatisk modus

Du kan velge automatisk modus slik at det vil være en fortellerstemme på hele videoen, og endringene mellom [New refraction] og [No refraction] gjøres automatisk.

Språkene tilgjengelig for fortellerstemme er: Engelsk, fransk, italiensk og tysk.


6. Displayvinduer

De 5 visningsvinduene vil vise de viktige trinnene som vises under videoen.

- Startpunkt
- Statisk sammenligning av ny og ingen korrigering
- Høyriskosituasjon uten polarisert filter
- Høyriskosituasjon med polarisert filter
- Avslutt statisk sammenligning av ny og ingen refraksjon og med og uten polarisert filter

Takket være progresjonslinjen kan du følge videofremgangen.

2. Hvordan bruke Sun Rx-fordelsillustrasjon i manuell modus



1. Start animasjonen ved å klikke på avspillingsknappen.

2. Videoen starter (de fem visningsvinduene er her til hjelp).

Gi pasienten følgende instruksjoner:

«Du er i bilen og jeg vil gi deg den perfekte løsningen. Korrigerte linser med polarisert filter».

> Animasjonen stopper automatisk ved den røde pilen.

3. Her vil du vise pasienten forskjellen på å ha korrigerte og ikke-korrigerte sollinser.

Gjør dette ved å velge de forskjellige boksene for å vise forskjellige korrigeringer.

Gi pasienten følgende instruksjoner:

«Se på ID-skiltet på bilen. Kan du se forskjellen når jeg bytter mellom å ha korrigerte og ikke-korrigerte linser.»

Etter å ha sammenlignet de forskjellige foreskrivelsene, start animasjonen på nytt ved å klikke på avspillingsknappen (nr. 1).

«Bilen begynner å kjøre igjen, og jeg tar ut polarisasjonsfilteret. Du vil oppleve mer gjenskinn og det kan være ubehagelig.»

4. Videoen fortsetter til like før en ulykkesscene.

Du må stille pasienten følgende spørsmål.


«Fikk du med deg høyriskosituasjonen på venstre side? Jeg vil gjenta denne delen med det polariserte filteret og se om du kan identifisere risikoen lettere og tidligere.»

5. Animasjonen avsluttes der bilen stopper ved et utsiktspunkt og du er velkommen til å vise alle sammenligninger igjen.

«Vi kan fullføre denne opplevelsen ved nok en gang å vise deg forskjellen mellom å ha den perfekte solløsningen og å ikke ha en.»

> Sun Rx-fordelsillustrasjonen er nå fullført.

XIII. [VERTEX] AVSTANDSMÅLING



1. Beskrivelse



Avstanden [Vertex] er avstanden mellom baksiden av en korrigerende oftalmisk linse (på bakre overflate) og pasientens øye (ved apeks av hornhinnen). Avstanden [Vertex] har alltid vært viktig i refraksjon, siden refraksjonsverdien til et øye avhenger av avstanden der den korrigerende linsen er plassert foran øyet. Faktisk, jo lengre bort linsen er fra øyet, desto mer minus på den korrigerende styrken; jo nærmere linsen er øyet, desto mer pluss på styrken, uansett ametropi.


Det kan være svært viktig å måle [Vertex]-avstanden.

- Hvis pasienten stilles inn og testes ved en annen avstand sammenlignet med [Vertex]-avstanden til brillene, kan styrkeendringen ha en virkning på effekten til brillene.
- Dette er mer tydelig på høyere styrker


2. Hvordan måle

Måleprosedyre


- 1 Be pasienten om å posisjonere seg bak foropter og hvile hodet mot pannestøtten, mens du ser på langt hold på skjermen.
- 2 Praktikerer kontrollerer at foropter befinner seg nært nok til pasientens øye, for å tilby et bredt synsfelt, men langt nok til å unngå at pasientens øyenvipper er i kontakt med baksiden av den optiske modulen.
- 3 Denne avstanden kan enkelt justeres ved bruk av rotasjonsknappen som befinner seg foran produktet, ved å vende den med klokka for å redusere [Vertex]-avstanden og mot klokka for å øke den.



- 4 Pasienten bes deretter om å se på langt hold og åpne øynene helt, og praktikerer trykker på verteksavstandensikonet som finnes på toppen av konsollskjermen.




- 5 De to kameraene tar bilder av øyet, og etter noen få sekunder, vises bilder av høyre og venstre øye, sett fra sidene i konsollens.




- > To vertikale linjer vises også på bildene, og praktikerer trenger bare å innjustere disse med øyets hornhinneapeks, enten to øyne sammen eller øye per øye ved bruk av:

På konsollens tastatur:

- o ved å vende sentralknappen med klokka eller mot klokka, eller



- o ved å trykke på tastene [+/-].



- > Verdien(e) til verteksavstanden(e) er automatisk vist og kan deretter registreres. En verteksavstand på 10 til 20 mm er egnet.

XIV. STANDARD & TILPASSEDE PROGRAMMER OG TESTER




1. Tilpass program


Vision-S™ 700 gjør at du kan tilpasse testsekvensen (programmet).



Personlig tilpasning av et program henviser til selve programmet og ikke til detaljene innenfor teksten.


- 1 Trykk på (☰=>✍️).




- 2 Klikk på  og klikk på [+] for å opprette et nytt program.




- > Følgende side vises:




Som standard er navnet [New program]. På dette trinnet er det mulig å modifisere navnet på programmet.



- 3 Navngi programmet og klikk på (↩).
 - > Det nye programmet vises i kursiv i listen over programmer.




- 4 Velg det nye programmet ved å klikke på navnet.



- 5 Klikk på (✎) for å redigere programmet.
 - > Listen over tester vises i høyre kolonne.

- 6 Velg en første test fra testbanken, favoritter eller biblioteket (ved å klikke på tilsvarende fane på toppen av høyre kolonne).




- Testinnholdet vises i midtblokken på skjermen.
- Innholdet i programmet vises i venstre del.

- 7 Klikk på testen og dra og slipp den i programmets testliste (venstre kolonne) på tiltenkt plassering.






I bunnen av skjermen vises et område:



Dette området indikerer om testen er tilgjengelig på avstand, nært hold eller begge deler.



8 Gjør det samme for de følgende testene for å sammensette programmet.

9 Du kan deretter klikke på:

- (🗑️): for å fjerne valgt test
- (✎️): for å redigere og endre testen
- (📄➡️): for å duplisere programmet



> Det er mulig å endre rekkefølgen å testene ved å dra og slippe listen over tester i programmet.

10 Klikk på (✓) for å validere endringene.




Du kan klikke på [Stop] for å gå tilbake til listen over programmer, redigere tester eller favoritter før du går ut av redigeringsmodusen ved å validere med tasten (✓).


2. Tilpass test

Vision-S™ 700 gjør at du kan redigere den spesifikke testen i stor detalj.

- 1 Trykk på (☰➔✎).




- 2 Velg testen for å tilpasse (på venstre kolonne).



- 3 Du kan deretter klikke på:
 - (🗑️): for å fjerne valgt test
 - (✎): for å redigere og endre testen
 - (📄➔): for å duplisere testen

> Følgende side vises:



1. Sone 1

Still inn testkategorien og bruk standardinnstillingene for denne kategorien.

2. Sone 2

Gjør at du kan justere de ulike innstillingene til testen.

3. [Filters]

Gjør at du kan vise og velge filtrene som er plassert foran pasientens øyne (røde/grønne, Maddox, prismer, sentopeiske hull osv.), trykk lenge på øynene.

4. [Control]

Gjør at du kan velge den kontrollerte optiske parameteren (sfære, sylinder, akse, tillegg, prismekomponenter).

5. [Balance]

Gjør at du kan velge betingelsen for testen (bino, høyre, venstre, behold tidligere tilstand, behold eller tving enkeltøyebebingelse).

> [Keep Mono]: Hvis den tidligere testen er i binokulær betingelse, tvinges betingelsen for testen til monokulær.

Denne innstillingen anbefales spesielt for astigmatismetesting.

6. [Step]

Gjør at du kan velge styrkevariasjonstrinnet (0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 eller beholdes det samme som før).

7. Display

Gjør at du kan vise og endre visningen av målet som presenteres under testen.

> For skarphetskort: gjør at du kan velge enten vilkårlig kortvalg (avhengig av betingelsen) eller et bestemt kort. Og for å definere hvordan det er presentert (rader, kolonner, bokstaver), skarphetsnivået og kontrasten eller bakgrunnen.

8. Sone 3

Gjør at du kan tilpasse testikonet og testhjelp.

9. [Rename]


Gjør at du kan gi testen nytt navn

10. [Color]


Gjør at du kan endre fargen på hjørnet (øverst til høyre) på ikonet

11. [Help]

Gjør at du kan endre teksten til testhjelpen.

 Ikke glem å lagre ved å klikke på (✓).

Eksempel



1. [Phoria Horizontal (Prism)]

Ved å velge et panel til venstre, vil det hjelpe til med standardinnstillinger (hjelpelinseutskifting prismeaktivering osv.) Det er mulig å overstyre de foreslåtte innstillingene.

2. Display


Tilpass skjemaet ditt personlig.

3. [Summary]

Hjelp ordlyden med hver standardtest.

4. [Rename]

Navngi testen etter som du ønsker det.




5. [Color]

Velg fargen for gjenkjenning.



6. [Help]

Skriv din egen tale for bruk under testen (hjelp-knapp).




3. Favorittestvalg

Det er mulig å lagre favorittester takket være [Favorite]-fanen.




Denne personlige tilpasningen utføres på lignende måte som tilpasning av et program.

- 1 Trykk på ((☉☰) > (📌)).



- 2 Velg [Favorite]-fanen (★).




- 3 Klikk på testen og dra og slipp den fra testbanken (høyre kolonne) til tiltenkt plassering (venstre kolonne).



Ikke glem å lagre ved å klikke på (✓).

XV. [EASY REFRACTION MODE]



1. Beskrivelse



[Easy Refraction Mode] er en valgfri funksjon på Vision-S™ 700.

Kontakt din lokale distributør for mer informasjon og for å bekrefte at den er tilgjengelig i ditt land.

Med [Easy Refraction Mode]-modus kan en faglært bruker utføre en subjektiv refraksjonsundersøkelse, takket være en forenklet, brukervennlig og omfattende prosess.

Denne modusen har fire trinn:

1. Fyll ut pasientens opplysninger.
2. Angi riktig pasientposisjon.
3. Utfør refraksjonsundersøkelsen.
4. Eksporter data


Trinn 3 justerer automatisk testsekvensen etter pasientens behov og svar.

Testens type og varighet kan variere fra pasient til pasient.




For å få tilgang til [Easy Refraction Mode], klikk på (E) øverst på startsiden (øverst til høyre).

> De neste sidene vises:



Hvis du trenger å bytte til startmodus, klikk en gang til på (E).

> En advarsel vises:



Med [Easy Refraction Mode] gis veiledning på hovedskjermen og mer detaljerte forklaringer er tilgjengelige når du klikker på følgende ikon.



2. [Patient profile]

Fyll ut følgende informasjon.

1. Pasientens alder

2. Kirurgi / patologi

Hadde pasienten allerede hatt operasjon eller har han/hun øyepatologi

3. Nåværende syn

Er pasienten fornøyd med brillene han/hun bruker nå, eller nåværende syn, uten briller hvis vedkommende ikke bruker fra før?

4. Importer-knappen

Klikk på denne knappen for å importere data fra autofraksjonen og linsemåleren.

Age	Device	SCA				ID
23/01/16	CLE070	- 2.87(- 0.75)	0°	Add	0.62	26dcbd59
15:11		- 3.00(+ 0.00)	0°	Add	0.50	
23/01/16	WAM700	+ 0.75(+ 0.00)	0°	Add	0.00	KR_H_Amb
15:11		+ 5.25(- 2.00)	65°	Add	0.00	
23/01/16	CLE070	+ 0.50(+ 0.00)	0°	Add	0.00	LM_H_Amb
15:11		+ 5.75(- 3.00)	65°	Add	0.00	
23/01/16	WAM700	+ 1.50(- 0.75)	110°	Add	0.00	KR_H_Old_0
15:11		+ 2.00(- 0.50)	50°	Add	0.00	
23/01/16	CLE070	+ 1.00(- 0.50)	130°	Add	1.75	LM_H_Old_0
15:11		+ 1.75(+ 0.00)	0°	Add	1.75	

Valider ved å klikke på (✓).

- (🟢): data fra autorefraksjon og linsemåler importeres (anbefales).
> Undersøkelsen kan starte
- (🟡): data fra autorefraksjon og linsemåler importeres.
> Undersøkelsen kan starte
- (🔴): data fra autorefraksjon og linsemåler importeres ikke.
> Undersøkelsen kan ikke starte

Merk: Hvis innstillingene er på automatisk import, og når dataene er sendt, legges de automatisk inn i Vision-S™ 700 og knappen lyser grønt.

5. Startpunkt

Følgende ikoner kan ikke klikkes på, og informerer brukeren om datatilgjengelighet og startpunktet som er valgt:

- Grått: ikke tilgjengelig
- Blått: tilgjengelig/importert
- Grønt: startpunkt

[Easy Refraction Mode] velger automatisk det mest passende startpunktet avhengig av linsemåler, autorefraktomålerverdier og tilfredshet med nåværende syn.

Eksempel 1: Linsemåler og autorefraktomåler er importert, linsemåler er valgt, skystartpunktmodell er ikke tilgjengelig.



Eksempel 2: Linsemåler og autorefraktomåler er importert, autorefraktomåler er valgt, skystartpunktmodell er ikke tilgjengelig.

Merk: Skystartpunktmodellen vil være tilgjengelig i fremtidige versjoner.



6. Prosessens hovedstadier

1. Starte pasientdata og informasjon
2. Posisjonering av pasienten
3. Refraksjon pågår
4. Resultater av refraksjonen

7. Neste-knapp

Gå til oppsett-siden for pasienten.

3. [Patient setup]



For mer informasjon om hvordan pasienter skal installeres på riktig måte, se egen side for det.

Nå må du konfigurere pasienten ved å:

1. kontrollere verteksavstanden,
2. Justere avstanden mellom pupillene

a. [Vertex] avstand

Bildene av pasientens høyre øye og venstre øye, vises.



> Juster pannestøtten (se eget kapittel) for å plassere hornhinneapeks på det lyse området og ideelt på den grønne linjen (som tilsvarer en verteksavstand på 12 mm).

> Klikk deretter på () for å justere avstandene mellom pupillene.

b. Avstanden mellom pupiller

Når verteksavstanden er validert, vises følgende skjermbilde:




Før justering av avstandene be pasienten om å plassere pannen mot hodestøtten og se til at pasienten er i en komfortabel posisjon. Testskjermen må være i midten av pasientens synsfelt.

Justeringen av avstandene mellom pupillene kan utføres på konsollen:

- Ved å dreie sentralknappen med klokka eller mot klokka.
- Ved å trykke på tastene [+/-].

Hvert klikk er en endring på 0,5 mm på høyre øye, deretter venstre øye. For å justere bare ett øye, lås det andre.


> Eksempel: venstre øye er låst, tastene [+/-] brukes til å justere kun høyre øye.



> Klikk deretter på (✓) for å starte undersøkelsen.

4. Utfør refraksjonsundersøkelsen.

Under undersøkelsen vises flere tester på skjermen.



1. Hvilket øye er evaluert

Det enkelte øyes optiske kraft

2. Nåværende test- og progresjonssøyle

3. Fraseologi

Det er viktig å fortsette å gjenta fraseologien for hver gjentakelse av undersøkelsen, for å sikre at pasientene forstår prosedyren.

4. Opphev det siste svaret

5. Hjelp

6. Testområde, pasientens svar

7. Validering

a. Skarphet

1 Still pasienten følgende spørsmål:


"Vil du være så snill å lese bokstavene?"

2 Merk på skjermen bokstavene som pasienten leser riktig.




Skarpheten som er testet, vises også i henhold til bokstaven som leses riktig.



Du kan merke alle bokstavene ved å klikke på .

b. Duggfjerning

- 1 Still pasienten følgende spørsmål:
"Se på linjene med bokstaver. Hvilke små bokstaver klarer du å lese uten å myse?"
- 2 Merk pasientens svar på skjermen.




1. To linjer leses (eller den korteste).
2. Bare den øverste blir lest.
3. Ingen leses.

c. Sfærisk ADJ/CC

- 1 Still pasienten følgende spørsmål:
"Se på bokstavene. Kan du fortelle meg om de virker klarere og det er behageligere med linse 1 eller 2, eller om de er identiske?"
- 2 Vis de to posisjonene ved å klikke på 1 og 2 eller med tastaturet.
 1. Posisjon 1
 2. Posisjon 2

- 3 Velg pasientens svar på skjermen ved å klikke på ikonene eller via tastaturet.




1. Posisjon 1
2. Posisjon 2
3. Posisjon 1 klarere enn posisjon 2
4. Ingen forskjell / samme
5. Posisjon 2 klarere enn posisjon 1

d. Jackson kryssylindere

- 1 Still pasienten følgende spørsmål:
"Se på prikkene. Vises de klarere, mørkere, med større kontrast i posisjon 1, posisjon 2 eller ser de identiske ut i begge posisjoner?"
- 2 Velg de to posisjonene for å vise de to posisjonene ved å klikke på 1 og 2 eller ved å bruke tastaturet.
 1. Posisjon 1
 2. Posisjon 2


- 3 Velg pasientens svar på skjermen ved å klikke på ikonene eller via tastaturet.



1. Posisjon 1
2. Posisjon 2
3. Posisjon 1 klarere enn posisjon 2
4. Ingen forskjell / samme
5. Posisjon 2 klarere enn posisjon 1

e. Sjekk av dobbeltsyn


- 1 Spør pasienten hvor mange linjer han/hun ser.
- 2 Merk pasientens svar på skjermen.



1. Kun én linje er synlig.
2. To linjer er synlige.

f. Balanse

- 1 Still pasienten følgende spørsmål:
"Se på de to linjene med bokstaver. Er den ene linjen klarere enn den andre, eller ser begge linjer identiske ut?"
- 2 Merk pasientens svar på skjermen.




1. Nederste linje er klarere.
2. Ingen forskjell / samme
3. Øverste linje er klarere.


g. Nærsyn

En nærsynsprøve vil bli utført fra og med alderskategorien 41-44 år.

- 1 Fortell pasienten at du vil nå evaluere nærsynet.



- 2 Klikk på hakeknappen.
> Foropteren bytter til nærsynmodus.
- 3 Still pasienten følgende spørsmål: "Se på de horisontale og vertikale linjene. Virker en av de to retningene klarere eller har større kontrast, eller ser de horisontale og vertikale linjen identiske ut?".
- 4 Merk pasientens svar på skjermen.



1. Horisontale linjer er klarere enn vertikale linjer.
2. Ingen forskjell / samme

3. Vertikale linjer er klarere enn horisontal linjer.

> En synsskarphetsprøve for nærsyn følger.

h. Refraksjonssammenligning (Bluetouch)

Nå kan resultatene sammenlignes mellom den nye refraksjonen og den gamle (importerte) fraksjonen.

- 1 Still pasienten følgende spørsmål:
"Se på tegnet. Er det klarere og behageligere å se på, med første korreksjon eller den andre?"
- 2 Merk pasientens svar på skjermen.



1. Vis den nye refraksjonen.

2. Vis nåværende refraksjon.

Linsemåleren eller ingen refraksjon dersom pasienten ikke bruker briller.


3. Ny refraksjon er bedre.

4. Ingen forskjell / samme

5. Nåværende refraksjon er bedre.




Hvis pasienten ikke bruker briller, sammenlignes Ny refraksjon med Ingen refraksjon, som betyr 0 D.



5. [Patient's report]

Resultatene vises på skjermen når undersøkelsen er gjennomført.



	Right Eye		Left Eye	
Objective Refraction	-0.75(-0.00)0°		-0.75(-0.00)0°	
Current Equipement	+0.00(-0.00)0°	0.00	+0.00(-0.00)0°	0.00
	1.25	1.25	1.00	
New Refraction	+0.50(-1.00)15°	+1.00	+0.75(-0.50)165°	+1.00
	1.25	1.60	1.00	1.25
Preference	New Refraction			

1. Startdata

Nåværende utstyr = Linsemåler + Nåværende verdier for synsskarphet

2. Refraksjonsresultater

Ny refraksjon = Ny refraksjonskorrigering + Endelige synsskarpheter

Preferanse : Preferanse mellom Ny refraksjon og Linsemåler (nåværende utstyr)

3. Kommentarer

4. Endelig [Export]




Kvitteringen kan skrives ut når dataene er eksportert.

Linsemålerverdier fylles ut med OD hvis pasienten ikke bruker briller.


På denne siden er det viktig for operatøren å sjekke at det er samsvar mellom alle opplysningene. Operatøren kan gjøre feil når data legges inn, eller under testen.

Hvis en feilmelding vises og pasientrapporten ikke er helt utfylt, må refraksjonen gjentas av en ekspert.

XVI. MENYER FOR INSTRUMENTINNSTILLINGER



Det er mulig å modifisere standardinnstillingene til instrumentet ved å trykke på (☰) > (☰).



> Instrumentinnstillingssiden vises.


1. Beskrivelse av innstillingsmenyene

a. Generell informasjon

Den generelle informasjonsmenyen har to sider:

1. [General]
2. [Devices]


1 - Side [General]



1. [Information]
Kundeinformasjon
2. [Remote Control]
Fjern tilgang
3. [Remote Maintenance]
Tilgang til fjernvedlikehold

4. Tilgang til statistikk og loggfiler
5. Opptak på SIS
6. Sletting av opptak
7. Tilkoblingsoppdatering
8. Ettersalgsservice
9. Gjenoppretting av standardinnstillingene

2 - Side [Devices]



1. Informasjon vedrørende de ulike komponentene til instrumentet
2. Utfør autotester
3. Fjerning av komponenten


Når justeringene gjøres, trykk på:

- (✓) for å bekrefte.
- (✗) for å avbryte.

Utføre autotester


1 På [Device]-siden, trykk på (🩺).

> Følgende side vises:



1. Start av alle selvtestene
2. Liste over tilgjengelige selvtester
3. Display
4. Antall selvstarttester
5. Test av LED-er i nærsynsmodus
6. Startavbrytelse
7. Startbekreftelse

- 2 Velg de automatiske testene som du ønsker å utføre og trykk på (✓).




> Selvtesten starter.

Gjennomføre de automatiske testene på konsollen

- 1 På [Device]-siden, trykk på (🔊).

> Følgende side vises:



1. Test av høyttaleren



Hvis du trykker på en knapp på konsollen, vises knappene i blått.

- 2 Velg de automatiske testene som du ønsker å utføre og trykk på (✓).

> De automatiske testene starter.

b. Måledata

Måledatamenyen har fire sider:

1. [Dated Format/Units]
2. [Distance]
3. [Lens Step]
4. [Configuration]

1 - Side [Data Format / Units]

1. [Auto Sph Equivalent]

Automatisk vedlikehold av tilsvarende sfære under innføring av sylindren.

2. [C Sign]

Definerer tegn på sylindrisk styrke (C).

3. [Minus ADD]

Gjør det mulig for tillegging av et negativt tillegg.

- OK: autoriserer negativt tillegg for spesifikke tester
- Feil: kun et positivt tillegg kan tas i vurdering

4. [S to Add]

Gjør det mulig å kombinere eller separere tillegg av nærsynthet fra/til langsynthetsfæren.

5. [Prism format]
6. [Mask type]

Valg av masketype under en test i monokulært syn. Gir brukeren mulighet til å tilpasse okkluderverdien når man klikker på Tilpasset. Verdien som oppnås her, er standardverdien.

7. [PD type]

Definerer standardinnstillingene for monokulær og binokulær pupillavstand.

2 - Side [Distance]

	Data Format / Units	Distances	Lens Step	Configuration		
1	Unit Distance	cm	inch	dioptr		
2	Far Exam Distance	600 cm		3		
4	Near Exam Distance	28 cm	33 cm	40 cm	50 cm	67 cm
5	Reference Vertex Distance	12 mm	13.75 mm	16 mm	18 mm	20 mm
6	Infinite Adjustment	None		-0.25D		
7	Comparison screen	Infinity		Screen distance		
8	Comparison screen alert	None	When $\Delta > 0.50D$	When $\Delta > 1.00D$		

1. [Unit distance]

Definerer standard avstandsenhet:

- i cm
- i tommer
- i dioptere

2. [Far exam distance]

Fast skjermavstand på 6 meter.

3. Generering av personlig tilpassede optotyper
4. [Near exam distance]

Definerer avstanden på nærsynthetstest.

> Verdiene som er indikert, tilsvarer en standard innstilling i cm.

5. [Vertex Distance] (i mm)

Stiller inn vertex-avstanden som standard, med hensyn tatt til konvertering av refraksjonsverdiene til en standard referanseavstand.

6. [Infinite Adjustments]

For å ha en infinitt justering og i hvilken maksimal verdi.

7. [Comparison Screen]

Standard innstilling på sammenligningsskjermen.

8. [Comparison Screen Alert]

Varsler ECP hvis forskjellen er høyere enn valgt verdi. (Verdi vil vises i rødt.)

3 - Side [Lens step]

	Data Format / Units	Distances		Lens Step		Configuration	
1	Sphere Step	0.05 D	0.12 D	0.25 D	0.50 D	1.00 D	2.00 D
2	Cylinder Step	0.05 D	0.12 D	0.25 D	0.50 D	1.00 D	2.00 D
3	Axis Step	1 °	5 °	10 °	20 °	45 °	90 °
4	Prism Step	0.1 Δ	0.5 Δ	1.0 Δ	2.0 Δ	3.0 Δ	6.0 Δ
5	PD Step	0.5 mm		1 mm			
6	Cross Cylinder power	+/- 0.25 D		+/- 0.50 D			
7	Axis rounding	No	Closest 5° (Always)		Closest 5° (Cyl<1,50D)		

1. [Spherical Step]

Definerer standard variasjonstrinn for sfæren.

2. [Cylinder Step]

Definerer standard variasjonstrinn for sylinderen.

3. [Axis Step]

Definerer standard variasjonstrinn for aksen.

4. [Prism Step]

Definerer standard variasjonstrinn for prismet.

5. [PD Step]

Definerer standard variasjonstrinn for pupilleavstand.


6. [Cross Cylinder Lens]

Setter standardverdien for kryssylinderen, brukt for å finne sylinderen i manuell modus.

7. [Axis Rounding]

Definerer standard avrunding av aksen.

4 - Side [Configuration]



1. [Easy Refraction Mode]

Definerer åpningen av Easy Refraction Mode manuelt eller automatisk når Vision-S™ 700 er slått PÅ.

2. Landolt

Definerer om Landolt vises i 4 eller 8 posisjoner.

3. [Smart Addition]

Aktiver [Smart Addition]-programmet, synlig i Smart Programs-delen.

Når justeringene gjøres, trykk på:


- (✓) for å bekrefte.
- (✗) for å avbryte.

c. Importer/eksporter data

Import/esport-menyen har tre sider:

1. [Import/export]
2. [Memory]
3. [Default Export]

1 - Side [Import / Export]



1. [Import]

Definerer typen import:

- Manuell
- Automatisk

2. [PD Import Priority]

Bestemmer hvilken import fra hvilket instrument som får prioritet til innsetting i foroptre.

3. [Export Type]

Definerer måten som data behandles på under eksport:

- Sendt til skriveren
- Sendt til Essibox
- Begge

4. [Horizontal axis]

Velger standardverdien på enten 0 eller 180 °.

5. [Minus Rounding]

Velger minusavrunding.

6. [Print QR Code]

Avgjør om en QR-kode som inneholder pasientdata, skrives ut på en kvittering på toppen av skriftlige pasientdata som er samlet inn under økten.




Den trykte QR-koden [Phoropter 2] lar deg skanne og importere billettdata, ved hjelp av en kompatibel USB QR-kodeskanner, til et annet instrument med en kompatibel programvareversjon.

NB: Sjekk hele listen over kompatible foroptre med distributøren.

7. Eksport/import av direkte LAN-pasientdata

Instrumentet kan administrere pasientdatautveksling med andre instrumenter, med en kompatibel programvareversjon, når de er koblet til det samme lokale nettverket.

Pasientfildata kan deles med følgende innstillinger:

- [No]: ingen eksport eller import av data med andre foroptre på nettverket
-  [Import logo]: Hvis foropteret er konfigurert i importmodus, vil pasientdata som er eksportert fra andre foroptre være synlige i datalisten og identifisert som vist i innfangingen under
-  [Export logo]: Hvis foropteret er konfigurert i eksportmodus, kan pasientdata eksporteres til andre foroptre i nettverket, men pasientdata eksportert av andre foroptre vil ikke være synlige i listen over tilgjengelige data på instrumentet som eksporterte dem.
-  [Export / Import logo]: Foropteret vil eksportere og importere pasientdata med andre kompatible instrumenter. Pasientdata som tidligere er eksportert vil forbli tilgjengelige i importlisten på instrumentet som eksporterte dem.




- Alle data slettes så snart nettverket eller foropteret er slått av.
- Sjekk hele listen over kompatible foroptre med distributøren.

For å vise tilgjengelige pasientfiler i importlisten, velg VRS for å filtrere i importskjermbildet:


Age	Device	SCA	ID
24/05/22 18:19	VISION-R800	+ 0.00 (+ 0.00) 0° Add 0.00	16307a4c
24/05/22 18:17	VISION-R800	+ 0.00 (+ 0.00) 0° Add 0.00	a5b94c0b
24/05/22 18:16	VISION-R800	+ 0.00 (+ 0.00) 0° Add 0.00	17c58762

AKR ALM PC VRS

2 - Side [Memory]




1. Liste over tilgjengelige minner

3 - Side [Default Export]


1. **[Memory/Name]**
Indikerer minnet som skal eksporteres og navnet på tilsvarende datatype.
2. **Skjermavstand**
Indikerer avstanden som korrigeringen er eksportert for.
3. **Verteksavstand**
Indikerer verteksavstanden som korrigeringen er eksportert for.
4. **Avrunding**
Indikerer korrigeringstrinnet og mulig roundingstype.
5. **Dag-/nattsyn**
Indikerer betingelsene som testen utføres under, dag eller natt.
6. **[Source]**
Merker datatypen i henhold til kilden.
7. **Display**
Vis standard eksportert datadisplay.
8. **Eksporter**
Eksporter data som standard.
9. **Mer**
Legg til en ny datatype til eksportkonfigurasjonen.
10. **Organiser**
Organiser rekkefølgen på datatypene som skal eksporteres.
11. **Paginerings**
Naviger gjennom de ulike sidene av eksportkonfigurasjonen.
12. **Avfallskurv**
Fjern en eksportdatatype.
13. **Penn**
Rediger og endre en eksportdatatype.

1 Klikk på  for å redigere og endre en type eksportdata.

> Følgende side vises:



1. [Name]

Angir navnet på type eksportdata og gir deg mulighet til å endre det.

2. [Source]

Indikerer kildeetiketten:

- [New Objective]: nytt objektiv > målt objektiv refraksjon.
- [New Subjective]: nytt subjektiv > målt subjektiv refraksjon.
- [Previous Subjective]: gammel subjektiv > forrige subjektiv refraksjon (gammel korrigering).

3. Skjermavstand

Opggir avstanden som korrigeringen er eksportert for:

- Uendelig: korrigering utført ad infinitum (-1/D lagt til)*.
- [Reference]: referanse > avstandskorrigering nærsyntskjerm (D)*
- [Near]: avstandskorrigering nær > nærsynthet (valgt ved foropterinnstillinger).

*: med D = skjermavstand konfigurert under installasjon av foropter.

4. Verteksavstand

Indikerer verteksavstanden som korrigeringen er eksportert for:

- [Measured]: målt > holder den målte verteksavstanden under refraksjonen.
- [Reference]: referanse > justerer korrigeringen til verteksavstanden som er valgt under foropterinnstillingene.
- [Zero]: Null > Juster korrigeringen til 0 mm verteksavstand (kontaktlinser).

5. Avrunding

Viser type avrunding du vil ha

- [S eq-]: avrundet til konkav
- [S eq +]: avrundet til konveks
- [Cyl min]: sylindertynning
- [R/L]: biokulær balansesamsvar


Avrunding på 0,25 D utføres hvis det ikke gjøres noen valg. Verdien som beholdes er 0,01 D.

6. Dag-/nattsyn

- Dag: refraksjon under fotopiske lysforhold.
- Natt: refraksjon under mesopiske/skotopiske lysforhold.

2 Utfør ønskede justeringer og klikk på:

- o (✓) for å bekrefte
- o (✗) for å avbryte



Når du velger skjermapstanden [Near], legges verdien av tillegget automatisk til verdien av sfæren for langsynthet (for å oppnå korrigering av nærsynthet).

Når standardinnstillingene er lagret, vil de være tilgjengelige under eksporten. Du kan alltid endre dem på slutten av undersøkelsen om nødvendig.



Det er mulig å gi minnene nytt navn (trykk lenge på navn).

Når justeringene gjøres, trykk på:


- (✓) for å bekrefte.
- (✗) for å avbryte.

d. Kommunikasjonsinnstillinger

Elementinnstillingsmenyen består av fire sider:


1. [Chart]
2. [IP]
3. [Cbox]
4. [Security]

1 - Side [Chart]




1. [Model]
Velger din diagramskjermmodell
2. [Mirror Mode]
Speilmodusaktivering (i henhold til konfigurasjon)
3. [Link]
Velger linkmodusen mellom foropterhodet og skjermen
4. [IR Channel]
Brukes under oppsett av skjemasystem for kommunikasjon
5. [Time before screen saver] og [Time before eco mode]

2 - Side [Ip]



1. [Ip address]
Kan være [Static] eller [Dhcp]


3 - Side [Cbox]



1. [Name or Ip]

Navn eller Ip på Cbox som må settes opp.

4 - Side [Security]



1. [Cbox Password]

Gir mulighet til å endre passord for delte mapper når produktet er satt opp i intern CBOX-modus.

Når justeringene gjøres, trykk på:


- (✓) for å bekrefte.
- (✗) for å avbryte.

e. Lokale innstillinger

Den lokale innstillingsmenyen består av tre sider:


1. [Chart Display]
2. [Keyboard Settings]
3. [Regional Settings]

1 - Side [Chart Display]



1. [Visual acuity format]
Definerer det visuelle skarphetsformatet avhengig av lokal bruk.
2. [Acuity Display]
Gir mulighet til å vise skarphet på diagramskjermen
3. ETDRS-progresjon
Definerer ETDRS-progresjon: logMar eller Snellen.
4. [Visual Acuity progression]
Definerer den visuelle skarphetsprogresjonen : desimal eller Snellen.

2 - Side [Keyboard Settings]



1. [Brightness]
Setter kontrollskjemens lysstyrkenivå

2. [Sleep Mode]

Stiller inn konsollens hviletid

3. [Sound]

Stiller inn lydnivået til konsollskjermen


4. [Default Left Tab]

Stiller inn standarddisplayet på venstre side av konsollskjermen.

5. [Default Right Tab]

Stiller inn standarddisplayet på høyre side av konsollskjermen.

3 - Side [Regional Settings]



1. [Language]

Stiller inn språket som vises på konsollen

2. [Time Zone]

Stiller inn displayet på konsolltidssonen

3. [Date Format]

Stiller inn displayet på konsolldatoformat:

- År/Måned/Dag > [YY/MM/DD]
- Måned/Dag/År > [MM/DD/YY]
- Dag/Måned/År > [DD/MM/YY]

4. [Time Format]

Stiller inn displayet på konsolltidsformatet

5. [Date]

Stiller inn displayet på konsolldatoformatet

Når justeringene gjøres, trykk på:


- (✓) for å bekrefte.
- (✗) for å avbryte.

f. Backup og gjenoppretting

Menyen for backupgjenoppretting har to sider:


1. [Backup]
2. [Restore]

1 - Side [Backup]



1. Eksport av refraksjonshodedata til en USB-nøkkel
2. Eksport av alle instrumentdata
3. Eksport av innstillinger
4. Eksport av teknikerdata
5. Eksport av tester, favoritter og testprogrammer
6. Eksportering av statistikk

2 - Side [Restore]




1. Importere data fra en USB-nøkkel til refraksjonshodet
2. Importering av innstillinger
3. Importering av en minneoppdatering
4. Importerer nye tester, favoritter og testprogrammer
5. Importering av statistikk

Når justeringene gjøres, trykk på:

- (✓) for å bekrefte.
- (✗) for å avbryte.

XVII. VEDLIKEHOLD



1. Lagrings- og håndteringsforhold



Respekter drifts, oppbevarings- og transportbetingelsene som er notert nedenfor.
Unngå kondensbetingelser.

	Temperatur	Luftfuktighet	Atmosfærisk trykk
Bruk	[+15°C; +30°C]	[30 %; 90 %]	[800 hPA; 1060 hPA]
Oppbevaring	[- 10°C; + 55°C]	[10 %; 95 %]	[700 hPA; 1060 hPA]
Transport	[- 40°C; + 70°C]	[10 %; 95 %]	[700 hPA; 1060 hPA]

2. Rengjøringsinstruksjoner



For å unngå enhver hendelse, må du trekke ut strømledningen til instrumentet før rengjøring.

Essilor vil på forespørsel gjøre koblingsskjemaer, komponentdelelister, beskrivelser, kalibreringsinstruksjoner og annen informasjon tilgjengelig for å hjelpe forhandleren til å reparere de deler av utstyret som ifølge ESSILOR kan repareres av forhandleren.

a. Rengjøring og desinfeksjon av den kompakte refraksjonsenheten



- For å desinfisere områdene som sannsynligvis vil komme i kontakt (direkte eller utilsiktet) med pasienten (ansiktsskjold og pannestøttetrekk), bruk desinfeksjonsservietter til medisinsk bruk.
- Desinfiser disse områdene mellom testing av hver pasient.



Bruk alltid en lett fuktig klut (mikrofiber, silikon) til å rengjøre elementene til den kompakte refraksjonsenheten:

- Ansiktsskjermene ved å fjerne dem på forhånd
- Optikken
 - Pasientsiden (kun hvis et spor er identifisert)
 - Praktikerens side
- Kameravinduet for nærsynthetsavstandsmålinger
- Kameravinduet for verteksavstandsmålinger
- LED-panel

Ikke rengjør observasjonsvinduene (pasientsiden) med væske eller med et kompress som holdes i en klemme eller en skrutrekker for å forhindre skade på de optiske overflatene.



Vi anbefaler at du rengjør pannestøtten mellom hver pasient ved hjelp av desinfeksjonsservietter (NET021) som følger med produktene.

Pannestøttedekselet er en forbruksvare, og bør byttes ut så snart det viser tegn på overdreven slitasje (utseende av ruhet eller riving).



SCV-modulene må kontrolleres etter hver pasient. Kontroller visuelt om smuss er til stede på vinduet til SCV-modulen (pasientside).

Rengjør SCV-modulene hver dag (pasientsidens observasjonsvinduer) i henhold til metodene beskrevet nedenfor:

1. Ta en av rengjøringspinnene (medfølger produktet).
 - > Skift rengjøringspinnen for den andre modulen.
 2. Spray isopropylalkohol (rengjøringsmiddel, antiseptisk middel og desinfeksjonsmiddel) på spissen (den hvite delen) av rengjøringspinnen.
 - > Ikke dypp eller blødgjør rengjøringspinnen direkte i alkohol.
 3. Fold dysen for å ha en større rengjøringsoverflate.
 4. Påfør spissen i midten av modulen og rengjør modulen med en sirkelbevegelse (snegetyper).
 - > Spiralbevegelse fra midten til ytterkanten av modulen.
- Ikke bruk våtserviett
 - Ikke bruk et verktøy til å rengjøre (skrutrekker, pennespiss)
 - Ikke rengjør direkte med fingrene

b. Rengjøre konsollen



Bruk alltid en lett fuktig, myk klut (mikrofiber, silikon) til å rengjøre elementene på konsollen:

- Berøringsskjermen
- Tastaturet


Ikke spray væske på berøringsskjermen eller tastaturet til konsollen, uansett væske, for å ikke risikere å skade elektronikkortene.

3. Periodisk inspeksjon og vedlikehold



- Inspiser instrumentet (én gang i uka) for å sikre at det monteres riktig og konsollen er riktig tilkoblet.
- Hvis dekkelet er tilsmusset, tørk forsiktig av det med en myk, fuktig klut. Tørk av eventuelle vanskelige flekker med litt vann eller nøytralt rengjøringsmiddel.

XVIII. FEIL OG FEILSØKING




Hvis det oppdages et problem, se tabellen nedenfor for egnede tiltak.

SYMPTOMER	ÅRSAKER OG TILTAK
Den kompakte refraksjonsenheten initialiseres ikke av seg selv.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen strøm <ul style="list-style-type: none"> ◦ Undersøk om strømkabelen er koblet til baksiden av den kompakte refraksjonsenheten og at enheten er stilt inn. ◦ Kontroller at strømbryteren på baksiden av den kompakte refraksjonsenheten er på
Konsollen initialiseres ikke selv	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen strøm <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at strømbryteren på baksiden av den kompakte refraksjonsenheten er på ◦ Kontroller at [Bluetouch] er på
Frossen konsollskjerm	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen strøm <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at den første LED-en på baksiden av den kompakte refraksjonsenheten er på ◦ Slå av produktet med [Clear]-bryteren på konsollen og bryterknappen på baksiden av den kompakte refraksjonsenheten. Start deretter produktet på nytt.
Regnbue på skjermen	<ul style="list-style-type: none"> • Videokabelfeil <ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at konsollkabelen er riktig tilkoblet på baksiden av den kompakte refraksjonsenheten.

Hvis problemet ikke har blitt løst etter å ha tatt de opplistede tiltakene ovenfor, ta umiddelbar kontakt med den lokale distributøren. Forhandleren har fått opplæring av Essilor.

XIX. TEKNISK BESKRIVELSE



1. Tekniske spesifikasjoner

a. Produktets levetid

Forventet levetid for enheten og tilhørende komponenter er 7 år.

b. Produktdimensjoner og vekt

Kompakt refraksjonsenhet

- Bredde: 32,5 cm
- Høyde: 64,0 cm
- Dybde: 55,0 cm
- Total vekt: 18 kg

Konsoll (tastatur + skjerm)

- Tastatur: (B) 28 cm x (D) 22 cm x (H) 23,5 cm
- Skjermdisplay: 10,4"
- Total vekt: 3,0 kg

c. Kassering



Instruksjon for riktig avfallshåndtering av instrumentet i henhold til europeisk direktiv 2012/19/EU og 2011/65/EU angående begrensning av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, samt avfallshåndtering.

Instrumentet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall når det når slutten av levetiden. Det kan kasseres i et avfallshåndteringssenter som drives av kommunen eller hos forhandlere som tilbyr denne tjenesten.

Separat kassering av elektriske enheter unngår skader på miljøet eller helse som kan oppstå som et resultat av kassering som ikke er i samsvar, og gjør at materialene de består av kan resirkuleres for å spare energi og ressurser.

Symbolet med søppelkasse med hjul vises på instrumentets etikett. Det angir en forpliktelse til separat innsamling og kassering ved slutten av levetiden/brukstiden for elektrisk og elektronisk utstyr.



- Brukeren må ta høyde for de potensielt skadelige effektene på miljøet og menneskers helse som kan følge av feil avhending av utstyret i sin helhet eller noen av dets komponenter.
- For å unngå utslipp av farlige stoffer i miljøet og for å fremme bevaringen av naturressurser, legger produsenten til rette for, hvis brukeren ønsker å avhende instrumentet på slutten levetiden, muligheten for gjenbruk, gjenvinning og resirkulering av instrumentet og dets komponenter. Før kassering av instrumentet må kravene i europeiske og nasjonale forskrifter tas i vurdering.
- Instrumentet skal ikke kastes som husholdningsavfall, men samles inn separat og leveres til en bedrift som er spesialisert på avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr eller til den lokale administrasjonen som er ansvarlig for avfallshåndtering.
- Leverandøren eller produsenten er pålagt å gjenvinne det gamle utstyret.
- Ved å bli med i et konsortium for avfall av teknologisk utstyr dekker produsenten behandlings- og resirkuleringskostnadene for det brukte instrumentet.
- Produsenten påtar seg å gi brukeren all informasjon knyttet til farlige stoffer som finnes i enheten, og om resirkuleringsmetodene for disse stoffene og informere om muligheten til å resirkulerte det brukte utstyret. Loven har strenge strafferettslige sanksjoner i tilfelle overtredelse.

d. Sentrering

- Avstanden mellom pupillene:
 - 49,0 til 80,0 mm på avstand (i trinn på 0,50 mm)
 - 55,0 til 76,0 mm ved nær avstand (i trinn på 0,50 mm)
 - Binokulære og monokulære justeringer
- Konvergens: automatisk, sammenlignet med posisjonen til målet for nærsyn og med pasientens pupilleavstand
- Verteksavstand: fra 4,0 til 30,0 mm i trinn på 0,5 mm, monokulær, målt med kameraer

e. Måleområde

- Sfære fra -20,00 D til +20,00 D
- Sylinder: opptil 8,00 D, avhengig av linsekombinasjon. Sylinder fra -7,00 D til 8,00 D med sfære ved 0 D
 - I "Standard"-modus: 0,25 D økninger med justerbare trinn
 - I "Intelligent" modus: en hvilken som helst verdi med to desimaler
- Akse: 0° til 180° i 1° økninger med justerbare trinn
- Prisme: 0 til 20 Δ i 0,1 Δ økninger, med justerbare trinn

f. Hjelpelinser

- Okkluderingsenheter: mørk
- Pinnehull: ja
- Retinoskopiske linser: +1,50 D, +2,00 D (drevet av optisk modul)
- Tåkelinser: +1,50 D, +2,00 D (drevet av optisk modul)
- Jackson kryssylindere: +/- 0,25 D, +/- 0,50 D (drevet av optisk modul)
- Faste kryssylindere: +/- 0,50 D (drevet av optiske moduler)
- Prismer:
 - 3 Δ-base opp / 3 Δ-base ned,
 - 6 Δ-base opp,
 - 10 Δ-base inn (drevet av varierende prizmer / diasparametere)
- Maddox-stenger: røde, horisontale og vertikale
- Røde/grønne filtre: rød på høyre øye, grønn på venstre øye

g. LED-er

- Synlig hvit LED (verteksavstand) - brukes ikke i øyeblikket:
 - Farge: soloppgang
 - Kromatisitet CCT: 2700 K
 - Flux: 7 lm
 - Klasse: NC
- Synlig hvit LED:
 - Farge: hvit
 - Kromatisitet CCT: 5000 K
 - Flux: 35,9 lm
 - Klasse: NC
- Infrarød LED (Vertex):

- Farge: IR
- Bølgelengde: 850 nm
- Energiintensitet: 50mW/Sr
- Klasse: NC

h. Inngang/utgang (Input/Output)

- Kompakt refraksjonsenhet:
 - AC-inngang: 100-240 V; 50/60 Hz; 2,3 - 1,1 A
 - Likestrømseffekt: 24 V; 141,6 Watt
 - USB-port (x4): DC-utgang 5 V, 2 A
- Konsoll (tastatur): AC-inngang 24V, 48VA

i. Sikring

- T 4 AH 250 V

2. Elektromagnetisk kompatibilitet



All informasjon som er opplistet nedenfor er basert på standardkrav som produsentene av elektro-medisinske enheter er pålagt, slik som definert i standarden IEC 60601-1-2:2014+A1:2020.

Enheten er i samsvar med gjeldende elektromagnetisk kompatibilitetsstandarder, men brukeren må se til at all elektromagnetisk interferens ikke skaper en ekstra risiko, slik som radiofrekvenssendere eller andre elektroniske enheter.

I dette kapitlet vil du finne informasjon som er nødvendig for å sikre at enheten din installeres og tas i drift under de beste forhold når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet. Enhetens ulike ledninger må separeres fra hverandre.

Visse typer mobile telekommunikasjonsenheter, slik som mobiltelefoner, kan ha interferens med enheten. anbefalte separasjonsavstander må derfor respekteres.

Enheten skal ikke brukes i nærheten av eller plasseres på en annen enhet. Hvis dette ikke kan unngås, er det nødvendig å sjekke riktig funksjon under bruksbetingelsene før bruk av denne. Bruk av annet tilbehør enn det som er spesifisert eller som selges av produsenten som utskiftingsdeler, kan føre til økning i utslipp eller redusert immunitet for enheten.

Hvis enheten slutter å fungere, tilbakestill du enheten og starter testen på nytt fra begynnelsen av. Bruk ikke tidligere data for å skrive ut en resept.

Den lengste gjenopprettingstiden etter et TRANSIENT fenomen = 2 s.

Produktet Vision-S™ 700 ble testet i henhold til anbefalingene fra IEC TR 60601-4-2: Medisinsk elektrisk utstyr - Del 4-2: Veiledning og tolkning - Elektromagnetisk immunitet: ytelse av medisinsk elektrisk utstyr og medisinske elektriske systemer.

Veiledning og produsenterklæring – elektromagnetisk utslipp

[Vision-S™ 700] er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av [Vision-S™ 700] skal påse at den brukes i et slikt miljø.

Utslippstest	Samsvar	Elektromagnetisk miljø - veiledning
Elektromagnetisk strålingsforstyrrelse (Strålingsutslipp) (CISPR 11)	Gruppe 1	Produktet bruker RF-energi til de interne funksjonene.
Forstyrrende spenning ved kraftstasjoner (ledet utstråling) (CISPR 11)	Klasse B	Produktet kan brukes i alle typer lokaler, herunder boliger og lokaler som er direkte tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet.
Harmonisk strømutslipp (IEC 61000-3-2)	Klasse A Samsvarer	
Spenningsvariasjoner, spenningssvingninger og flimmer (IEC 61000-3-3)	Samsvarer	

Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetisk immunitet

[Vision-S™ 700] er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av [Vision-S™ 700] skal påse at den brukes i et slikt miljø.

IMMUNITETSTEST	TESTNIVÅ IEC 60601 OG SAMSVARSNIVÅ	TESTNIVÅ TR IEC 60601-4-2 OG SAMSVARSNIVÅ	ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEILEDNINGER
Elektrostatisk utladning (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 8 kV kontakt ± 15 kV luft	± 4 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV luft	Omgivelser i en profesjonell helseinstitusjon
Raske elektriske transienter og strømstøt (IEC 61000-4-4)	± 2 kV for strømforsyningsledninger ± 1 kV for signalportene	±1 kV for strømforsyningsledninger ± 0,5 kV for signalportene	
Støtbølger (IEC 61000-4-5)	± 2 kV i differensialmodus ± 1 kV i strømmodus	± 1 kV i differensialmodus ± 2 kV i strømmodus	
Tilordnet industriell frekvens for magnetfelt (IEC61000-4-8)	30 A/m	3 A/m	Omgivelser i en profesjonell helseinstitusjon Hvis bruk av utstyret krever fortsatt drift under strømbrudd, anbefales det at det medisinske utstyret drives med en separat strømkilde (UPS osv.).
Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner (IEC 61000-4-11)	0 % U_T for 0,5 sykluser (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315° for 0,5 syklus) 0 % U_T for 1 syklus 70 % U_T i 25 sykluser ved 50 Hz i 30 sykluser ved 60 Hz Enfase: 0°	0 % nominelt under 0,5 syklus 70 % nominell for 25/30 sykluser	
Spenningsavbrudd (IEC 61000-4-11)	0 % U_T for 250 sykluser ved 50 Hz for 300 sykluser ved 60 Hz	0 % nominelt i 250/300 sykluser 50 Hz / 60 Hz	



U_T er spenningen i vekselstrømforsyningen før testnivå anvendes.

Elektromagnetisk immunitet, radiofrekvenser

[Vision-S™ 700] er beregnet til bruk i det elektromagnetiske miljøet angitt nedenfor. Det er opp til kunden eller brukeren å verifisere at instrumentet brukes i dette miljøet.

Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert enheter som antennekabler og eksterne antenner) skal ha en avstand på minst 30 cm (12 tommer) fra enhver del av enheten under testen, inkludert kabler som er spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen til disse enheten påvirkes.

IMMUNITETSTEST	T _{ESTNIVÅ} IEC 60601 OG SAMSVARSNIVÅ	T _{ESTNIVÅ} IEC 60601 OG SAMSVARSNIVÅ			ELEKTROMAGNETISK MILJØ – VEILEDNINGER
Elektromagnetiske felt, utstrålt radiofrekvens (IEC61000-4-3)	3 V/m 80 MHz til 2,7 GHz 80 % MA ved 1 kHz	385 MHz	PM 18 Hz	6V/m	Bedriftshelsetjeneste
Nærhet til felt fra trådløst RF-kommunikasjonsutstyr (IEC 61000-4-3 midlertidig metode)	V/m 710 MHz, 745 MHz, 780 MHz, 5240 MHz, 5550 MHz, 5785 MHz, 27 V/m 385 MHz 28 V/m 450 MHz, 810 MHz, 870 MHz, 930 MHz, 1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz, 2450 MHz,	450 MHz	PM 18 Hz	9 V/m	
		710 MHz	PM 217 Hz	3 V/m	
		745 MHz	PM 217 Hz	3 V/m	
		780 MHz	PM 217 Hz	3 V/m	
		810 MHz	PM 18 Hz	9 V/m	
870 MHz	PM 18 Hz	9 V/m			
930 MHz	PM 18 Hz	9 V/m			
1720 MHz	PM 217 Hz	9 V/m			
1845 MHz	PM 217 Hz	9 V/m			
1970 MHz	PM 217 Hz	9 V/m			
2450 MHz	PM 217 Hz	9 V/m			
5240 MHz	PM 217 Hz	6V/m			
5500 MHz	PM 217 Hz	6V/m			
5785 MHz	PM 217 Hz	6V/m			
Feltinduserte ledede avbrudd RF (IEC 610004-6)	3 V 150 KHz til 80 MHz 6 V i ISM-frekven og bånd mellom 0,15 MHz og 80 Mhz, amatørradiofrekvens, inkludert 80 % MA ved 1 KHz	3 V AM 80 % @ 1 kHz fra 150 kHz til 80 MHz			
Proksimitetsmagnetiske felt (IEC 60601-1-2)	9 kHz til 150 kHz 150 kHz til 26 MHz	I/A			

Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og produktet.

[Vision-S™ 700] er beregnet på bruk i et elektromagnetisk miljø der RF-strålingsforstyrrelser er kontrollert.

Brukeren eller installatøren av enheten kan hjelpe til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand, avhengig av maksimal utgangseffekt til radiofrekvensoverføringsutstyret. Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert enheter som antennekabler og eksterne antenner) må ha en avstand på minst 30 cm (12 tommer) fra enhver del av enheten [Vision-S™ 700], inkludert kabler som er spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen til disse enheten påvirkes.

Lengde på kabler, ledninger osv.

Lengden på kabler eller ledninger skal være større enn 3 meter.

TYPE TEST	I SAMSVAR MED
RF-stråling	CISPR 11, klasse B
Harmonisk strømutslipp	IEC 61000-3-2
Spenningsvingninger og flimmer	IEC 61000-3-2
Immunitet mot elektrostatisk utladning	IEC 61000-4-2
Utstrålingsimmunitet – elektromagnetiske felt	IEC 61000-4-3
Immun mot elektriske hurtigtransienter og strømstøt	IEC 61000-4-4
Immunitet mot støtbølge	IEC 61000-4-5
Immunitet mot ledet radiofrekvensstøy	IEC 61000-4-6
Utstrålingsimmunitet – magnetiske felt	IEC 61000-4-8
Immunitet mot spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner	IEC 61000-4-11




Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.





Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, dersom det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonen, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferens på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

XX. SYMBOLFORKLARING



1. På dokumentet

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Forsiktig: Indikerer en farlig situasjon hvor, om ikke den unnvikes, kan resultere i mindre eller moderate skader.
	Advarsel: Indikerer en farlig situasjon hvor, om ikke den unnvikes, kan resultere i død eller alvorlig skade.
	Viktig og/eller nyttig ekstra informasjon for å lære i forhold til teksten i denne håndboken.
	Tips: Praktiske råd

2. På enheten


SYMBOL	BESKRIVELSE
	Forpliktelse til å se brukerhåndboken
	Vekselstrøm
	Vekselstrøm
	Brukte deler av type B.
	Produsent
	Produksjonsdato (år)
	Standbymodus
	CE-merking (europeisk forskrift om medisinsk utstyr)
	Medisinsk enhet
	Indikerer en medisinsk enhet som kan brukes flere ganger (flere prosedyrer) på en enkelt pasient
	Kompatibel med FCC-standarder
	Avfallshåndteringssymbol i henhold til direktiv 2012/19/EU og 2011/65/EU
I	PÅ = Påslått (strømforsyning tilkoblet strømnettet)
O	AV = Avslått (strømforsyning frakoblet strømnettet)

3. På pakningen

For krav til riktig håndtering, oppbevaring og transport.

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Håndteres med forsiktighet
	Denne side opp
	Maks. stabling av 1 produkt over merket produkt
	Forsiktig
	Oppbevares tørt
	Indikerer termiske grenser som medisinsk enhet kan eksponeres for i fullstendig sikkerhet.
	Indikerer fuktighetsgrenser som medisinsk enhet kan eksponeres for i fullstendig sikkerhet.
	Indikerer grenser for atmosfærisk trykk som medisinsk enhet kan eksponeres for i fullstendig sikkerhet.

XXI. UTELUKKELSE AV ANSVAR



Produktet skal brukes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, av kvalifiserte, profesjonelle brukere. Produktet må installeres og brukes i samsvar med instruksjonene som er oppgitt i den medfølgende brukerhåndboken og eventuelle skriftlige anvisning eller anbefalinger gitt av Essilor («dokumentasjonen»).

Essilor forbeholder seg retten til å revidere dokumentasjonen og å foreta endringer i innholdet fra tid til annen. Forebyggende og korrigerende vedlikehold (inkludert regelmessig kalibrering, hvis det er nødvendig i henhold til dokumentasjonen) skal utføres i samsvar med dokumentasjonen.


Enhver produktgaranti som tilbys av Essilor er betinget av at produktet brukes i samsvar med dokumentasjonen og med produsentens tiltenkte bruk og ikke dekker produkter som ble modifisert uten Essilors skriftlige forhåndsgodkjenning eller reparert av en tredjepart som ikke er godkjent av Essilor, verken produkter som ble gjenstand for fysisk, kjemisk eller elektrisk stress som produktene ikke opprinnelig var designet for.

Essilor skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som brukeren av produktet, produktet eller en tredjepart lider av, som oppstår at brukeren manglende overholdelse av nåværende avsnitt.

Hvis produktet tilbyr en tilkoblingsfunksjon, skal brukeren være ansvarlig for å:

- velge, innhente og opprettholde all påkrevd internettilgang og telekommunikasjon på egen kost, og
- bruke og opprettholde prosedyrer og tiltak for å beskytte arbeidsstasjoner, maskinvare og programvare, annet en produktet, mot virus eller inntrenging

XXII. QR-KODE




Den nyeste versjonen av brukerhåndboken ligger på et nettsted. En papirutgave kan sendes gratis på forespørsel.


- en The complete user manual is available on a web space in PDF format. To access it, please scan the QR code below using a dedicated tool or application. Please make sure that your device is suitable and has an appropriate software to display the electronic Instructions for use.
- fr Le manuel utilisateur complet est disponible sur un espace web au format PDF. Pour y accéder, veuillez scanner le QR code ci-dessous à l'aide d'un outil ou d'une application dédié(e). Veuillez vous assurer que votre appareil est compatible et dispose d'un logiciel approprié pour afficher le manuel électronique.
- ar لتتمكن من الوصول إليه، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة PDF. دليل المستخدم الكامل متوفر من خلال موقع الويب بصيغة أدناه باستخدام أداة أو تطبيق مخصص لذلك. يُرجى التأكد من أن جهازك مناسب ويحتوي على برنامج مناسب لعرض التعليمات الإلكترونية الخاصة بالاستخدام.
- be Поўная інструкцыя карыстальніка даступна ў інтэрнэт-прасторы у фармаце PDF. Каб атрымаць да яе доступ, адсканірайце QR-код ніжэй пры дапамозе спецыяльнага сродку або праграмы. Калі ласка, упэўніцеся, што ваша прылада прыдатная для паказу электроннай Інструкцыі па карыстанню і што на ёй усталявана адпаведнае праграмае забеспячэнне.
- bg Пълното ръководство за потребителя е достъпно в уеб пространството. За да получите достъп до него, моля, сканирайте QR кода по-долу, като използвате специален инструмент или приложение. Моля, уверете се, че вашето устройство е подходящо и разполага с подходящ софтуер за преглед на електронните Инструкции за употреба.
- cs Kompletní uživatelský návod je k dispozici na webovém prostoru ve formátu PDF. Chcete-li k němu získat přístup, naskenujte prosím níže uvedený QR kód pomocí speciálního nástroje nebo aplikace. Ujistěte se prosím, že používáte vhodné zařízení, které má vhodný software pro zobrazení elektronického uživatelského návodu.
- da Den komplette brugervejledning er tilgængelig på et webområde i PDF-format. For at få adgang til den skal du scanne QR-koden nedenfor ved hjælp af et dedikeret værktøj eller program. Sørg for, at din enhed er egnet og har en passende software til at vise de elektroniske brugsanvisninger.
- de Die vollständige Bedienungsanleitung ist auf einem Webspace im PDF-Format verfügbar. Für den Zugriff scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code mit einem speziellen Tool oder einer Anwendung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät für die Anzeige der elektronischen Gebrauchsanweisungen geeignet ist und über eine entsprechende Software verfügt.
- el Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο σε έναν ιστοχώρο σε μορφή PDF. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, σκανάρετε τον κωδικό QR παρακάτω χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο ή εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι κατάλληλη και έχει το κατάλληλο λογισμικό για την προβολή των ηλεκτρονικών οδηγιών χρήσης.
- es El manual de uso completo está disponible en un espacio web. en formato PDF. Para acceder a él, escanee el código QR debajo utilizando una herramienta o aplicación dedicada. Asegúrese de que su dispositivo sea adecuado y tenga el software apropiado para mostrar las Instrucciones de uso electrónicas.
- et Täielik kasutusjuhend on saadaval veebis PDF-vormingus. Juurdepääsuks palun skannige allolevat QR-koodi, kasutades selleks vastavat tööriista või rakendust. Veenduge, et teie seade sobib ja et selles on elektroonilise kasutusjuhendi kuvamiseks sobiv tarkvara.
- fi Täysi käyttöopas on saatavana verkosta PDF-muodossa. Saat pääsyn siihen skannaamalla alla olevan QR-koodin käyttäen siihen tarkoitettu työkalua tai sovellusta. Varmista, että laitteesi on sopiva ja sisältää asianmukaisen ohjelmiston sähköisten käyttöohjeiden esittämiseen.
- he למטה באמצעות כלי או QR-כדי לגשת אליו, יש לסרוק את קוד ה-PDF המדריך המלא למשתמש זמין באתר אינטרנט בפורמט אפליקציה ייעודיים. חשוב לוודא שהמכשיר שלך מתאים ובעל תוכנה מתאימה להצגת הוראות השימוש האלקטרוניות.
- hr Potpun korisnički priručnik dostupan je na mrežnom prostoru u PDF formatu. Da biste mu pristupili, skenirajte QR kôd u nastavku pomoću odgovarajućeg alata ili aplikacije. Provjerite je li vaš uređaj prikladan i ima li odgovarajući softver za prikaz elektroničkih uputa za upotrebu.
- hu A teljes felhasználói kézikönyv elérhető az interneten PDF formátumban. Eléréséhez olvassa be az alábbi QR-kódot egy erre szolgáló eszközzel vagy alkalmazással. Ellenőrizze, hogy eszköze képes és rendelkezik a megfelelő szoftverrel az elektronikus használati útmutató megjelenítésére.

id	<p>Panduan pengguna lengkap tersedia di ruang web dalam format PDF. Untuk mengaksesnya, silakan pindai kode QR di bawah ini menggunakan alat atau aplikasi khusus. Pastikan peranti Anda sesuai dan memiliki perangkat lunak yang layak untuk menampilkan petunjuk penggunaan elektronik.</p>
it	<p>Il manuale utente completo è disponibile in formato PDF su uno spazio Web. Per accedervi, leggere il codice QR sottostante mediante un apposito strumento o un'applicazione dedicata. Assicursi che il dispositivo sia adatto e che disponga di un software appropriato per visualizzare le istruzioni per l'uso in formato elettronico.</p>
ja	<p>完全なユーザーマニュアルは、PDF形式でウェブスペースから入手できます。アクセスするには、専用のツールまたはアプリケーションを使用して、以下のQRコードをスキャンしてください。お使いのデバイスが適切であり、電子説明書を表示する適切なソフトウェアがインストールされていることを確認してください。</p>
ko	<p>전체 사용 설명서는 웹 공간에 PDF 형식으로 있습니다. 이 설명서에 액세스하려면, 전용 도구 또는 앱을 사용하여 아래 QR 코드를 스캔하십시오. 사용자의 기기가 적합하고 전자적인 사용 설명서를 표시할 수 있는 적절한 소프트웨어가 있는지 확인하시기 바랍니다.</p>
lt	<p>Išsamaus naudotojo vadovo PDF formatu ieškokite interneto svetainėje. Kad jį atvertumėte, specialiu įrankiu arba programėle nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą. Įsitinkite, kad jūsų įrenginys yra tinkamas ir turi tinkamą programinę įrangą elektroninems naudojimo instrukcijoms rodyti.</p>
lv	<p>Pilnā lietotāja instrukcija ir pieejama tīmeklī PDF formātā. Lai tai piekļūtu, lūdzu, noskenējiet tālāk redzamo kvadrātkodu, izmantojot tam paredzētu rīku vai lietojumprogrammu. Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu ierīce ir piemērota un vai tai ir atbilstoša programmatūra elektroniskās lietotāja instrukcijas attēlošanai.</p>
ms	<p>Manual pengguna yang lengkap boleh didapati di ruang laman dalam format PDF. Untuk mengaksesnya, sila imbas kod QR di bawah menggunakan alat atau aplikasi khusus. Sila pastikan yang peranti anda adalah serasi dan mempunyai perisian yang sesuai untuk memaparkan Arahan elektronik untuk tujuan penggunaan.</p>
mt	<p>Il-manwal tal-utent s'fih huwa disponibbli fuq il-web f'format PDF. Biex taċċessah, jekk jogħġbok skennja l-kodiċi QR t'hawn taht permezz ta' għodda jew applikazzjoni apposta. Jekk jogħġbok żgura li l-apparat huwa xieraq u għandu s-software adattat biex juri l-Istruzzjonijiet għall-Użu elettronici.</p>
nl	<p>De volledige gebruikershandleiding is in PDF-formaat beschikbaar op een website. U kunt de handleiding bereiken door de QR-code hiernaast te scannen met een geschikte applicatie. Uw apparaat moet geschikt zijn en over de juiste software beschikken om de elektronische gebruiksaanwijzing weer te geven.</p>
no	<p>Den komplette brukerhåndboken er tilgjengelig på et webhotell i PDF-format. For å få tilgang til den, skann QR-koden nedenfor ved hjelp av et dedikert verktøy eller applikasjon. Sørg for at enheten din er egnet og har en passende programvare for å vise den elektroniske bruksanvisningen.</p>
pl	<p>Kompletna instrukcja użytkownika jest dostępna na stronie internetowej w formacie PDF. Aby uzyskać dostęp, zeskanuj poniższy kod QR przy użyciu dedykowanego narzędzia lub aplikacji. Upewnij się, że urządzenie jest zgodne i wyposażone w odpowiednie oprogramowanie pozwalające wyświetlać elektroniczną Instrukcję obsługi.</p>
pt	<p>O manual do utilizador completo está disponível num espaço online no formato PDF. Para aceder a este, queira digitalizar o QR Code abaixo usando uma ferramenta ou uma aplicação dedicada. Certifique-se de que o seu dispositivo é compatível e possui um software apropriado para exibir as instruções eletrônicas de utilização.</p>
pt (brazil)	<p>O manual do usuário completo está disponível em um espaço online no formato PDF. Para acessar a este, por favor, digitalizar o QR Code abaixo usando uma ferramenta ou um aplicativo dedicado. Seu dispositivo deve ser compatível e possuir um software apropriado para exibir as instruções eletrônicas de utilização.</p>
ro	<p>Manualul de utilizare complet este disponibil online în format PDF. Pentru a-l accesa, scanați codul QR de mai jos folosind un instrument sau o aplicație dedicată. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este potrivit și are un software adecvat pentru afișarea Instrucțiunilor de utilizare în format electronic.</p>
ru	<p>Полное руководство пользователя доступно в интернет-пространстве в формате PDF. Чтобы получить к нему доступ, отсканируйте QR-код ниже с помощью специального инструмента или приложения. Убедитесь, что ваше устройство подходит и имеет соответствующее программное обеспечение для отображения электронных инструкций по эксплуатации.</p>

- sk Celý používateľský manuál je dostupný vo webovom priestore vo formáte PDF. Ak chcete získať prístup, naskenujte nižšie uvedený QR kód pomocou špeciálneho nástroja alebo aplikácie. Uistite sa, že máte vhodné zariadenie s vhodným softvérom na zobrazenie elektronického návodu na použitie.
- sl Celoten uporabniški priročnik je na voljo kot dokument PDF na spletnem mestu. Za dostop optično preberite spodnjo kodo QR z namenskim orodjem ali aplikacijo. Prepričajte se, da je vaša naprava primerna in ima ustrezno programsko opremo za prikaz elektronskih navodil za uporabo.
- sr Kompletno uputstvo za korisnike je dostupno na veb prostoru u PDF formatu. Da biste mu pristupili, skenirajte QR kôd u nastavku pomoću namenske alatke ili aplikacije. Proverite da je vaš uređaj odgovarajući i da li ima potreban softver za prikaz elektronskog Uputstva za upotrebu.
- sv Den fullständiga bruksanvisningen finns tillgänglig på ett webbutrymme i PDF-format. För att komma åt den, vänligen skanna QR-koden nedan med ett dedikerat verktyg eller program. Se till att din enhet är lämplig och har en passande programvara för att visa de elektroniska användningsinstruktionerna.
- th สามารถรับคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF ได้จากบนเว็บไซต์ โดยในการเข้าถึง โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างด้วยเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณนั้นเหมาะสม และมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ในการแสดงคำแนะนำการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
- tr Kullanım kılavuzunun tamamı web alanında, PDF formatında mevcuttur. Buna erişmek için lütfen uygun bir araç veya uygulama kullanarak aşağıdaki QR kodunu okutun. Lütfen cihazınızın uyumlu ve elektronik kullanım talimatlarını görüntülemek için uygun bir yazılıma sahip olduğundan emin olun.
- uk Повна версія посібника користувача доступна в інтернеті в форматі PDF. Щоб отримати до нього доступ, скануйте QR-код нижче за допомогою спеціального додатку. Для перегляду електронного посібника користувача на вашому пристрої він повинен мати відповідні характеристики та програмне забезпечення.
- vi Hướng dẫn sử dụng đầy đủ có sẵn trên không gian web ở định dạng PDF. Để truy cập, vui lòng quét mã QR bên dưới bằng công cụ chuyên dụng hoặc bằng ứng dụng. Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn phù hợp và có phần mềm phù hợp để hiển thị Hướng dẫn sử dụng điện tử
- zh 完整的操作手册以 PDF 格式在网络上提供。如需获取，请使用专门的工具或应用程序扫描下方二维码。请确保您的设备适用并安装有相应的软件，能够显示电子版使用说明。



XXIII. KONTAKTINFORMASJON



Hvis det virker som om det er feil på instrumentet, anbefales det på det sterkeste å kontrollere instrumentet i henhold til feilsøkingsprosedyren i denne håndboken.

Hvis et problem vedvarer eller instrumentet skades eller ikke virker riktig eller det bes om å kontakte den lokale distributøren, følg trinnene under.

- Kontakt den lokale distributøren i provinsen eller landet ditt først. All informasjon er tilgjengelig på www.essilor-instruments.com i avsnittet «Kontakter».
- Hvis produktet er levert med elektronisk instruksjon og du trenger papirformat, kan du kontakte den lokale distributøren.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med enheten, rapporter det til essilor-instruments-vigilance@essilor.com og til den lokale kompetente myndigheten for medisinsk utstyr.
- Før du ringer den lokale distributøren, må du kontrollere modell- og serienummer.
- Serienummeret er unikt for denne enheten og er tilgjengelig på produktet. Det anbefales å fylle ut følgende tabell så snart du kjøper produktet.
- Bevar denne håndboken som en permanent oppføring av kjøpet og ta vare på kjøpskvitteringen som et bevis på kjøpet.

Kjøpsdato:

Forhandlerens navn:

Forhandlerens adresse:

Forhandlerens telefonnummer:

Modellnr.:

Serienr.:



Essilor International
147, rue de Paris – 94220 Charenton-le-Pont France
www.essilor.com

